



**A tutte le ditte interessate**  
Chiarimento n° 1

**Oggetto:** Procedura aperta per l'affidamento di inclusive service per sistema recupero sangue per le necessità dell'U.O.C. di Cardiochirurgia della Fondazione PTV "Policlinico Tor Vergata".

In merito alla procedura di gara in oggetto è pervenuta da parte di una ditta una richiesta di chiarimento così sintetizzabile:

#### **Domanda**

Si chiede di indicare con quale tempistica dovrà essere effettuata la manutenzione preventiva dell'apparecchiatura oggetto del service in quanto, nella sezione "Servizio assistenza tecnica" all'art. 3. del Capitolato Speciale d'Appalto, in riferimento al Lotto n. 1 si richiede che la stessa abbia cadenza trimestrale mentre in riferimento ai Lotti n. 2 e n. 3 si richiede una manutenzione preventiva con cadenza semestrale.

#### **Risposta**

La manutenzione preventiva richiesta per le apparecchiature oggetto di service nella sezione "Servizio assistenza tecnica" all'art. 3. del Capitolato Speciale d'Appalto dovrà avere cadenza SEMESTRALE sia in riferimento al Lotto n. 1 che in riferimento ai Lotti n. 2 e 3.

  
Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Umberto Giberti