

PTV-Protocollo Generale
Prot.N. 0006973/2011
del 22/03/2011 - Uscita



**A tutte le ditte interessate**

Chiarimento nr. 3

**Oggetto:** Procedura aperta, per la fornitura di n. 3 ecografi di gamma medio/alta per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.

In relazione all'appalto di cui in oggetto, sono pervenute da parte di alcune ditte le richieste di chiarimento così sintetizzabili:

- 1) In merito alla richiesta del Capitolato Speciale d'Appalto, art. 3 busta n. 1 punto 2) lettera c) di indicare oltre al numero di dipendenti e al CCNL applicato, l'attività esercitata ed inerente l'oggetto della gara realizzata negli ultimi tre esercizi con l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati, si invita il Policlinico ad indicare la modalità con la quale, in riferimento a ques'ultimo punto, deve essere articolata la risposta;
- 2) Si richiede di precisare se le caratteristiche indicate per i lotti 1-2-3 sono tutte richieste a pena di esclusione e se, nel caso, sono ammesse soluzioni alternative o equivalenti;
- 3) Relativamente alla richiesta di "trasduttore volumetrico" di cui all'art. 2 del CSA Lotto n. 1, si ha la necessità che venga precisato di che tipo lo stesso debba essere (convex, lineare, endocavitario) e/o per quale applicazione (esami addominali, superficiali, endocavitari). Inoltre, il "Trasduttore volumetrico" prevede "la dotazione" del modulo 3D e/o 4D e non la "predisposizione" come indicato nel Capitolato, pertanto, si richiedono precisazioni in merito a tale punto;
- 4) In riferimento al lotto n. 3 – n. 1 Ecocardiografo di fascia medio / alta laddove si richiede "anatomical M-mode preferibilmente con tre linee di campionamento orientabili su 360°" si sottolinea che l'aggettivo "preferibilmente" appare incompatibile con l'indicazione di un requisito minimo di partecipazione e, pertanto, si richiede se lo stesso debba essere considerato come indispensabile alla partecipazione alla procedura di gara *de quo*;
- 5) Sulle modalità con le quali sono state descritte le caratteristiche tecniche del lotto n. 3 e di seguito riportate vi è la necessità di sottoporre ad attenzione alcuni punti: Predisposizione modulo di gestione dei Mezzi di Contrasto di ultima generazione; Predisposizione software per la valutazione della perfusione con mezzi di contrasto e analisi attraverso le curve parametriche; Predisposizione modulo per scansione panoramica con sonde standard; Predisposizione di funzioni compound o similari; Predisposizione modulo per lo studio automatico in real time dell'ispessimento Intima – Media completo di grafici di normalità; Predisposizione modulo integrato per la

valutazione analitica della contrazione parietale dei segmenti cardiaci e studio della CRT, con innovativa metodica Strain – Strain Rate in B-Mode, non dipendente dall'angolo d'insonazione e con rappresentazione vettoriale su più punti del miocardio posizionabili dall'operatore. Rappresentazione dei grafici di strain, longitudinali, radiale e circonferenziale". L'aver anteposto alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature oggetto di gara che determinano un requisito minimo di partecipazione il sostantivo "predisposizione" appare un'indicazione non chiara così come appare non chiaro se i requisiti richiesti debbano essere presenti nella configurazione offerta o possa la stessa essere predisposta alla loro installazione. Si chiedono, pertanto, spiegazioni in merito.

- 6) Sempre in merito alle caratteristiche precisate per il lotto n. 3, il requisito "possibilità di eseguire esami anche durante la masterizzazione e trasferimento delle immagini" appare ininfluente relativamente alle prestazioni clinico diagnostiche delle apparecchiature oggetto della gara d'appalto. Si chiede di precisare se lo stesso debba essere considerato indispensabile ai fini della partecipazione;
- 7) Sul punto relativo alla "Profondità massima non inferiore a 34 cm" riferita alla profondità massima di scansione, si rappresenta che la totalità delle scansioni ecografiche, in ambito clinico-diagnostico, avviene a profondità minore rispetto al dato da voi considerato minimo ( 34 cm); un esame ecocardiografico per l'analisi delle strutture più profonde viene eseguito ad una profondità che varia tra i 16 cm e i 25 cm. Si chiedono delle delucidazioni in merito;

Risposta - In esito alle indicate istanze di chiarimento in ordine al procedimento concorsuale in oggetto, si comunica quanto segue:

- 1) I concorrenti dovranno indicare tutte le forniture eseguite negli ultimi tre esercizi, a favore di quali soggetti, pubblici o privati, e con espressa indicazione delle date;
- 2) Le caratteristiche indicate per i lotti 1-2-3 non vengono richieste a pena di esclusione. Pertanto, è ammissibile un'offerta di apparecchiature che presentino soluzioni equivalenti;
- 3) Il "trasduttore volumetrico" di cui all'art. 2 del CSA Lotto n. 1 deve essere di tipo convex, lineare ed endocavitario e per lo svolgimento di esami addominali, superficiali ed endocavitari. In merito al "Trasduttore volumetrico", a rettifica di quanto indicato nel Capitolato, si precisa che vi deve essere "la dotazione" del modulo 3D e/o 4D e non la "predisposizione";
- 4) Il requisito "anatomical M-mode preferibilmente con tre linee di campionamento orientabili su 360°" di cui al lotto n. 3 – n. 1 Ecocardiografo di fascia medio / alta non deve essere considerato come indispensabile e vincolante ai fini della partecipazione alla procedura di gara *de quo*;
- 5) A chiarimento di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto in merito alle caratteristiche tecniche del lotto n. 3 e, specificatamente indicate nel corrispondente quesito, si sottolinea che le stesse devono essere in "dotazione" delle apparecchiature offerte;
- 6) In merito al requisito "possibilità di eseguire esami anche durante la masterizzazione e trasferimento delle immagini" di cui al lotto n. 3 si precisa che lo stesso non deve essere

considerato indispensabile ai fini della partecipazione alla procedura aperta di cui in oggetto;

- 7) In riferimento alla "Profondità massima non inferiore a 34 cm" riferita alla profondità massima di scansione, si rappresenta che nonostante la stessa sia da considerarsi preferenziale in relazione alle necessità di approvvigionamento del Policlinico, va sottolineato che è di carattere indicativo e, pertanto, non vincolante ai fini della partecipazione alla gara *de quo*.

Distinti saluti

**Il Responsabile del Procedimento**

*Ing. Umberto Gilberti*