

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di aghi, per le necessità del PTV Policlinico Tor Vergata.

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tali dispositivi devono possedere:

RIF. 1 - AGHI DI CHIBA PER AMNIOCENTESI - VILLOCENTESI

Aghi monouso per aspirazione citologica tipo CHIBA per amniocentesi e villocentesi in acciaio inox ultrasottile, con le seguenti caratteristiche: cannula centimetrata e punta CHIBA a triplice affilatura, adatta a facilitare la penetrazione; mandrino estraibile con perfetto allineamento con la cannula; punta mandrino ecogena; fermo di profondità; attacco luer lock, latex free e DHEP free, confezione singola, sterile.

Misure almeno : 20 G x 20 cm, 18 G x 25 cm.

RIF. 2 - AGO PER ESPIANTO MIDOLLARE

Ago per espianto midollare per procedure di trapianto allogenico ed autologo di midollo osseo. Triplice affilatura che consenta una penetrazione facile ed atraumatica, impugnatura ergonomica, presenza di n. 2 fori sfalsati sulla cannula per una rapida e maggior aspirazione di midollo e cellule ematopoietiche, attacco luer - lock universale che permetta la connessione con qualsiasi siringa. Scala millimetrata per il controllo della profondità di penetrazione. Misure 14 e 15G, lunghezza 4,0 e 5,5 cm circa. Sterili, monouso, Latex free e DHEP free, confezionati singolarmente.

RIF. 3 - DISPOSITIVI PER BIOPSIA CUTANEA

Dispositivi per il prelievo di punch cutanei per la biopsia istologica cutanea. Devono essere sterili, monouso, latex free e DHEP free. Devono consentire il prelievo di dischetti almeno delle seguenti misure di diametro: 3,5 - 4,0 e 5,0 mm. Confezione singola.

In considerazione dell'urgenza di approvvigionamento di tale dispositivo, si chiede, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse di trasmettere a questa Fondazione, l'allegato A compilato e la documentazione tecnica riferita al materiale richiesto.

Requisiti di ammissione all'invito:

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli articoli 94, 95 e 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che intendono rispondere al presente invito devono inviare, entro 15 **giorni** dalla pubblicazione del presente avviso, il modulo "Allegato A" e tutta la documentazione tecnica richiesta tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it, e contestualmente all'indirizzo di posta : eletra.buscato@ptvonline.it

f.to

U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori

IL Direttore f.f.

Dr.ssa Paola Tigani

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di manifestazione di interesse ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di aghi per le necessità delle Unità Operative del PTV Policlinico Tor Vergata.

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tali dispositivi devono possedere:

RIF. 1 - AGHI DI CHIBA PER AMNIOCENTESI - VILLOCENTESI
Aghi monouso per aspirazione citologica tipo CHIBA per amniocentesi e villocentesi in acciaio inox ultrasottile, con le seguenti caratteristiche: cannula centimetrata e punta CHIBA a triplice affilatura, adatta a facilitare la penetrazione; mandrino estraibile con perfetto allineamento con la cannula; punta mandrino ecogena; fermo di profondità; attacco luer lock, latex free e DHEP free, confezione singola, sterile. Misure almeno : 20 G x 20 cm, 18 G x 25 cm.
RIF. 2 - AGO PER ESPIANTO MIDOLLARE
Ago per espianto midollare per procedure di trapianto allogenico ed autologo di midollo osseo. Triplice affilatura che consenta una penetrazione facile ed atraumatica, impugnatura ergonomica, presenza di n. 2 fori sfalsati sulla cannula per una rapida e maggior aspirazione di midollo e cellule ematopoietiche, attacco luer - lock universale che permetta la connessione con qualsiasi siringa. Scala millimetrata per il controllo della profondità di penetrazione. Misure 14 e 15G, lunghezza 4,0 e 5,5 cm circa. Sterili, monouso, Latex free e DHEP free, confezionati singolarmente.
RIF. 3 - DISPOSITIVI PER BIOPSIA CUTANEA
Dispositivi per il prelievo di punch cutanei per la biopsia istologica cutanea. Devono essere sterili, monouso, latex free e DHEP free. Devono consentire il prelievo di dischetti almeno delle seguenti misure di diametro: 3,5 - 4,0 e 5,0 mm. Confezione singola.

L'operatore che intende rispondere dovrà inviare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso l'allegato A compilato e la documentazione tecnica del prodotto offerto.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.

Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.