

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(per i principi della linea guida n. 4 ANAC
ove non in contrasto con le norme del nuovo Codice Appalti)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di un "Matrice dermica sintetica".

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tale dispositivo deve possedere:

- essere costituito da una schiuma porosa a celle aperte, 100% sintetica;
- favorire l'infiltrazione cellulare (scaffold), fungendo da matrice per la rigenerazione tissutale e la ricostruzione degli strati più profondi in caso di perdita estesa di sostanza;
- essere completamente riassorbibile e biocompatibile;
- essere classificato come dispositivo medico di classe III;
- Misure richieste: 10x10 circa e 5x5 circa.

In considerazione dell'urgenza di approvvigionamento di tale dispositivo, si chiede, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse di trasmettere a questo Policlinico, l'allegato "A" compilato e la documentazione tecnica riferita al materiale richiesto.

Requisiti di ammissione all'invito:

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli articoli 94, 95 e 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che intendono rispondere al presente invito devono inviare, entro le ore 12.00 del 23/04/2026, il modulo "Allegato A" e tutta la documentazione tecnica richiesta tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: [approvvigionamenti @ptvonline.postecert.it](mailto:approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it), e contestualmente all'indirizzo di posta : simona.paolone@ptvonline.it

f.to
U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori
IL Direttore f.f.
Dott.ssa Paola Tigani

L'impiegato istruttore
Simona Paolone

Spett.le
A.O.U. PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di manifestazione di interesse, per i principi della linea guida n. 4 ANAC ove non in contrasto con le norme del nuovo Codice Appalti, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di una "Matrice dermica sintetica".

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tale dispositivo deve possedere:

- essere costituito da una schiuma porosa a celle aperte, 100% sintetica;
- favorire l'infiltrazione cellulare (scaffold), fungendo da matrice per la rigenerazione tissutale e la ricostruzione degli strati più profondi in caso di perdita estesa di sostanza;
- essere completamente riassorbibile e biocompatibile;
- essere classificato come dispositivo medico di classe III;
- Misure richieste: 10x10 circa e 5x5 circa.

L'operatore che intende rispondere dovrà inviare entro le ore 12.00 del 23/04/2026 l'allegato A compilato e la documentazione tecnica del prodotto offerto.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata)

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.

Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.

L'impiegato istruttore
Simona Paolone