

Procedura negoziata, da espletarsi mediante piattaforma MEPA,
ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura biennale di
Rete sintetica per la ricostruzione della parete addominale in campo potenzialmente
infetto/contaminato, suddivisa in 2 Lotti, per le esigenze della Fondazione PTV

Verbale n. 1

Il 08/05/2022 alle ore 9.00 presso l'UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, il RUP, tramite sistema, accerta che entro il termine per la scadenza delle offerte relative alla RDO n. 5275668, fissato alle ore 10.00 del giorno 05/05/2025 sono pervenuti i plichi informativi degli operatori economici di seguito riportati:

Lotto	Descrizione	CIG	Denominazione concorrente
1	Rete sintetica per il rinforzo della parete addominale in campo potenzialmente infetto/contaminato	B6801C9CA5	BECTON DICKINSON ITALIA
			W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.
			DUEEFFE 2000
2	Rete in PTFE (POLITETRAFLUOROETILENE) per il rinforzo della parete addominale	B6801CAD78	W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.
			MEDTRONIC ITALIA

Nel corso della medesima seduta, il RUP ha acquisito la documentazione amministrativa prodotta dai suddetti concorrenti che è risultata essere idonea e rispondente con quanto specificatamente richiesto nei documenti di gara e, pertanto, ha ammesso gli stessi al prosieguo della procedura.

Alle ore 10.00 il RUP chiude la seduta.

f.to

il RUP Dott.ssa Elettra Buscato



Procedura negoziata, da espletarsi mediante piattaforma MEPA,
ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura biennale di
Rete sintetica per la ricostruzione della parete addominale in campo potenzialmente
infetto/contaminato, suddivisa in 2 Lotti, per le esigenze della Fondazione PIV

Verbale n. 2

Il 24/06/2025 alle ore 10.00 si riunisce la Commissione Giudicatrice, incaricata con Deliberazione n. 758 del 09/06/2025 di verificare le offerte tecniche ed economiche della procedura in parola, composta dal Presidente Prof. Luca Toti e dai Componenti Dott.ssa Elena Silvestro e Dott. Eugenio Iannelli.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Sandra Caprara Coadiutore Amministrativo presso l'UOC Acquisizione.

In pari data, il RUP, acquisisce per il tramite del portale MEPA, la documentazione tecnica prodotta dai Concorrenti.

La Commissione inizia i propri lavori analizzando i documenti tecnici e le campionature relative al lotto 1, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ed accerta quanto segue:

- Concorrente BECTON DICKINSON ITALIA:
 - rispetta tutti i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico e relativo Allegato_1_A_Dettaglio_fornitura;
- Concorrente DUEEFFE 2000:
 - non si evince dalla scheda tecnica la disponibilità della versione antiaderenziale del dispositivo;
 - non si evince dalle schede tecniche latex free e ftalati free.
- Concorrente W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.:
 - dalla scheda tecnica non si evince il tempo massimo di assorbimento e la disponibilità di una versione antiaderenziale del dispositivo.

Successivamente la Commissione verifica le offerte tecniche e le campionature presentate dai concorrenti per il lotto 2 da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ed accerta quanto segue:

- Concorrente MEDTRONIC ITALIA:
 - non si evince dalle schede tecniche la composizione in PTFE;
- Concorrente W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.:
 - dalla scheda tecnica non si evince la disponibilità di una versione preperitoneale del dispositivo.

La Commissione ritiene, tuttavia, necessario procedere con ulteriori verifiche delle schede tecniche e delle campionature pervenute per i dispositivi offerti dai suddetti concorrenti, pertanto riconvoca la seduta a data da destinarsi per procedere quindi con l'attribuzione dei giudizi e punteggi.

Alle ore 11:00 si conclude la seduta.

Letto approvato e sottoscritto

Il RUP

Dott.ssa Elettra Buscato




Letto, approvato e sottoscritto.

f.to

La Commissione:

- Prof. Toti;
- Dott. Eugenio Iannelli;
- Dott.ssa Elena Silvestro;



Il Segretario verbalizzante

- Dott.ssa Sandra Caprara.

Procedura negoziata, da espletarsi mediante piattaforma MEPA,
ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura biennale
di Rete sintetica per la ricostruzione della parete addominale in campo potenzialmente
infetto/contaminato, suddivisa in 2 Lotti, per le esigenze della Fondazione PTV

Verbale n. 3

Il 17/10/2025 alle ore 9.00 si riunisce la nuova Commissione Giudicatrice della procedura in parola. Il Presidente Prof. Luca Toti accerta che, il Dott. Eugenio Iannelli, con Deliberazione n. 1230 del 06/10/2025 è stato sostituito dalla Dott.ssa Sara Di Carlo, Dirigente Medico presso la Colorectal Unit del PTV, che assume le funzioni di Componente.

La Commissione prosegue i lavori iniziati, analizzando nuovamente le documentazioni tecniche ed attribuendo i giudizi e punteggi come di seguito riportato:

LOTTO 1:

- Concorrente BECTON DICKINSON ITALIA:
 - è idoneo in quanto rispetta tutti i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico e relativo Allegato_1_A_Dettaglio_fornitura;
- Concorrente DUEEFFE 2000:
 - non è idoneo in quanto non dispone della versione antiaderenziale del prodotto e, pertanto, non soddisfa il requisito minimo richiesto;
- Concorrente W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.:
 - è idoneo in quanto, da ulteriori verifiche effettuate, il prodotto GORE BIO-A è compatibile con il posizionamento vicino ai visceri ed i tempi massimi di riassorbimento sono di circa 6/7 mesi.

Per tali ragioni, la Commissione di gara ammette al prosieguo della procedura i concorrenti BECTON DICKINSON ITALIA e W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L., ed esclude il concorrente DUEEFFE 2000 che non può essere ammesso alla fase successiva.

LOTTO 2:

- Concorrente MEDTRONIC ITALIA:
 - è idoneo in quanto rispetta tutti i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico e relativo Allegato_1_A_Dettaglio_fornitura;
- Concorrente W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.:
 - è idoneo in quanto rispetta tutti i requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico e relativo Allegato_1_A_Dettaglio_fornitura.

La Commissione, accertato che:

Lotto 1 i dispositivi offerti dagli operatori BECTON DICKINSON ITALIA e W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L sono pienamente rispondenti a quanto richiesto nella documentazione di gara,
Lotto 2 i dispositivi offerti dagli operatori MEDTRONIC ITALIA e W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L, sono pienamente rispondenti a quanto richiesto nella documentazione di gara, procede con l'assegnazione dei giudizi e punteggi tecnici in relazione ai criteri di valutazione indicati nella griglia di cui ai documenti di gara che, all'unanimità, risultano essere i seguenti:

LOTTO 1 - Rete sintetica per il rinforzo della parete addominale in campo potenzialmente infetto/contaminato		BECTON DICKINSON ITALIA		W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.	
CRITERIO IN.	CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PESO	UNITA' DI MISURE	CRITERIO ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
1	Qualità del materiale costituente il prodotto	DISCREZIONALE	15 n.n		Assegnazione in base alla valutazione della Commissione
2	Assorbimento completo entro 12 - 18 mesi	QUALITATIVO	15 n.n		SI/NO
3	Gamma di misure disponibili	QUANTITATIVO	10 n.misure		Peso *(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
4	Praticità e maneggevolezza nell'impiego	DISCREZIONALE	10 n.h		Assegnato in base alla valutazione della Commissione
5	Qualità del confezionamento completezza dati in etichetta, facilità d'apertura, confezione che garantisca la sterilità	QUALITATIVO	5 n.g		Assegnato in base alla valutazione della Commissione
6	Studi clinici relativi al prodotto pubblicati su riviste scientifiche accreditate	QUANTITATIVO	15 n.studi		Peso *(valore offerta i-esima/massimo valore offerto)
		TOTALE	70		

BECTON DICKINSON ITALIA		W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.	
Prof. Luca Toti Dott.ssa Sara Di Carlo Dott.ssa Elena Silvestro	Prof. Luca Toti Dott.ssa Sara Di Carlo Dott.ssa Elena Silvestro	1,0	15,00
ottimo (1) :ottima qualità del prodotto	Adeguatezza qualità del prodotto	SI	0,6
SI	SI	15,00	15,00
13 misure per uso extraperitoneale e 10 misure con antiaidereziale	6 misure	13,0	4,62
Facile adattamento ai contorni anatomici, che rende semplice il posizionamento e dà una ottima visibilità intraoperatoria.	Adeguatezza praticità e maneggevolezza	1,0	0,6
Confezionamento sterile, apertura facile.	Confezionamento sterile, apertura facile.		
All'interno della scatola esterna è contenuto il libretto informativo, mentre le etichette descrittive sono sulla scatola e sulla busta interna. Indicatori di temperatura sulla confezione.	All'interno della scatola esterna è contenuto il libretto informativo, mentre le etichette descrittive sono sulla scatola e sulla busta interna. Indicatori di temperatura sulla confezione.	1,0	5,00
Ventuno presenti in letteratura	Diciannove presenti in letteratura	21,0	15,00
			70,00
			53,18

Alle ore 11:00 la Commissione chiude la seduta e si riconvoca a data da destinarsi per l'inserimento dei punteggi su Sistema e apertura delle offerte economiche.

Letto approvato e sottoscritto

Il RUP

Dott.ssa Elettra Buscato




Letto, approvato e sottoscritto.

f.to

La Commissione:

- Prof. Luca Toti;
- Dott.ssa Sara Di Carlo;
- Dott.ssa Elena Silvestro.



Il Segretario verbalizzante

- Dott.ssa Sandra Caprara.

Procedura negoziata, da espletarsi mediante piattaforma MEPA,
 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura biennale di
 Rete sintetica per la ricostruzione della parete addominale in campo potenzialmente
 infetto/contaminato, suddivisa in 2 Lotti, per le esigenze della Fondazione PTV

Verbale n. 4

Il RUP, a seguito dei lavori svolti dalla Commissione Giudicatrice, in data 27/11/2025 procede con l'inserimento dei punteggi attribuiti dalla Commissione sul portale MEPA e, successivamente, sempre tramite portale, acquisisce le offerte economiche di seguito riportate:

Lotto	Operatori economici	Offerta economica
1	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	124.800,00 €
	W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.	139.200,00 €
2	MEDTRONIC ITALIA	36.000,00 €
	W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.	50.400,00 €

Il RUP in pari data ha trasmesso le succitate offerte alla Commissione.

La Commissione prende atto che, dalla somma dei punteggi tecnici finali con i punteggi economici attribuiti automaticamente dal sistema, generano la seguente graduatoria finale:

Lotto	Operatori economici	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale
1	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70,00	30,00	100,00
	DUEFFE 2000 SRL	non idoneo		
	W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.	53,18	26,90	80,08
2	MEDTRONIC ITALIA	70,00	30,00	100,00
	W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.	55,43	21,43	76,86

La Commissione prende atto che, come previsto dal Codice, per i lotti 1 e 2, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, essendo in presenza di un numero di offerte valide inferiori a 3, non procede alla verifica dell'offerta anomala e, per quanto sopra esposto, la Commissione propone l'aggiudicazione in favore dei seguenti concorrenti:

Lotto	Operatori economici	Offerta economica	Punteggio totale	CIG
1	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	124.800,00 €	100,00	B6801C9CA5
2	MEDTRONIC ITALIA	36.000,00 €	100,00	B6801CAD78

Alle ore 14:00 la Commissione chiude la seduta.

Letto approvato e sottoscritto
 Il RUP

Dott.ssa Elettra Buscato



Letto, approvato e sottoscritto.

f.to

La Commissione:

- Prof. Luca Toti;
- Dott.ssa Sara Di Carlo;
- Dott.ssa Elena Silvestro.



Il Segretario verbalizzante

- Dott.ssa Sandra Caprara.