

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di una successiva procedura di gara, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk per le apparecchiature di alta tecnologia e criticità, per un periodo presunto di 36 mesi rinnovabile per ulteriori 36 mesi.

La presente indagine di mercato ha per oggetto l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione full-risk delle apparecchiature elettromedicali di alta tecnologia del Policlinico Tor Vergata

L'affidamento è suddiviso in due lotti aggiudicabili singolarmente. Di seguito l'elenco delle apparecchiature diviso per lotti da intendersi comprensivo di tutti i componenti dei sistemi:

- LOTTO 1 - Manutenzione full risk per l'alta tecnologia della ditta GE Medical Sistem
- LOTTO 2 - Manutenzione full risk per l'alta tecnologia della ditta PHILIPS Medical Sistem
 - All.1 Dettaglio sistemi ecotomografici;
 - All.2 Dettaglio sistemi di monitoraggio.

LOTTO 1			
TIPOLOGIA	PRODUTTORE	MODELLO	CODICE SISTEMA
Sistema CT	GE Medical System	REVOLUTION EVO	A5333078
Apparecchio portatile per radioscopia	GE Medical System	OEC 6800 MINIVIEW	A5333023
Mammografo	GE Medical System	SENO 2100D	A5333031
Mammografo	GE Medical System	SENO ESSENTIAL	A5333058
Angiografo	GE Medical System	INNOVA 3100C	A5333035
Angiografo	GE Medical System	INNOVA 2100	A5333036
Angiografo	GE Medical System	INNOVA 2100	A5333037
MOC	GE Medical System	IDXA	A5333048
MOC	GE Medical System	IDXA	A5333050
Sistema PET/CT	GE Medical System	PET VCT	A5333056
Gamma Camera	GE Medical System	DISCOVERY D630	A5333077

LOTTO 2			
TIPOLOGIA	PRODUTTORE	MODELLO	CODICE SISTEMA
Apparecchio portatile per radioscopia	Philips Medical System	BV300/9	66064505
Apparecchio portatile per radioscopia	Philips Medical System	BV PULSERA 12	66077204
Apparecchio portatile per radioscopia	Philips Medical System	BVLIBRA 9"	66065506
Sistema per angiografia digitale	Philips Medical System	Integris Allura Xper FD20	66077228
Sistema per angiografia digitale	Philips Medical System	Integris Allura Xper FD20	66077201
Sistema di radiografia digitale	Philips Medical System	DIGITAL DIAGNOST	20200205
Tomografo a risonanza magnetica	Philips Medical System	Achieva 3T	66077207
Tomografo a risonanza magnetica	Philips Medical System	ACHIEVA 1.5T	66077217
Tomografo a risonanza magnetica	Philips Medical System	Intera 1,5 Master	66065505
Ecotomografo	Philips Medical System	HDI 5000	01NYTN
Ecotomografo	Philips Medical System	IE33	66077205
Ecotomografo	Philips Medical System	IE33	66077209
Ecotomografo	Philips Medical System	IU22	66077225
Ecotomografo	Philips Medical System	IU22	66077226
Ecotomografo	Philips Medical System	IU22	66077213
Ecotomografo	Philips Medical System	HD11	66077210
Ecotomografo	Philips Medical System	HD11	66077211
Ecotomografo	Philips Medical System	HD11	66077216
Ecotomografo	Philips Medical System	HD11	66072214
Ecotomografo	Philips Medical System	HD11	66072215
Ecotomografo	Philips Medical System	HD15	66077224
Ecotomografo	Philips Medical System	IE33	B0YLZ6
Ecotomografo	Philips Medical System	IE33	B0YLYV

Ecotomografo	Philips Medical System	GALAXY TAB A	86056699
Sistema telemetria completo (CCH degenze)	Philips Medical System	MP5T	50200088
Monitoraggio blocchi operatori	Philips Medical System	MP90	ND
Sistema telemetria completo (ex TI DEA)	Philips Medical System	MP70	ND
Sistema telemetria completo (TIPO)	Philips Medical System	MP80	ND
Sistema telemetria completo (TICCH)	Philips Medical System	MX800	ND

Il presente documento descrive i servizi connessi all'assistenza tecnica e alla manutenzione full-risk delle apparecchiature elettromedicali di alta tecnologia alla che si intendono prestati dall'Appaltatore unitamente e per i quali, pertanto, il PTV non corrisponderà all'Appaltatore alcun ulteriore prezzo.

L'appalto del servizio di manutenzione deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- garantire la massima funzionalità ed efficienza del parco apparecchiature, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle relative disposizioni di legge;
- garantire la sicurezza del parco macchine mediante attività di verifica e controllo;
- garantire la corretta funzionalità delle apparecchiature mediante la manutenzione preventiva e correttiva, unitamente al sistematico controllo funzionale e metrologico;
- garantire un elevato grado di disponibilità e di affidabilità delle apparecchiature;
- garantire la rispondenza alle prescrizioni relative alla gestione delle apparecchiature elettromedicali necessarie al mantenimento degli accreditamenti e delle certificazioni di qualità;
- garantire il flusso dei dati e la gestione del parco macchine;
- garantire gli aggiornamenti hardware e software previsti dal Costruttore ai fini della sicurezza delle apparecchiature oggetto del servizio.

Il Fornitore per l'intera durata contrattuale dovrà fornire Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk delle apparecchiature di alta tecnologia del Policlinico Tor Vergata e gli eventuali dispositivi accessori, secondo quanto di seguito specificato.

L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà le seguenti attività:

- Supporto alla Gestione dell'Inventario: si intendono riferite a questo termine tutte le attività che riguardano la codifica degli apparecchi e delle attrezzature e la messa a disposizione dei dati necessari per l'aggiornamento del sistema informativo dell'Azienda da parte del Servizio di Ingegneria Medica o suo delegato;
- Manutenzione: si intende la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, volte alla prevenzione ed alla risoluzione delle problematiche di guasto. È articolata in:
 - ✓ Manutenzione Predittiva: manutenzione preventiva che viene effettuata a seguito

dell'individuazione di uno o più parametri allo scopo di individuare il tempo residuo prima del guasto, permettendo di prevedere il momento del guasto;

- ✓ Manutenzione Preventiva: comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultate non conformi, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione;
 - ✓ Manutenzione Correttiva: consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura;
 - ✓ Manutenzione Straordinaria: si intendono le attività di miglioria funzionale e/o di sicurezza non riconducibili alle attività previste ai precedenti articoli (es. aggiornamenti tecnologici, spostamenti di tecnologie e riattivazione, richiami case produttrici, etc.)
- Controlli di funzionalità e verifiche di sicurezza elettrica: si intende per controllo l'attività di misura, esame, prova, verifica per una o più caratteristiche degli apparecchi, a fronte di requisiti specificati, al fine di accertarne la relativa conformità e volti ad accertare il mantenimento delle prestazioni nel corso del tempo ai fini clinici e di sicurezza;
 - Supporto alle Dismissioni: complesso di operazioni volte ad accertare la non rispondenza degli apparecchi alla relativa conformità in ordine alla sicurezza elettrica ed alla sua funzionalità al fine di consentire al Servizio di Ingegneria Medica di valutare la dismissione di un apparecchio.

Oggetto dell'appalto e altresì l'aggiornamento hardware e software delle apparecchiature secondo quanto previsto da casa madre ai fini della sicurezza nonché la fornitura dei ricambi originali, o equivalenti agli originali qualora gli stessi non fossero reperibili, per il ripristino del corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature oggetto dell'appalto.

Le caratteristiche tecniche richieste per l'affidamento in oggetto sono qui elencate dettagliatamente:

1	Copertura full risk totale anche su danni accidentali ad esclusione del dolo
2	Inclusione dei materiali di consumo e cavi paziente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: batterie, toner, dischi, cavi ecg, cavi SpO2, etc.)
3	Personale qualificato (con formazione attestata dal Produttore) e costantemente aggiornato a carico della ditta aggiudicataria che effettuerà a proprio carico corsi di formazione e aggiornamento regolarmente certificati dal Produttore
4	Utilizzo di parti di ricambio (hardware e software) esclusivamente nuove, originali o compatibili se accompagnate da dichiarazione da parte dell'aggiudicatario in rispetto a quanto previsto dal costruttore/produttore
5	Utilizzo dei materiali di consumo esclusivamente indicate dal produttore/fabbricante per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente appalto
6	Utilizzo delle procedure, nell'ultima versione disponibile, esclusivamente formulate dal produttore/fabbricante, ove previste, nelle attività di assistenza tecnica e manutenzione;
7	Messa a disposizione di un servizio in grado di operare in teleassistenza tramite connessione remota (es. via VPN) per l'esecuzione di controlli funzionali, di diagnosi remota dei guasti e verifica dei log di allarme sulle apparecchiature predisposte
8	Attività di monitoraggio delle informazioni di sicurezza pubblicate sul sito del Ministero della Salute in relazione alle tecnologie oggetto della presente procedura.

9	Numero massimo di giorni di fermo macchina annuale pari a 10 giorni lavorativi considerando sia gli interventi di manutenzione programmata che quelli di manutenzione correttiva
10	Accesso per il personale dell'Ing. Clinica al portale/cruscotto per la tracciabilità delle attività di manutenzione.
GESTIONE DELL'INVENTARIO	
11	Revisione ed integrazione dei dati tecnici ed anagrafici delle apparecchiature oggetto dell'appalto presenti sul sistema informativo aziendale (data installazione, costo nuovo sistema, stato d'uso, etc.)
12	Integrazione dei dati tecnici delle apparecchiature oggetto dell'appalto presenti sul sistema informativo aziendale (potenza elettrica, versione sw, pacchetti sw presenti, dimensioni, peso, etc.)
MANUTENZIONE	
MANUTENZIONE PREDITTIVA	
13	Su tutte le apparecchiature oggetto della presente gara d'appalto
MANUTENZIONE PREVENTIVA	
14	Attività di controllo, manutenzione, taratura e calibrazione effettuate periodicamente sulle apparecchiature da tecnici qualificati secondo quanto richiesto dal costruttore
15	Si intendono comprese le attività di manutenzione ordinaria quali la pulizia degli involucri e parti accessibili, accessori, filtri, etc. mediante l'utilizzo di metodi e prodotti rispondenti ai manuali d'uso e manutenzione dell'apparecchio
16	Predisposizione e condivisione del Piano di manutenzione preventiva annuale con anticipo di 30 giorni solari rispetto la prima manutenzione programmata dal secondo anno e entro massimo 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto
17	Inclusione della sostituzione di tutti i materiali deteriorabili con frequenza data
MANUTENZIONE CORRETTIVA	
18	Su tutte le chiamate di manutenzione correttiva comprese quelle riconducibili a uso improprio. Escluso furto, dolo ed eventi naturali.
19	Riparazione incondizionata ed illimitata delle apparecchiature in tutte le loro componenti (tubo, detettore, workstation, sonde, etc.) e i loro accessori (maniglie, griglie, etc.) ad esclusione dei materiali monouso
20	Smaltimento delle parti di ricambio, compreso il tubo radiogeno
21	Tempo di intervento massimo dalla chiamata pari a 4 ore lavorative
22	Tempo di risoluzione con sistema fermo minore o uguale a 8 ore lavorative
23	Tempo di risoluzione con sistema funzionante ma con limitazione d'utilizzo minore o uguale a 3 gg lavorativi
24	Nel caso in cui l'intervento deve essere effettuato fuori dal Policlinico Tor Vergata tutti gli oneri necessari all'intervento (compreso imballaggio e trasporto) saranno a carico della ditta
25	Attività di manutenzione correttiva anche sulle Gabbie di Farady (solo per risonanze) laddove necessario
26	Manutenzione correttiva di tutti i quadri elettrici che servono le macchine ad alta tecnologia
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	

27	N.6 spegnimenti e N.6 riaccensioni delle macchine di alta tecnologia nelle giornate indicate dall'appaltatore comprensivo di sabato, domenica festivi e in orario notturno (si intendono N.6 sessioni di accensione/spegnimento di tutti i sistemi di alta tecnologia nell'ambito delle manutenzioni periodiche degli impianti elettrici)
28	Aggiornamenti tecnologici software e hardware emessi e diffusi dal fabbricante durante il periodo oggetto dell'appalto
ULTERIORE MANUTENZIONE PROGRAMMATA	
29	Prove di funzionalità, controlli periodici e manutenzione sugli UPS dedicati
30	Prove di funzionalità e controlli periodici sul sensore O2 come previsto da normativa vigente (solo per RM). Sostituzione sensore O2 quando necessario
31	Rabbocco gas criogeno (elio), compresa la fornitura del gas stesso (solo per RM)
32	Verifica tenuta Gabbia di Faraday con cadenza richiesta dalla normativa di riferimento
33	Manutenzione programmata di tutti i quadri elettrici che servono le macchine ad alta tecnologia
CONTROLLI DI FUNZIONALITA'	
34	Su tutto il parco macchine oggetto dell'appalto con cadenza prevista dal costruttore all'intero del manuale d'uso
35	Predisposizione e condivisione del Piano dei controlli di funzionalità con anticipo di 30 giorni solari rispetto la prima manutenzione programmata dal secondo anno e entro massimo 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto
36	Al termine degli interventi di manutenzione correttiva prima della riconsegna del bene funzionante all'utilizzatore
VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA	
37	Su tutto il parco macchine oggetto dell'appalto con cadenza prevista dal costruttore all'intero del manuale d'uso
38	Al termine degli interventi di manutenzione correttiva prima della riconsegna del bene funzionante all'utilizzatore
DISMISSIONI	
39	Predisposizione di rapporto tecnico con Proposta di fuori uso nel caso di impossibilità tecnica al ripristino funzionale e/o adeguamento di normative e/o adeguamento delle condizioni di utilizzo in sicurezza
40	Predisposizione di rapporto tecnico con Proposta di fuori uso nel caso di impossibilità a garantire i livelli prestazionali dichiarati sufficienti da parte del personale utilizzatore
41	Predisposizione di rapporto tecnico con Proposta di fuori uso nel caso di impossibilità di reperimento delle parti di ricambio (la dichiarazione del produttore dovrà essere allegata al rapporto tecnico di intervento)
MANUTENZIONE EVOLUTIVA	
42	Manutenzione evolutiva/Aggiornamento tecnologico HW e SW per le seguenti classi tecnologiche: Lotto 1: Apparecchio portatile per radioscopia Lotto 2: Apparecchio portatile per radioscopia; Ecotomografo; Sistema telemetria; SW per elaborazioni RM.

Si chiede, pertanto, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse mediante la trasmissione a questa Fondazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, dell'allegato A, una dichiarazione in merito al lotto a cui si intende partecipare e una breve relazione (Max 5 pagg.) del servizio offerto.

Requisiti di ammissione all'invito:

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 "Motivi di esclusione" del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà inoltre possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti.
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'operatore dovrà essere iscritto al Registro imprese della Camera di Commercio con l'attività coincidente con quella oggetto della presente fornitura.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che rispondono al presente invito devono compilare il modulo "Allegato A" unito al presente avviso e tutta la documentazione tecnica in possesso inoltrando il tutto via posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it.

f.to

Il Direttore U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori
Dott.ssa Carla Cianciullo

All. 1 Dettaglio sistemi ecotomografici

Sistema Philips	Matricola	CLASSE	MODELLO	Tipologia sonda
IT66077216	US50873728	ECOTOMOGRAFO	HD 11 XE	
	02YWRK	SONDA ECOGRAFICA	S 12-4	cardiologica
	02YWCV	SONDA ECOGRAFICA	S 4-2	cardiologica
IT66077205	02DQPD	ECOCARDIOGRAFO	IE 33	
	2DHBQ	SONDA ECOGRAFICA	X 3-1	cardiologica special
	2GN6B	SONDA ECOGRAFICA	S5 1	cardiologica
	B2000	SONDA TRANSESOFAGEA	X 7-2T	transesofagea
	B19Q22	SONDA ECOGRAFICA	L 11-3	lineare
IT66077210	US0531224	ECOTOMOGRAFO	HD 11	
	02P9R1	SONDA ECOGRAFICA	L 12-3	lineare
IT66072214	US50873726	ECOTOMOGRAFO	HD 11 XE	
	B108J5	SONDA ECOGRAFICA	S 4-2	cardiologica
	B0B4CG	SONDA ECOGRAFICA	L 12-3	lineare
	032N66	SONDA TRANSESOFAGEA	S7-2 OMNI	transesofagea
	02YWRH	SONDA ECOGRAFICA	S 12-4	cardiologica
IT66077209	02KHD6	ECOCARDIOGRAFO	IE 33	
	02JJVN	SONDA ECOGRAFICA	S 8-3	cardiologica
	B0128W	SONDA ECOGRAFICA	S 5-1	cardiologica
	B023V6	SONDA ECOGRAFICA	L 11-3	lineare
	B0NH3N	SONDA ECOGRAFICA	X 3-1	doppler

IT63016158	B0YLZ6	ECOCARDIOGRAFO	IE 33	
	B0C91C	SONDA ECOGRAFICA	S 5-1	cardiologica
	B1999Y	SONDA TRANSESOFAGEA	S7-2 OMNI	transesofagea
	02WD0V	SONDA TRANSESOFAGEA	S7-2 OMNI	transesofagea
	B1089Y	SONDA ECOGRAFICA	L 11-3	lineare
IT66072215	US50873727	ECOTOMOGRAFO	HD 11 XE	
	B19HX6	SONDA ECOGRAFICA	S3 - 21311 A	cardiologica
	B32QQC	SONDA ECOGRAFICA	S 4-2	cardiologica
IT66077226	039XDD	ECOTOMOGRAFO	IU 22	
	B2R3CL	SONDA ECOGRAFICA	C5-1	convex
	03G82V	SONDA ECOGRAFICA	S 5-1	cardiologica
	B2DCZV	SONDA ECOGRAFICA	L 12-5	lineare
	B1VPN4	SONDA ECOGRAFICA	C5-1	convex
IT63016159	B0YLYV	ECOCARDIOGRAFO	IE 33	
	B108D9	SONDA ECOGRAFICA	L 11-3	lineare
	B03VLT	SONDA ECOGRAFICA	S 8-3	cardiologica
	3D12J	SONDA TRANSESOFAGEA	X 7-2T	transesofagea
	02VN41	SONDA TRANSESOFAGEA	S7-2 OMNI	transesofagea
	F01K9T	SONDA ECOGRAFICA	X5-1	cardiologica special
IT66077225	039XCY	ECOTOMOGRAFO	IU 22	
	B3PZG5	SONDA ECOGRAFICA	L 12-5	lineare
	B3QBC3	SONDA ECOGRAFICA	C5-1	convex
	0398NR	SONDA ECOGRAFICA VOLUMETRICA	V 6-2	volumetrica

IT66077213	02XDXC	ECOTOMOGRAFO	IU 22	
	032NL3	SONDA ECOGRAFICA	S 5-1	cardiologica
	033F82	SONDA ECOGRAFICA	C8-5	convex
	B2528X	SONDA ECOGRAFICA	L 9-3	lineare
IT66077211	US70670942	ECOTOMOGRAFO	HD 11 XE	
	B2H1JQ	SONDA ECOGRAFICA	S 4-2	cardiologica
IT66077224	US40922594	ECOTOMOGRAFO	HD 15	
	B08JLT	SONDA ECOGRAFICA	L12-3	lineare
	B03H06	SONDA ECOGRAFICA	S5-2	cardiologica
	IT66077224	SONDA ECOGRAFICA	S5 1	cardiologica
	B39JCZ	SONDA ECOGRAFICA	C5-2	convex
01NYTN	1NYTN	ECOTOMOGRAFO	HDI 5000	
	B0NBV3	SONDA ECOGRAFICA	C 9-5 EC	convex
	0371T3	SONDA ECOGRAFICA	L12-5	lineare
IT86056699	R52N209CSAX	ECOTOMOGRAFO PORTATILE, ELABORATORE PER	GALAXY TAB A	
	B2D2C7	SONDA ECOGRAFICA	LUMIFY S 4-1	cardiologica

All. 2 Dettaglio sistemi di monitoraggio

I sistemi sono da intendersi comprensivi della centrale di monitoraggio, dei portamoduli, dei moduli e di eventuali accessori necessari al loro funzionamento.

Sistema 50200088

Matricola	Classe	Modello
2UA0221CCS	CENTRALE MONITORAGGIO	RP 5700
C10C008083	MONITOR	/
ne	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	/
VNH6706691	REGISTRATORE SU CARTA LASER	LASERJET PRO 400 M401DN
DE91304923	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304904	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304960	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304959	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304954	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304908	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304917	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304903	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304906	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304952	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304909	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304953	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304913	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304901	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304951	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304958	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304907	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304921	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304950	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE

DE91304912	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304956	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
DE91304902	MONITOR	M 8105 T MP5T INTELLIVUE
US03923858	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER	EASY INTELLIVUE TRX
US03922773	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER	EASY INTELLIVUE TRX
US03908935	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER	EASY INTELLIVUE TRX
US03912207	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER	EASY INTELLIVUE TRX
US03922777	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER	EASY INTELLIVUE TRX
US03908319	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER	EASY INTELLIVUE TRX
US03914328	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER	EASY INTELLIVUE TRX
US03915408	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER	EASY INTELLIVUE TRX
US03922629	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER	EASY INTELLIVUE TRX
US01318561	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER	MX40 2B4
IT5020088	MODULO CONNESSIONE PER RETE DATI	ACCES POINT CONTROLLER
IT5020088	MODULO CONNESSIONE PER RETE DATI	nd
IT5020088	MODULO CONNESSIONE PER RETE DATI	865346 INTELLIVUE SMART-HOPPING NETWORK

BLOCCHI OPERATORI		
Matricola	Classe	Modello
DE54906029	MONITOR	IntelliVue MP90
DE54906034	MONITOR	IntelliVue MP90
DE54906030	MONITOR	IntelliVue MP90

TICCH		
Matricola	Classe	Modello
DE50847136	MONITOR	IntelliVue MX800
DE50847254	MONITOR	IntelliVue MX800
DE50847277	MONITOR	IntelliVue MX800
DE50847280	MONITOR	IntelliVue MX800
DE50847295	MONITOR	IntelliVue MX800

DE50847296	MONITOR	IntelliVue MX800
DE50847297	MONITOR	IntelliVue MX800

TIPO		
Matricola	Classe	Modello
DE84302010	MONITOR	IntelliVue MP80
DE84302011	MONITOR	IntelliVue MP80
DE84302012	MONITOR	IntelliVue MP80
DE84302013	MONITOR	IntelliVue MP80
DE84302014	MONITOR	IntelliVue MP80
DE84302015	MONITOR	IntelliVue MP80
DE84302016	MONITOR	IntelliVue MP80

Ex TI DEA		
Matricola	Classe	Modello
DE52032420	MONITOR	IntelliVue MP70
DE52032422	MONITOR	IntelliVue MP70
DE52032428	MONITOR	IntelliVue MP70
DE52032431	MONITOR	IntelliVue MP70
DE52032433	MONITOR	IntelliVue MP70
DE52032441	MONITOR	IntelliVue MP70
DE52032458	MONITOR	IntelliVue MP70
DE54938061	MONITOR	IntelliVue MP70
DE52032419	MONITOR	IntelliVue MP70
DE54938074	MONITOR	IntelliVue MP70

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di gara ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk per le apparecchiature di alta tecnologia e criticità, per un periodo presunto di 36 mesi rinnovabile per ulteriori 36 mesi.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.