

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di un Sistema di infusione di sangue e/o cristalloidi riscaldati a temperatura fisiologica, ad alti flussi preferibilmente compresi tra i 2.5/1000 ml/min per chirurgia elettiva (Trapianto di fegato, Epatectomie e qualsiasi intervento a rischio di perdite ematiche maggiore) avente le seguenti caratteristiche:

- riscaldatore istantaneo ad induzione elettromagnetica che consenta al fluido di raggiungere la normotermia in meno di 1 minuto;
- display touchscreen di circa 6'' a luminosità variabile impermeabile che permette di gestire tutte le funzioni del sistema;
- visualizzazione in tempo reale di Flusso Infusione effettivo/Volume totale infuso/Pressione di linea/Temperatura dei liquidi;
- sistema di degassificazione automatico ciclico ogni 500 ml di infusione;
- infusione di bolo e settaggio gestiti dall'operatore da 100ml, 200ml, 300ml, 400ml, 500ml fino al 1000ml
- pompa di infusione peristaltica, che garantisca costantemente il medesimo flusso selezionato dall'operatore;
- sensori con allarme di bolle d'aria, in entrata e in uscita;
- sensori con allarme temperatura ante e post riscaldamento con allarme bassa temperatura se sotto i 34°C
- monitoraggio continuo della pressione nella linea, con adattamento del flusso in presenza di strozzature e allarme/stop in caso di ostruzione;
- monitoraggio automatico della pressione e regolazione della portata quando la pressione supera i 300 mmHg;
- circuito monouso sterile, dichiarato dal fabbricante senza alluminio;
- set codificato a colori e in unica confezione per una rapida installazione;
- disponibilità di serbatoio da 2,9 litri sostituibile al gocciolatoio standard da 120ml, per poter effettuare infusioni di grandi volumi mescolando emoderivati e farmaci onde mantenere stabile l'ematocrito ed i livelli proteici della coagulazione del paziente, comportando minor uso di sangue e maggiore appropriatezza della procedura.

Si chiede, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse mediante la trasmissione a questa Fondazione, dell'allegato A compilato e della documentazione tecnica riferita all'apparecchiatura richiesta.

Requisiti di ammissione all'invito:

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 "Motivi di esclusione" del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà inoltre possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti.
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'operatore dovrà essere iscritto al Registro imprese della Camera di Commercio con l'attività coincidente con quella oggetto della presente fornitura.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

In considerazione dell'urgenza, le aziende interessate devono inviare, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, tutti i documenti sopra richiesti inoltrando il tutto via posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it.

f.to

Il Direttore U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori
Dott.ssa Carla Cianciullo

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di manifestazione di interesse ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di un Sistema infusione alti flussi.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.