

## **AVVISO DI GARA**

**(ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)**

### **Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate**

Si rende noto che questa Fondazione intende acquisire manifestazione di interesse relativamente al Servizio di manutenzione programmata e assistenza tecnica full risk per un periodo di 24 mesi relativamente all'intero sistema di trattamento dell'acqua e comprensivo di circuito di distribuzione installato presso il centro di nefrologia e dialisi.

Il sistema di trattamento dell'acqua utilizza la centralina Culligan Mod. Acqua Clear RO2.

#### Manutenzione programmata

La manutenzione programmata deve comprendere le verifiche di sicurezza elettrica e i controlli periodici e prestazionali sulla base di quanto riportato nelle Linee Guida SIN su acque e soluzioni per dialisi, DGR 1650/95 e norma UNI 9182.

Gli interventi di manutenzione programmata devono essere schedulati come segue;

- programmata settimanale
  - verifica regolare funzionamento e stato del sistema comprensivo di controllo dei componenti impianto
  - Analisi chimiche (cloro, durezza, conducibilità, PH)
  - Controllo di tenuta delle valvole di intercettazione dell'intero sistemaDeve essere compreso:
  - il reintegro, se necessario, dei prodotti rigenerati e la sanitizzazione dei contenitori;
  - la sostituzione delle parti difettose eventualmente riscontrate.
- Programmata quindicinale
  - sostituzione delle cartucce filtranti
- Programmata mensile
  - Controllo ed eventuale taratura flussi osmotici e flussi di rigenerazione addolcitori
  - Controllo, verifica funzionamento e taratura della centralina e degli addolcitori duplex
  - Controllo e verifica funzionamento filtri a carbone attivo
  - Controllo e verifica perdite di carico
  - Sanitizzazione del circuito di distribuzione e degli impianti di osmosi inversa
  - Prelievo ed analisi microbiologica, inizio e fine anello
- Programmata trimestrale
  - Analisi chimica, fisica e microbiologica (DGR 1650/95). Prelievo e certificazione
- Programmata semestrale
  - Pulizia e sanitizzazione dei contenitori del sale e riempimento degli stessi
  - Sostituzione del carbone attivo contenuto nei filtri compreso il ritiro e lo smaltimento
  - Pulizia e disinfezione del serbatoio di stoccaggio acqua
  - Prelievo e analisi microbiologica dell'acqua di rete
- Controlli annuali
  - Reintegro delle resine scambiatrici contenute negli addolcitori
  - Prelievo e analisi chimica dell'acqua di rete

Manutenzione correttiva

Gli interventi di correttiva, in numero illimitato, devono avvenire entro 4 ore dalla chiamata e con orario H24 comprese le festività.

La manutenzione correttiva deve comprendere:

- Interventi di riparazione kit di scarichi terminali di tipo anticontaminanti in PVC, dei reni artificiali
- Interventi de circuito di distribuzione in PVDF SYGEF HP BCF.

Si chiede, pertanto, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse mediante la trasmissione a questa Fondazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, dell'interesse a partecipare allegando, oltre al modulo da compilare (allegato A) una breve relazione, max 2 pagine, sul servizio offerto.

**È richiesto, altresì, che gli operatori interessati posseggano anche i seguenti requisiti:**

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 "Motivi di esclusione" del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà inoltre possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti.

**Modalità di presentazione della manifestazione di interesse**

Gli operatori che rispondono al presente invito devono compilare il modulo "Allegato A" unito al presente avviso e inoltrarlo via PEC al seguente indirizzo: [approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it](mailto:approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it).

**f.to.**

**Il Direttore U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori**  
Dott.ssa Carla Cianciullo

Spett.le  
**Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata**  
Viale Oxford, 81  
00133 Roma

**Oggetto:** “Servizio di manutenzione programmata e assistenza tecnica full risk per un periodo di 24 mesi relativamente all’intero sistema di trattamento dell’acqua e comprensivo di circuito di distribuzione installato presso il centro di nefrologia e dialisi”

Il sottoscritto (nome e cognome) \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ dell’Impresa \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

(eventuale) sede amministrativa in \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo: PEC

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. Allegare un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.