

AVVISO DI GARA

(ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la seguente fornitura di *"Fornitura di un ecoendoscopio lineare e un videoduodenoscopio occorrenti alla UOC di Gastroenterologia del PTV"*.

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tali sistemi devono possedere:

Ecoendoscopio lineare

- Ottima qualità di immagine e possibilità di utilizzare NBI;
- Estrema flessibilità e diametro dello strumento non superiore a 12,6 mm;
- Ottimale controllo dei dispositivi introdotti nel canale operatore da parte dell'elevatore;
- Ottimale profondità di imaging in B-mode;
- Cavo ultrasuono separabile per facilitarne la pulizia;
- Compatibilità con colonna endoscopica Olympus Mod. Exera CV190 in dotazione al servizio;

Duodenoscopio

- Elevata risoluzione delle immagini;
- Elevata ampiezza del campo visivo verticale al fine di agevolare l'incannulazione della papilla;
- Facilità di utilizzo in retrovisione ed estrema flessibilità;
- Sistema di bloccaggio del filo guida che garantisca stabilità del filo stesso;
- Possibilità di utilizzo di NBI;
- Distale monouso per ridurre le infezioni;
- Compatibilità con la colonna endoscopica Olympus Mod. Exera CV190 in dotazione al servizio;

Si chiede, pertanto, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse mediante la trasmissione a questa Fondazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, di tutta la documentazione tecnica.

Requisiti di ammissione all'invito:

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 "Motivi di esclusione" del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà inoltre possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti.
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'operatore dovrà essere iscritto al Registro imprese della Camera di Commercio con l'attività coincidente con quella oggetto della presente fornitura.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che rispondono al presente invito devono compilare il modulo "Allegato A" unito al presente avviso e tutta la documentazione tecnica in possesso inoltrando il tutto via posta elettronica certificata (pec) al indirizzo approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it e contestualmente all'indirizzo email guido.serrecchia@ptvonline.it.

f.to

Il Direttore U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori
F.to Dott.ssa Carla Cianciullo

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di manifestazione di interesse ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per la *Fornitura di un ecoendoscopio lineare e un videoduodenoscopia occorrenti alla UOC di Gastroenterologia del PTV*".

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.