

AVVISO DI GARA

(ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la seguente fornitura di *“Fornitura di n.25 letti per degenza occorrenti al PTV”*.

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tale sistema deve possedere:

- Conformità a Standard Internazionale di Sicurezza IEC 60601-2-52, e relativi aggiornamenti compatibilità elettromagnetica (IEC 60601-1-2);
- Piano a 4 sezioni (3 snodi);
- Piano rete in materiale plastico o metallico o in HPL, facilmente sanificabile e igienizzabile, privo di intercapedini e discontinuità (spigoli vivi), resistente alla corrosione;
- Superficie di appoggio del materasso idonea a ospitare materassi ospedalieri standard e antidecubito;
- Testiera e pediera facilmente estraibili e dotato di sistema di blocco;
- Piano rete composto da doghe in materiale plastico asportabili e sanificabili;
- Autonomia fonte elettrica di almeno 4 ore;
- Sistema allunghetto di almeno 20 cm;
- Carico di lavoro sicuro di almeno 250 Kg;
- Raggiungimento posizione cardiologica;
- Funzione di basculamento laterale manuale del piano rete del letto mediante pulsantiera operatore e da comando a pedale;
- Altezza minima di tutta la struttura dal suolo per permettere l'uso del sollevapazienti mobili e apparecchi radiologici mobili di 150mm;
- Movimento elettrico alto/basso del piano rete indicativamente da almeno 40cm a 85cm;
- Movimento Trendelenburg – anti-Trendelenburg di almeno 15°;
- Sistema CPR meccanico intuitivo che permette l'abbattimento veloce e ammortizzato dello schienale;
- Contemporanea elevazione schienale/bacino con un singolo pulsante;
- N°4 ruote antistatiche, antitraccia e piroettanti con diametro di almeno 150mm, conformi a normative vigenti;
- Presenza della quinta ruota direzionale;
- N°4 semi sponde laterali di contenimento con abbattimento ammortizzato, a scomparsa o a ribalta conformi alla normativa CEI EN 60601-2-52; tutte le parti in movimento non devono presentare punti di schiacciamento e possibili spazi non protetti per evitare cadute accidentali;
- Comandi elettrici per l'operatore integrati sulla parte esterna della sponda e su pulsantiera;
- Disponibilità di pulsantiera paziente ergonomica, intuitiva e facilmente accessibile, anche integrata all'interno delle sponde e con pulsantiera lato-testa comandabile dal paziente ma con movimenti bloccabili da parte dell'operatore;
- Allarme sonoro e/o visivo in caso di freno libero e cavo di alimentazione scollegato a rete;
- Porta bombole integrato o ancorabile al letto in grado di consentire un trasporto in sicurezza di bombole da 5 litri;
- Asta porta flebo posizionabile in 4 punti;

- Barra con ganci porta drenaggi;
- Consegna entro 15 giorni solari.

Si chiede, pertanto, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse mediante la trasmissione a questa Fondazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, di tutta la documentazione tecnica.

Requisiti di ammissione all'invito:

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 "Motivi di esclusione" del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà inoltre possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti.
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'operatore dovrà essere iscritto al Registro imprese della Camera di Commercio con l'attività coincidente con quella oggetto della presente fornitura.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che rispondono al presente invito devono compilare il modulo "Allegato A" unito al presente avviso e tutta la documentazione tecnica in possesso inoltrando il tutto via posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it e contestualmente all'indirizzo email mariagrazia.giorgi@ptvonline.it.

Il Direttore U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori
F.to Dott.ssa Carla Cianciullo

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di gara, ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per la "Fornitura di n.25 letti per degenza occorrenti al PTV".

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.