

AVVISO DI GARA

(ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la seguente fornitura di *“Fornitura di sistemi per l'eliminazione totale della formalina nelle camere operatorie, per la gestione controllata dello stoccaggio e del trasporto dei pezzi operatori, dell'immissione della formalina nei contenitori e per la fissazione controllata dei campioni trattati nei laboratori delle UOSD Anatomia patologica ad Indirizzo istopatologico e citopatologico, compreso relativo materiale di consumo occorrente alla Sala Operatoria ed alla Anatomia Patologica”*.

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tale sistema deve possedere:

Caratteristiche minime richieste per il sistema di Sala Operatoria

- Sistemi dedicati alle attività delle sale operatorie, per il confezionamento e la sigillatura sottovuoto, senza utilizzo di bombole esterne, dei campioni istologici
- Sistema di aspirazione fumi e sistema filtrante
- Impiego di filtri a carboni attivi e filtri HEPA
- Utilizzo di materiali di consumo consistenti in buste
- Frigoriferi fissi e portatili per stoccaggio provvisorio ed il trasporto dei campioni a bassa temperatura

Caratteristiche minime richieste per il sistema per il Laboratorio di Anatomia Patologica

- Sistema unico e integrato, dedicato alle attività dell'Anatomia Patologica, in grado di dosare la formalina e sigillare il campione;
- Sistema di aspirazione fumi e sistema filtrante;
- Impiego di filtri a carboni attivi e filtri HEPA;
- Determinazione automatica del peso del campione ed immissione automatica del fissativo in relazione al peso effettivo dello stesso;
- Utilizzo di materiali di consumo consistenti in buste;
- Operazione di carico e sostituzione delle taniche di formalina in totale sicurezza per l'operatore

Caratteristiche richieste per i consumabili

- Fornitura di buste
- Fornitura di taniche di formalina compatibili con l'alloggiamento dell'apparecchiatura

Si chiede, pertanto, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse mediante la trasmissione a questa Fondazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, di tutta la documentazione tecnica.

Requisiti di ammissione all'invito:

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 "Motivi di esclusione" del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà inoltre possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti.
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'operatore dovrà essere iscritto al Registro imprese della Camera di Commercio con l'attività coincidente con quella oggetto della presente fornitura.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che rispondono al presente invito devono compilare il modulo "Allegato A" unito al presente avviso e tutta la documentazione tecnica in possesso inoltrando il tutto via posta elettronica certificata (pec) al indirizzo approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it e contestualmente all'indirizzo email mariagrazia.giorgi@ptvonline.it.

Il Direttore U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori
F.to Dott.ssa Carla Cianciullo

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di gara, ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per la *“Fornitura di sistemi per l'eliminazione totale della formalina nelle camere operatorie, per la gestione controllata dello stoccaggio e del trasporto dei pezzi operatori, dell'immissione della formalina nei contenitori e per la fissazione controllata dei campioni trattati nei laboratori delle UOSD Anatomia patologica ad Indirizzo istopatologico e citopatologico, compreso relativo materiale di consumo occorrente alla Sala Operatoria ed alla Anatomia Patologica”*.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.