

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di: “

Stent autoespandibile in nitinol e platino, con maglia composta da 48 fili intrecciati, diametro 3 F e punta atramautica, dedicato al trattamento di arteriopatia ostruttiva cronica periferica dei vasi tibiali”.

Stent balloon-expandable in acciaio inossidabile e incapsulato con ePTFE, disponibile in diametri da 6 e 7 mm e lunghezze da 22 a 59 mm.

Lo stent deve essere indicato per il mantenimento della perfusione delle arterie renali quando utilizzato in combinazione con il sistema di endoprotesi Endurant II/IIIs.

In considerazione dell'urgenza dell'approvvigionamento di tale dispositivi, si chiede, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse mediante la trasmissione a questa Fondazione, dell'allegato A compilato e della documentazione tecnica riferita al dispositivo richiesto entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Requisiti di ammissione all'invito:

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 “Motivi di esclusione” del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà inoltre possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti.
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'operatore dovrà essere iscritto al Registro imprese della Camera di Commercio con l'attività coincidente con quella oggetto della presente fornitura.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che rispondono al presente invito devono inviare, l'allegato A compilato e la documentazione tecnica, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, inoltrando il tutto via posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it, e contestualmente all'indirizzo e-mail: sandra.caprara@ptvonline.it

f.to

Il Direttore U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori
Dott.ssa Carla Cianciullo

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di indagine di mercato ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di:

"Stent autoespandibile in nitinol e platino, con maglia composta da 48 fili intrecciati, diametro 3 F e punta atraumatica, dedicato al trattamento di arteriopatia ostruttiva cronica periferica dei vasi tibiali"

Stent balloon-expandable in acciaio inossidabile e incapsulato con ePTFE, disponibile in diametri da 6 e 7 mm e lunghezze da 22 a 59 mm.

Lo stent deve essere indicato per il mantenimento della perfusione delle arterie renali quando utilizzato in combinazione con il sistema di endoprotesi Endurant II/IIIs."

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.