

## **AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)**

### **Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate**

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura: *in service di un coloratore di vetrini per le necessità del Laboratorio di Oncoematologia e di Blochimica Clinica, con le caratteristiche come di seguito elencate:*

- *tre programmi di colorazione fra cui "May-Grunwald Giemsa;*
- *nove intensità di colorazione per programma;*
- *possibilità di variazione per ogni programma dei parametri: fissaggio, rapporto eosina/tiazina, ciclo di lavaggio;*
- *un programma di colorazione completamente OPEN e gestibile dall'operatore;*
- *capacità rotore: 12 vetrini;*
- *numero di vetrini programmabile per ogni ciclo di colorazione;*
- *capacità operativa: da 120 a 180 vetrini/ora a seconda del tipo di programma e della intensità impostata;*
- *applicazione dei coloranti e fissativo per mezzo di nebulizzatori indipendenti per evitare "CARRY OVER";*
- *sistema chiuso, onde evitare contaminazioni ambientali;*
- *velocità di rotazione durante l'applicazione dei coloranti: 20 RPM;*
- *velocità di rotazione per l'asciugatura: 1000 RPM;*
- *controllo livello reagenti;*
- *sistema di pulizia automatico a fine lavoro;*
- *display alfanumerico a cristalli liquidi per la visualizzazione delle fasi operative;*
- *programmabile come uso citocentrifuga;*
- *autotest per verifica funzionalità nebulizzatori.*

In considerazione dell'urgenza dell'approvvigionamento di tale dispositivo, si chiede, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse mediante la trasmissione a questa Fondazione, dell'allegato A compilato e della documentazione tecnica riferita al dispositivo richiesto entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

#### **Requisiti di ammissione all'invito:**

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 "Motivi di esclusione" del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà inoltre possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti.
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'operatore dovrà essere iscritto al Registro imprese della Camera di Commercio con l'attività coincidente con quella oggetto della presente fornitura.

### **Modalità di presentazione della manifestazione di interesse**

Le aziende che rispondono al presente invito devono inviare, l'allegato A compilato e la documentazione tecnica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, inoltrando il tutto via posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

[approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it](mailto:approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it), e contestualmente all'indirizzo e-mail:  
[sandra.caprara@ptvonline.it](mailto:sandra.caprara@ptvonline.it)

**f.to**

**Il Direttore U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori**  
Dott.ssa Carla Cianciullo

sc

Spett.le  
**Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata**  
Viale Oxford, 81  
00133 Roma

**Oggetto:** avviso di indagine di mercato ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura "in service di un coloratore di vetrini per le necessità del Laboratorio di Oncoematologia e di Biochimica Clinica, con le caratteristiche come di seguito elencate:

- *tre programmi di colorazione fra cui "May-Grunwald Giemsa;*
- *nove intensità di colorazione per programma;*
- *possibilità di variazione per ogni programma dei parametri: fissaggio, rapporto eosina/tiazina, ciclo di lavaggio;*
- *un programma di colorazione completamente OPEN e gestibile dall'operatore;*
- *capacità rotore: 12 vetrini;*
- *numero di vetrini programmabile per ogni ciclo di colorazione;*
- *capacità operativa: da 120 a 180 vetrini/ora a seconda del tipo di programma e della intensità impostata;*
- *applicazione dei coloranti e fissativo per mezzo di nebulizzatori indipendenti per evitare "CARRY OVER";*
- *sistema chiuso, onde evitare contaminazioni ambientali;*
- *velocità di rotazione durante l'applicazione dei coloranti: 20 RPM;*
- *velocità di rotazione per l'asciugatura: 1000 RPM;*
- *controllo livello reagenti;*
- *sistema di pulizia automatico a fine lavoro;*
- *display alfanumerico a cristalli liquidi per la visualizzazione delle fasi operative;*
- *programmabile come uso citocentrifuga;*
- *autotest per verifica funzionalità nebulizzatori.*

Il sottoscritto (nome e cognome) \_\_\_\_\_

Nato a il \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'Impresa \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

(eventuale) sede amministrativa in \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

**MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE**

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.