FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

AVVISO DI GARA

(ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la "*Fornitura di strumenti per colonna endoscopica occorrenti alla UOC di Gastroenterologia del PTV".*

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tali sistemi devono possedere:

Videogastroscopio Operativo

- Ottima qualità di immagine e possibilità di utilizzare cromoendoscopie pre-processing;
- Estrema flessibilità e diametro dello strumento non superiore a 11,6 mm;
- Diametro del canale operativo di almeno 3,7 mm;
- Dotato di connettore unico;
- Dotato di canale di lavaggio ausiliario;
- Compatibilità con colonna endoscopica Fujifilm ELUXEO Modello VP-7000/BL 7000 in dotazione al servizio.

Videogastroscopio Standard

- Ottima qualità di immagine e possibilità di utilizzare cromoendoscopie pre-processing;
- Estrema flessibilità e diametro dello strumento non superiore a 9,5 mm;
- Diametro del canale operativo di almeno 2,8 mm;
- Dotato di connettore unico;
- Dotato di canale di lavaggio ausiliario;
- Compatibilità con colonna endoscopica Fujifilm ELUXEO Modello VP-7000/BL 7000 in dotazione al servizio.

Videocolonoscopio standard medio

- Ottima qualità di immagine e possibilità di utilizzare cromoendoscopie pre-processing;
- Estrema flessibilità e diametro dello strumento non superiore a 13,2 mm;
- Diametro del canale operativo di almeno 3,7 mm;
- Dotato di connettore unico;
- Dotato di canale di lavaggio ausiliario;
- Lunghezza operativa di almeno 1300 mm;
- Tubo di inserzione con flessibilità progressiva o sistema equivalente che faciliti l'avanzamento dello strumento all'interno della struttura anatomica;
- Compatibilità con colonna endoscopica Fujifilm ELUXEO Modello VP-7000/BL 7000 in dotazione al servizio.

Pompa di irrigazione

- Pompa peristaltica per uso in endoscopia flessibile;
- Sistema compatto di irrigazione tramite canale di lavaggio ausiliario o bioptico dell'endoscopio;
- Sistema attivabile tramite pedale dedicato;
- Possibilità di utilizzo con tubi monouso e/o pluriuso;
- Serbatoio di grande capacità.

Tutti le apparecchiature offerte dovranno essere di ultima generazione e nuove di fabbrica.

Si ritengono inoltre inclusi:

- Tutti gli accessori necessari al corretto primo funzionamento degli strumenti in combinazione con la colonna endoscopica Fujifilm ELUXEO Modello VP-7000/BL 7000 in dotazione al servizio;
- Servizio di assistenza tecnica Full-Risk (danni accidentali inclusi) della durata di almeno mesi 12

Si chiede, pertanto, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse mediante la trasmissione a questa Fondazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, di tutta la documentazione tecnica.

Requisiti di ammissione all'invito:
Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli articoli 94, 95 e 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le aziende che rispondono al presente invito devono compilare il modulo "Allegato A" unito al presente avviso e tutta la documentazione tecnica in possesso inoltrando il tutto via posta elettronica certificata (pec) al indirizzo approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it e contestualmente all'indirizzo email mariagrazia.giorgi@ptvonline.it.

f.to
Il Direttore
Dott.ssa Carla Cianciullo

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di manifestazione di interesse ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per la *Fornitura di strumenti per colonna endoscopica occorrenti alla UOC di Gastroenterologia del PTV*.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.
Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.