

AVVISO DI GARA

(ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di *"n. 1 camera medicale per la visualizzazione transcutanea intraoperatoria ed ambulatoriale della fluorescenza del colorante diagnostico Verde Indocianina occorrenti alla U.O.S.D. Breast Unit del PTV"*.

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tale sistema deve possedere:

- ❖ Sistema camera medicale per la visualizzazione della fluorescenza di tracciante diagnostico Verde Indocianina tipo Verdyne, per procedure di stadiazione e chirurgia dei linfatici, reperimento di linfonodi sentinella, chirurgia plastica ricostruttiva e chirurgia epatica;
- ❖ Sistema dotato di unità camera con luce LED dedicata alla chirurgia open che emette nell'infrarosso vicino (NIR) e di una consolle di controllo compatta con dimensioni e peso ridotto;
- ❖ Sistema con possibilità di utilizzo stand-alone senza la necessità di componenti aggiuntivi per la visualizzazione delle immagini e suo funzionamento;
- ❖ Dimensione e peso complessivo del sistema ridotto e trasportabile con trolley o borsa dedicata;
- ❖ Possibilità di utilizzo stand-alone particolarmente utile in ambito ambulatoriale;
- ❖ Camera con tecnologia CCD o equivalente, utilizzata per la visualizzazione delle immagini ad alto contrasto nell'infrarosso vicino (NIR) con sensore ad elevata sensibilità;
- ❖ Consolle di controllo con monitor touch-screen a colori integrato per la visualizzazione delle immagini fluorescenti e con la possibilità di salvataggio delle stesse;
- ❖ Tecnologia che permette la possibilità di utilizzo anche in ambienti con illuminazione indiretta contenente componente a luce infrarossa;
- ❖ Uscita video HDMI per possibilità di collegamento del sistema ad un monitor esterno;
- ❖ Comandi e regolazioni:
 - regolazione intensità luce infrarossa di eccitazione;
 - regolazione del filtro della luce ambientale;
 - comando per eseguire fotografie;
 - comando start/stop per la registrazione video;
- ❖ Hard disk interno di grosse dimensioni superiore a 500 GB di memoria per registrazione diretta di video e foto;

- ❖ Regolazioni e comandi disponibili sia sull'unità camera (operatore diretto) che dalla consolle mediante il monitor touch-screen (operatore esterno);
- ❖ Utilizzabile in campo sterile con apposito kit sterile;
- ❖ Formati foto e video facilmente esportabili tramite penna USB e leggibili con normali SW di visualizzazione su PC (formati tipo MPEG1 e JPEG).

Si chiede, pertanto, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse mediante la trasmissione a questa Fondazione, **entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso**, dell'allegato A e di tutta la documentazione tecnica.

Requisiti di ammissione all'invito:

Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli articoli 94, 95 e 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che rispondono al presente invito devono compilare il modulo "Allegato A" unito al presente avviso e tutta la documentazione tecnica in possesso inoltrando il tutto via posta elettronica certificata (pec) al indirizzo approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it e contestualmente all'indirizzo email guido.serrecchia@ptvonline.it.

f.to.

Il Direttore U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori

F.to Dott.ssa Carla Cianciullo

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di indagine di mercato ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per *“n. 1 camera medicale per la visualizzazione transcutanea intraoperatoria ed ambulatoriale della fluorescenza del colorante diagnostico Verde Indocianina occorrenti alla U.O.S.D. Breast Unit del PTV”*.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.