AVVISO DI GARA

(ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per l'acquisizione di dispositivi per Elettrofisiologia

Rif.	Descrizione	Caratteristiche	Articolo in riferimento o equivalente
1	SISTEMA DI MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO TRIDIMENSIONALE	Sistema di mappaggio elettroanatomico tridimensionale ad alta risoluzione, indicato per il mappaggio atriale e ventricolare nelle procedure di EF. Il sistema deve essere in grado di acquisire numerosi punti al minuto, fornendo mappe dettagliate in maniera rapida, comprensivo di materiale monuso.	KIT RHYTHMIA
2	LASER PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE	Sistema laser per ablazione e isolamento di vene polmonari, al fine di trattare la FA composto da endoscopio riutilizzabile e risterilizzabile e pallone 10-32 mm circa. Consolle in comodato d'uso gratuito.	CARDIOFOCUS

3	ELETTROCATETERI PER STUDI ELETTROFISIOLOGICI	Elettrocateteri per studio EF quadripolari e cateteri ablatori da 4 e 8 mm circa	vari tipi
4	PM LEADLESS PER STIMOLAZIONE ATRIO VENTRICOLARE	Dispositivo indicato per la stimolazione in modo VDD in pazienti non candidabili a stimolazione transvenosa bicamerale, comprensivo di eventuali dispositivi aggiuntivi necessari all'impianto. Possibilità di monitoraggio da remoto.	MICRA-Medtronic
5	PM LEADLESS CON BATTERIA A LONGEVITà PROLUNGATA	Dispositivo in grado di erogare stimolazione antibradicardica, con batteria ed elettrocateteri incorporati. La batteria deve garantire una longevità superiore ai 17 anni. Il PM deve essere fornito insieme ai dispositivi aggiuntivi necessari all'impianto.	AVEIR-ABBOTT

Si chiede, pertanto, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse mediante la trasmissione a questa Fondazione, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, di tutta la documentazione tecnica.

Si chiede, cortesemente di indicare il numero di riferimento.

Requisiti di ammissione all'invito:
Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli articoli 94, 95 e 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che rispondono al presente invito devono compilare il modulo "Allegato A" unito al presente avviso e tutta la documentazione tecnica in possesso inoltrando il tutto via posta elettronica certificata (pec) all' indirizzo approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it e contestualmente all'indirizzo email sandra.caprara@ptvonline.it

f.to
UOC ACQUISIZIONI FORNITURE SERVIZI E LAVORI
Il Direttore F.F.
DR. Francesco Quagliariello

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di manifestazione di interesse ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per l'acquisizione dispositivi per Elettrofisiologia

Rif.	Descrizione	Caratteristiche	Articolo in riferimento o equivalente
1	SISTEMA DI MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO TRIDIMENSIONALE	Sistema di mappaggio elettroanatomico tridimensionale ad alta risoluzione, indicato per il mappaggio atriale e ventricolare nelle procedure di EF. Il sistema deve essere in grado di acquisire numerosi punti al minuto, fornendo mappe dettagliate in maniera rapida, comprensivo di materiale monuso.	KIT RHYTHMIA
2	LASER PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE	Sistema laser per ablazione e isolamento di vene polmonari, al fine di trattare la FA composto da endoscopio riutilizzabile e risterilizzabile e pallone 10-32 mm circa. Consolle in comodato d'uso gratuito.	CARDIOFOCUS

	3 ELETTROCATETERI PER STUDI ELETTROFISIOLOGICI	Elettrocateteri per studio EF quadripolari e cateteri ablatori da 4 e 8 mm circa	vari tipi
	4 PM LEADLESS PER STIMOLAZIONE ATRIO VENTRICOLARE	Dispositivo indicato per la stimolazione in modo VDD in pazienti non candidabili a stimolazione transvenosa bicamerale, comprensivo di eventuali dispositivi aggiuntivi necessari all'impianto. Possibilità di monitoraggio da remoto.	MICRA-Medtronic
	5 PM LEADLESS CON BATTERIA A LONGEVITà PROLUNGATA	Dispositivo in grado di erogare stimolazione antibradicardica, con batteria ed elettrocateteri incorporati. La batteria deve garantire una longevità superiore ai 17 anni. Il PM deve essere fornito insieme ai dispositivi aggiuntivi necessari all'impianto.	AVEIR-ABBOTT

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.
Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.