

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

Deliberazione n. 336 del 18.04.2019

Struttura proponente: UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori

Oggetto: Aggiudicazione della Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della fornitura inclusive service di n. 2 strumentazioni automatiche per colorazione IHC/FISH/ISH e n. 1 sistema di acquisizione d'immagine e lettura automatizzata in luce chiara e fluorescenza, per anni tre per le necessità della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo istopatologico e della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo citologico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata CIG 7634559D61, indetta con Deliberazione DG n. 954/2018 con contestuale proroga tecnica delle attuali forniture.

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE


Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio
- ☒ i costi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto
- OVVERO ☐ gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto ☒ sono ☐ non sono ricompresi nel budget di assegnazione


L'estensore (Dott.ssa Assunta Carlomagno)

Firma 

Il Responsabile del procedimento (Dott.ssa Carla Cianciullo)

Firma 

Il Direttore (Dott.ssa Carla Cianciullo)

Firma 

A CURA DEL RESPONSABILE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

- ☒ ATTESTA che i costi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici ivi indicati ☐ OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto ☒ sono ☐ non sono ricompresi nel budget di assegnazione

Il Direttore: Dr. Stefano Piccari

N. cronologico: 353 /20 19

Parere Direttore Amministrativo

☒ Favorevole ☐ Contrario

Dr. A. Fiori

Parere Direttore Sanitario

☒ Favorevole ☐ Contrario

Prof. A. Magrini



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Delibera n. 9 del 1° luglio 2014 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV in base alla quale la Dott.ssa Tiziana Frittelli è stata nominata Direttore Generale della Fondazione PTV con, altresì, funzioni di gestione dell'A.O.U. PTV in qualità di Direttore Generale della stessa;

VISTA la Circolare del Direttore generale del PTV, prot. n. 7972 del 25/03/2016, che riporta le "DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale" e alla quale si fa integrale rinvio;


PRESO ATTO CHE la Fondazione PTV:

- con Deliberazione DG n. 954 del 15/10/2018 ha autorizzato l'indizione della "*Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della fornitura inclusive service di n. 2 strumentazioni automatiche per colorazione IHC/FISH/ISH e n. 1 sistema di acquisizione d'immagine e lettura automatizzata in luce chiara e fluorescenza, per anni tre per le necessità della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo istopatologico e della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo citologico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata*" CIG 7634559D61", da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice per un valore complessivo posto a base di gara di € 500.000,00 IVA esclusa, con contestuale proroga tecnica delle analoghe forniture in essere;
- con Deliberazione DG n. 1088 del 05/12/2018, in esito a seduta pubblica del RUP di verifica della documentazione amministrativa tenutasi in data 04/12/2018 di cui a verbale n. 1 in pari data, ha disposto l'ammissione alla procedura dell'operatore economico Leica Microsystems S.r.l. e l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico Roche Diagnostic S.p.A. per tardiva presentazione dell'offerta;
- con Deliberazione DG n. 48 del 24/01/2019 ha nominato ai sensi dell'art. 77 del Codice la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
 1. Prof. Augusto Orlandi - Presidente;
 2. Prof. Amedeo Ferlosio - Componente;
 3. Dott. Ilio Giambini - Componente;
 4. Dr.ssa Assunta Carlomagno - Segretario verbalizzante;

CONSIDERATO CHE la Commissione giudicatrice, come risultante dal verbale n. 4, ha portato a termine i lavori di valutazione delle Offerte tecniche in seduta riservata il giorno 25/02/2019;

DATO ATTO CHE la Commissione giudicatrice in seduta pubblica del 20/03/2019, di cui a verbale n. 5 in pari data:

- ha comunicato l'esito della valutazione effettuata in merito all'Offerta tecnica;
- ha proceduto all'apertura dell'Offerta economica, ha attribuito il relativo punteggio e determinato il punteggio complessivo;



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

Concorrente	Punteggio Offerta tecnica	Offerta economica	Punteggio Offerta economica	Punteggio complessivo
Leica Microsystems S.r.l.	66	€ 490.861,23	30	96

- ha conseguentemente proposto l'aggiudicazione della procedura in favore del concorrente Leica Microsystems S.r.l.;

CONSIDERATO CHE con nota del 22/03/2019 in atti la Commissione giudicatrice ha trasmesso al RUP tutta la documentazione di gara;

VERIFICATO CHE dall'analisi dei verbali di gara, allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale (Allegati da 1 a 5), e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al medesimo, le operazioni di gara si sono svolte in ossequio alla normativa vigente;


RITENUTO PERTANTO di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice, risultante dal verbale n. 5 della seduta pubblica del 20/03/2019, e disporre, conseguentemente, l'aggiudicazione della *"Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della fornitura inclusive service di n. 2 strumentazioni automatiche per colorazione IHC/FISH/ISH e n. 1 sistema di acquisizione d'immagine e lettura automatizzata in luce chiara e fluorescenza, per anni tre per le necessità della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo istopatologico e della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo citologico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata CIG 7634559D61"* in favore del concorrente Leica Microsystems S.r.l., con sede in Buccinasco (MI) 20090 via Emilia n. 26 Codice fiscale/Partita IVA 09933630155, per l'importo complessivo offerto di € 490.861,23 Iva e oneri DUVRI esclusi e, dunque, pari a € 600.741,70 Iva e oneri DUVRI inclusi;

EVIDENZIATO CHE, ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. a) del Codice, non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto trattandosi di procedura di gara per la quale è stata ammessa una sola offerta e non è stata proposta impugnazione avverso il relativo provvedimento di esclusione;

TENUTO CONTO CHE, in considerazione delle tempistiche stabilite dal Capitolato tecnico per l'effettiva attivazione della fornitura di cui alla presente aggiudicazione, decorrente dal positivo collaudo della strumentazione, si ritiene congruo stimare quale data di avvio del nuovo appalto il 01/06/2019;

RAVVISATA PERTANTO la necessità di garantire, nelle more del suddetto avvio, la proroga tecnica fino al 31/05/2019, fatto salvo il minor tempo, delle seguenti attuali forniture *inclusive service* per gli importi massimi complessivi di seguito indicati:

- Fornitura *inclusive service* del sistema di colorazione e monitoraggio dei vetrini "Symphony" e apparecchio automatico per reazioni immunoistochimiche, in favore di Roche Diagnostics S.p.A. per un importo massimo complessivo pari a € 45.000,00 Iva esclusa e, dunque, pari a € 54.900,00 Iva inclusa;



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

RAVVISATA PERTANTO la necessità di garantire, nelle more del suddetto avvio, la proroga tecnica fino al 31/05/2019, fatto salvo il minor tempo, delle seguenti attuali forniture *inclusive service* per gli importi massimi complessivi di seguito indicati:

- Fornitura *inclusive service* del sistema di colorazione e monitoraggio dei vetrini "Symphony" e apparecchio automatico per reazioni immunoistochimiche, in favore di Roche Diagnostics S.p.A. per un importo massimo complessivo pari a € 45.000,00 Iva esclusa e, dunque, pari a € 54.900,00 Iva inclusa;
- Fornitura *inclusive service* per colorazioni speciali, in favore di Agilent Technologies Italia S.p.A. per un importo massimo complessivo pari a € 2.600,00 Iva esclusa e, dunque, pari a € 3.172,00 Iva inclusa;

SPECIFICATO CHE la Fondazione PTV si riserva la risoluzione anticipata degli affidamenti in proroga di cui al presente provvedimento, in caso di intervenuta attivazione medio tempore della nuova fornitura;

TENUTO CONTO CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga del contratto di affidamento in essere, come da indicazione ANAC;

VERIFICATO CHE per quanto riguarda la definizione dei costi derivanti dalla proroga di cui all'oggetto, pari ad € 47.6000,00 IVA esclusa e, dunque, pari a € 58.072,00 IVA inclusa, gli stessi graveranno sui seguenti sottoconti per gli esercizi di seguito indicati:

VERIFICATO CHE per quanto riguarda la definizione dei costi derivanti dal presente atto, pari a € 490.861,23 Iva e oneri DUVRI esclusi e, dunque, pari a € 600.741,70 Iva e oneri DUVRI inclusi per il nuovo affidamento triennale, e pari a € 47.6000,00 Iva esclusa e, dunque, pari a € 58.072,00 Iva inclusa per l'affidamento in proroga, gli stessi graveranno sui seguenti sottoconti per gli esercizi di seguito indicati:


- Nuova fornitura triennale:

Sottoconto	2019	2020	2021	2022
501010318 <i>Materiali per indagini istologiche</i>	€ 116.810,98	€ 200.247,26	€ 200.247,26	€ 83.436,20

- Affidamenti in proroga delle attuali forniture:

Sottoconto	2019
501010318 <i>Materiali per indagini istologiche</i>	€ 58.072,00

ACQUISITA, da parte del Direttore della struttura proponente assegnataria dello stanziamento di *budget*, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che gli oneri di cui al presente atto – così come individuati nel dispositivo unitamente ai sotto-conti economici di rispettivo riferimento – per l'anno 2019 non comportano alcuno scostamento rispetto al bilancio preventivo economico annuale di cui alla Deliberazione D.G. n. 1193 del 24/12/2018 avente oggetto "Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011"



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

formulato per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di disporre l'aggiudicazione della "Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della fornitura inclusive service di n. 2 strumentazioni automatiche per colorazione IHC/FISH/ISH e n. 1 sistema di acquisizione d'immagine e lettura automatizzata in luce chiara e fluorescenza, per anni tre per le necessità della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo istopatologico e della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo citologico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata CIG 7634559D61" in favore del concorrente Leica Microsystems S.r.l., con sede in Buccinasco (MI) 20090 via Emilia n. 26 Codice fiscale/Partita IVA 09933630155, per un valore complessivo offerto pari a € 490.861,23 Iva esclusa e, dunque, pari a € 600.741,70 Iva e oneri DUVRI inclusi;
2. di autorizzare la proroga tecnica fino al 31/05/2019 delle seguenti forniture inclusive service alle medesime condizioni contrattuali e tecniche in essere:
 - Fornitura inclusive service del sistema di colorazione e monitoraggio dei vetrini "Symphony" e apparecchio automatico per reazioni immunoistochimiche, in favore di Roche Diagnostics S.p.A. per un importo massimo complessivo pari a € 45.000,00 Iva esclusa e, dunque, pari a € 54.900,00 Iva inclusa;
 - Fornitura inclusive service per colorazioni speciali, in favore di Agilent Technologies Italia S.p.A. per un importo massimo complessivo pari a € 2.600,00 Iva esclusa e, dunque, pari a € 3.172,00 Iva inclusa;
3. di sottoporre gli affidamenti in proroga di cui al punto 3 alla condizione risolutiva dell'attivazione medio tempore della nuova fornitura triennale;
4. di far gravare gli oneri economici di cui al presente provvedimento, comprensivi di Iva e oneri DUVRI, sul seguente sottoconto per gli esercizi di seguito indicati:

- Nuova fornitura triennale:

Sottoconto	2019	2020	2021	2022
501010318 Materiali per indagini istologiche	€ 116.810,98	€ 200.247,26	€ 200.247,26	€ 83.436,20

- Affidamenti in proroga delle attuali forniture:

Sottoconto	2019
501010318 Materiali per indagini istologiche	€ 58.072,00

dando atto che la quota parte riferita all'esercizio 2019 non comporta alcuno scostamento rispetto al bilancio preventivo economico annuale di cui alla Deliberazione DG n. 1193 del 24/12/2018 avente ad oggetto "Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i." approvato dal Consiglio di amministrazione in data 30/01/2019 e che la restante quota parte sarà ricompresa nei bilanci di previsione di rispettivo riferimento;



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

5. di far gravare gli oneri economici di cui al presente provvedimento, comprensivi di Iva e oneri DUVRI, sul seguente sottoconto per gli esercizi di seguito indicati:

- Nuova fornitura triennale:

Sottoconto	2019	2020	2021	2022
501010318 <i>Materiali per indagini istologiche</i>	€ 116.810,98	€ 200.247,26	€ 200.247,26	€ 83.436,20

- Affidamenti in proroga delle attuali forniture:

Sottoconto	2019
501010318 <i>Materiali per indagini istologiche</i>	€ 58.072,00

dando atto che la quota parte riferita all'esercizio 2019 non comporta alcuno scostamento rispetto al bilancio preventivo economico annuale di cui alla Deliberazione DG n. 1193 del 24/12/2018 avente ad oggetto "Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i." approvato dal Consiglio di amministrazione in data 30/01/2019 e che la restante quota parte sarà ricompresa nei bilanci di previsione di rispettivo riferimento;

6. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto per la nuova fornitura triennale di cui al punto 1, il Prof. Augusto Orlandi, Direttore UOSD Anatomia patologica ad indirizzo istopatologico;
7. di confermare Direttore dell'esecuzione del contratto per gli affidamenti in proroga di cui al punto 3, il dott. Fabio Gallenzi, Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico presso le UOSD Anatomia patologica;
8. di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.

La presente deliberazione è composta di n. 6 pagine (comprensive del frontespizio) e di n. 5 allegati costituiti dal seguente numero di pagine:

- All. 1 – (Verbale n. 1 del 04/12/2018 - pag. n. 4);
- All. 2 – (Verbale n. 2 del 12/02/2019 - pag. n. 1);
- All. 3 – (Verbale n. 3 del 19/02/2019 - pag. n. 2);
- All. 4 – (Verbale n. 4 del 25/02/2019 - pag. n. 5);
- All. 5 – (Verbale n. 5 del 20/03/2019 - pag. n. 2);

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

TIZIANA FRITTELLI
Direttore Generale



REGIONE
LAZIO

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della fornitura inclusive service di n. 2 strumentazioni automatiche per colorazione IHC/FISH/ISH e n. 1 sistema di acquisizione d'immagine e lettura automatizzata in luce chiara e fluorescenza, per anni tre per le necessità della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo istopatologico e della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo citologico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Verbale n. 1
(Prima seduta pubblica del RUP)

Alle ore 10.10 del giorno 4 dicembre 2018 presso la sede della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Aula ECM 2, è convocata la prima seduta pubblica della procedura aperta di cui al titolo.

È presente il Responsabile del procedimento, di seguito RUP, dott.ssa Carla Cianciullo nominata con Deliberazione D.G. n. 954 del 15/10/2018, che procederà ai sensi dell'art. 19 del Disciplinare di gara alle seguenti operazioni di gara: verifica del tempestivo deposito delle offerte, verifica dell'integrità dei relativi plichi, apertura della BUSTA A - Documentazione amministrativa, verifica della documentazione amministrativa.

A supporto del RUP partecipano alla seduta pubblica: la dott.ssa Giorgia Levante, Collaboratore Amministrativo, e la dott.ssa Sara Toccini, Coadiutore Amministrativo Esperto, dipendenti della stazione appaltante in servizio presso la UOC Acquisizione Forniture Servizi e Lavori.

Il RUP dichiara aperta la seduta e, preliminarmente, prende atto che sono presenti i sotto indicati rappresentanti degli operatori economici a fianco specificati:

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Documento di riconoscimento</i>	<i>Operatore economico</i>	<i>Poteri</i>
FATTOROSI BARNABA	Paolo	CI n. AT9088790	Leica Microsystems S.r.l.	Delega
LANA	Ilaria	CI n. AR3602662	Roche Diagnostics S.p.A.	Delega
PAZZI	Cinzia	CI n. 2632621AA	Roche Diagnostics S.p.A.	Procura

Le relative deleghe sono agli atti.

Il RUP apre la seduta comunicando che:

- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato dal bando di gara al 28/11/2018 ore 12.00, risulta pervenuta, in data 28/11/2018 ore 09.30, l'offerta dell'operatore economico LEICA MICROSYSTEMS S.r.l., come attestato dal numero di entrata apposto dall'Ufficio Protocollo prot. n. 0025436 del 28/11/2018;
- oltre la scadenza del suddetto termine risulta pervenuta, in data 29/11/2018 ore 11.55, l'offerta dell'operatore economico ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A., come attestato dal numero di entrata apposto dall'Ufficio Protocollo prot. n. 0025680 del 29/11/2018.

Il RUP rende noto altresì che in data 28/11/2018 ore 16.36, con nota a mezzo pec acquisita agli atti con prot. n. 0025523/2018 che si allega al presente verbale, l'operatore economico ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. ha comunicato la tardiva presentazione dell'offerta a causa di un ritardo verificatosi nel centro di smistamento del corriere incaricato, chiedendo comunque l'ammissione alla procedura di gara.

Il RUP dichiara che l'offerta dell'operatore economico ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. non può ammessa alla procedura di gara in quanto la causa del ritardo, come addotta e documentata dall'operatore economico, non risulta in alcun modo riconducibile agli eventi eccezionali e imprevedibili che, alla luce delle pronunce giurisprudenziali di cui in istruttoria in atti, possono essere considerati realmente ostativi alla presentazione

tempestiva dell'offerta, fermo restando il principio generale secondo cui il rischio legato al servizio postale, considerato nelle normali e ordinarie modalità che lo contraddistinguono, grava sul concorrente mittente.

Il delegato dell'operatore economico ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A., Avv. Ilaria Lana, nel richiamare integralmente la comunicazione a mezzo pec del 28/11/2018, sopra indicata, e la richiesta di ammissione alla procedura di gara ivi contenuta, ribadisce che il ritardo verificatosi nella presentazione dell'offerta è ascrivibile a cause non imputabili all'operatore economico né dallo stesso astrattamente prevedibili e prevenibili. Precisa inoltre che il plico di offerta è stato consegnato per la spedizione ad un noto corriere (DHL Express) secondo le tempistiche necessarie alla consegna nei termini di scadenza (26/11/2018). Fa riserva inoltre di tutelare la posizione dell'operatore economico nelle sedi opportune.

Il RUP conferma che l'offerta non è ammessa alla procedura di gara per le motivazioni già espresse e comunica che pertanto non procederà ad apertura del relativo plico.

Il RUP procede ad apertura dell'offerta dell'operatore economico LEICA MICROSYSTEMS S.r.l.

In particolare: verifica l'integrità del plico di offerta e lo sigla; apre il plico medesimo, verifica la regolarità formale delle buste interne A, B e C e le sigla; apre la Busta A - Documentazione Amministrativa e verifica la conformità della documentazione amministrativa ivi contenuta a quanto richiesto dal Disciplinare di gara e le dichiarazioni rese in merito ai requisiti generali e speciali di partecipazione. Verificata la documentazione prodotta, sigla i documenti in ciascun foglio.

All'esito, il RUP accerta che la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico LEICA MICROSYSTEMS S.r.l. è conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara e pertanto dichiara l'operatore economico ammesso alla procedura di gara.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 11.15.

Tutta la documentazione viene custodita nella cassaforte ubicata nella stanza 18A sita al primo piano settore A dell'edificio che ospita gli uffici amministrativi della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 - 00133 Roma delle cui chiavi risulta custode esclusivo il Responsabile del Procedimento.


Il RUP

Dott.ssa Carla Cianciullo



Gli assistenti al RUP

Dott.ssa Giorgia Levante



Dott.ssa Sara Toccini



ACP/GARE

Spett.le

Fondazione PTV

Policlinico Tor Vergata

U.O.C. Approvvigionamenti

V.le Oxford, 81

00133 - Roma

PTV Protocollo generale
Prot. Ingresso N. 0025523/2018
Del 28/11/2018



Alla cortese attenzione del Responsabile del procedimento
Via pec: gare@ptvonline.postecert.it

Monza, 28 novembre 2019

Oggetto: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della fornitura in inclusive service di n. 2 strumentazioni automatiche per colorazioni IHC/FISH/ISH e n. 1 sistema di acquisizione d'immagine e lettura automatizzata in luce chiara e fluorescenza, per anni 3 per le necessità della UOSD Anatomia Patologica ad indirizzo istopatologico e della UOSD Anatomia Patologica ad indirizzo citologico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata. CIG: 7634559D61

Egregi Signori,

con riferimento alla procedura e alla Vostra in oggetto, la scrivente Roche Diagnostics S.p.A., come anticipato per vie brevi, è qui a rappresentare quanto segue.

Il riferimento è alla domanda di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, predisposta dalla scrivente, che se pur tempestivamente spedita nella giornata di lunedì 26 novembre 2018 a mezzo del corriere DHL Express (Italy) S.r.l. con consegna prevista entro le 24 ore arriverà al Vostro ufficio Protocollo solo nella giornata di domani 29 novembre 2018 e come tale in un momento successivo al termine ultimo fissato nel disciplinare di gara (28 novembre ore 12:00) a causa di un evento esterno ed estraneo alla scrivente e come tale ad essa non imputabile e dalla stessa oggettivamente non prevedibile, né prevenibile poiché la relativa notizia del ritardo nella consegna da parte del corriere indicato sopra è pervenuta alla scrivente solo in data odierna alle ore 14:18 (cfr. allegato).

Preso atto che la tardiva ricezione del plico non è tale da vulnerare lo svolgimento della gara, dal momento che la seduta di apertura delle buste è fissata al prossimo 30 novembre 2018 e che, pertanto, la tempistica fissata da codesta rispettabile stazione appaltante non può considerarsi intaccata dall'ammissione della scrivente in gara, si chiede l'ammissione di Roche Diagnostics S.p.A. alla procedura *de qua* anche in ossequio del principio di massima concorrenza tra imprese.

Roche Diagnostics S.p.A. -
società unipersonale

Roche Diagnostics S.p.A.
V.le G. B. Stucchi, 110 - 20900
Monza (MB)
Capitale € 18.060.000 i.v.
C.F./P. IVA/Registro delle
Imprese di Monza e Brianza
10181220152

Tel. +39-039-28171
Fax +39-039-2474.405

g

Nel ringraziarVi, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Roche Diagnostics S.p.A.

Direzione Healthcare Solutions

Giuseppa Novara

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Giuseppa Novara", written in a cursive style.

Noemi Maria Brambilla

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Noemi Maria Brambilla", written in a cursive style.

Si allega:

- nota trasmessa da DHL Express (Italy) S.r.l. in data odierna.

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a stylized, cursive letter 'e' or similar character.



Spett.le
ROCHE DIAGNOSTICS SPA
VIALE G.B. STUCCHI 110
MONZA

c.a. Sig. ra Elisa Conti

Settimo T.se, 28.11.2018
Rif.: 489439264 cl

OGGETTO: Vostra spedizione AWB n. 3403934472 del 26.11.2018

Gentile Cliente,

facciamo seguito alla conversazione telefonica intercorsa in merito alla spedizione in oggetto e, nel rinnovarVi il nostro dispiacere per il contrattempo verificatosi, desideriamo confermarVi che un ritardo presso il nostro smistamento di carpiano ci ha impedito di rispettare i nostri normali tempi di consegna.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore necessità e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Cinzia Lago
Key account desk Turin

DHL Express (Italy) s.r.l.

1/28/2018

Posta di Roche - lettera informativa

lettera informativa

1 messaggio

[REDACTED] (DHL IT) [REDACTED]

28 novembre 2018 14:18

A: [REDACTED]

Cordialmente,

[REDACTED] (DHL IT) | Customer Service Key Account Desk Phone 199198199 (interno 016478)

Orario di servizio: 09.00-13.00-14.00-16.00
Orario reparto Key Account: 08.30-18.30

Dhl Express Srl (Italy) Via Nicolo' Paganini 14-10036 Settimo Torinese (TO)
Email reparto :kadtrn.lifescience@dhl.com - www.dhl.it



CONFIDENTIALITY NOTICE: This message is from DHL and may contain confidential business information. It is intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete this message and any attachment from your system. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this E-Mail and its attachments is strictly prohibited.

 lettera.PDF
138K

Esci

Benvenuto gare@ptvonline.postecert.it

Cerca

CERCA

POSTA

CONTATTI
OPZIONI

NUOVO MESSAGGIO

CONTROLLA LA POSTA

Spazio Occupato: 51%
(514.13 MB di 1000.00 MB)

In arrivo (4)

Posta Inviata

Bozze

trash (7)

Cartelle personali

Ritorna Rispondi Risp. a tutti Inoltra Cancella Stampa << >>

Da: rochediagnostics <rochediagnostics@legalmail.it>
A: "gare" <gare@ptvonline.postecert.it>
Oggetto: PTV - ROMA - Gara per anatomia patologica
Data: 28/11/2018 16.36

Valido

BUSTA PEC
Posta di Roche 134
- lettera KB
informativa.pdf
PTV_Roma.pdf 233
KB

Buongiorno,
vogliate cortesemente prendere nota di quanto allegato.
In attesa di Vostro cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

Roche Diagnostics SpA

Ritorna Rispondi Risp. a tutti Inoltra Cancella Stampa << >>



AL2

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della "fornitura inclusive service di n. 2 strumentazioni automatiche per colorazione IHC/FISH/ISH e n. 1 sistema di acquisizione d'immagine e lettura automatizzata in luce chiara e fluorescenza, per anni tre per le necessità della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo istopatologico e della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo citologico della Fondazione PTV Policlinico".

Verbale n. 2
(Seduta pubblica)

Alle ore 10.05 del giorno 12 (dodici) febbraio 2019 presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata piano - 1 aula ECM, si riunisce in seduta pubblica la Commissione incaricata di aggiudicare la procedura di cui al titolo.

Sono presenti tutti i membri della Commissione giudicatrice che risulta essere così composta:

Prof. Augusto Orlandi	Presidente
Dott. Amedeo Ferlosio	Componente
Dott. Ilio Giambini	Componente
Dott.ssa Assunta Carlomagno	Segretario Verbalizzante

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, preliminarmente, prende atto che è presente il sotto indicato rappresentante dell'operatore economico a fianco specificato:

Cognome	Nome	Documento di riconoscimento	Concorrente	Poteri, delega o procura
Fattorosi Barnaba	Paolo	Carta d'identità n. CA 64098DA2	Leica Biosystem srl	Delega

La relativa delega è depositata in atti.

La Commissione procede all'apertura della Busta B contenente l'Offerta tecnica presentata dal concorrente Leica Biosystem S.r.l. e alla verifica della presenza dei documenti indicati al punto 16 del Disciplinare di gara e alla loro conformità rispetto alle prescrizioni di cui la medesimo punto 16.

La Commissione accerta che la documentazione, prodotta dal concorrente, anche su supporto magnetico (CD-ROM), è conforme alle prescrizioni di gara e ammette l'operatore economico al prosieguo della procedura.

La Commissione rinvia a seduta riservata l'esame e la valutazione dell'Offerta tecnica con l'attribuzione dei relativi punteggi, sulla base dei criteri di valutazione e del metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta tecnica di cui ai punti 18.1 e 18.2 del Disciplinare di gara.

La seduta pubblica è chiusa alle ore 10.20.

Tutta la documentazione è depositata nella cassaforte ubicata nella stanza 18A presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, delle cui chiavi risulta custode esclusivo il Responsabile del procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:


Prof. Augusto Orlandi

Prof. Amedeo Ferlosio

Dott. Ilio Giambini

Il Segretario:

Dott.ssa Assunta Carlomagno



Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della "fornitura inclusive service di n. 2 strumentazioni automatiche per colorazione IHC/FISH/ISH e n. 1 sistema di acquisizione d'immagine e lettura automatizzata in luce chiara e fluorescenza, per anni tre per le necessità della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo istopatologico e della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo citologico della Fondazione PTV Policlinico".

Verbale n. 3
(Seduta riservata)

Alle ore 10.00 del giorno 19 (diciannove) febbraio 2019, presso la sala riunioni della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo citologico, sita al piano -1 della Fondazione PTV "Policlinico Tor Vergata", si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Prof. Augusto Orlandi	Presidente
Prof. Amedeo Ferlosio	Componente
Dott. Ilio Giambini	Componente
Dott.ssa Assunta Carlomagno	Segretario Verbalizzante

La Commissione riprende i lavori di competenza ed analisi dell'offerta tecnica presentata dalla Società concorrente alla procedura di cui al titolo.

In particolare, il Presidente richiama l'attenzione dei presenti su quanto indicato nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati in merito alla procedura ed alle attività di valutazione delle Offerte Tecniche.

La Commissione si appresta a valutare l'Offerta tecnica presentata da Leica Biosystem S.r.l.

La Commissione procede prima di tutto a riscontrare la conformità delle caratteristiche del prodotto offerto dal concorrente con quelle espressamente richieste ed indicate dal Capitolato Tecnico, accertando che la Società partecipante ha presentato un prodotto rispondente ai requisiti previsti.

La Commissione, nell'analisi dei singoli elementi di valutazione, concentra la propria attività sui punti dedicati a Reagenti e Strumentazione - A) Sistema automatico per immunochimica, assegnando ad ogni singolo criterio di valutazione il relativo giudizio attribuendo conseguentemente la corrispondente percentuale di punteggio.

L'iter logico valutativo svolto è riportato nella Tabella sinottica di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La seduta riservata viene chiusa alle ore 12.00.

Tutta la documentazione viene custodita nella cassaforte ubicata nella stanza 18A sita al primo piano settore A dell'edificio che ospita gli uffici amministrativi della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 - 00133 Roma delle cui chiavi risulta custode esclusivo il Responsabile del Procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:


Prof. Augusto Orlandi

Prof. Amedeo Ferlosio

Dott. Ilio Giambini

Il Segretario:

Dott.ssa Assunta Carlomagno



service di n. 2 strumentazioni automatiche per colorazione IHC/FISH/ISH e n. 1 sistema di acquisizione d'immagine e lettura automatizzata in luce chiara e fluorescenza, per anni tre per le necessità della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo istopatologico e della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo citologico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata					PUNTEGGIO	GIUDIZIO
N. Criterio	Descrizione del criterio	Punteggio Max Criteri	Unità di misura	Modalità di attribuzione punteggio		
Reagenti (20 punti)						
1	Catalogo degli anticorpi e percentuale offerta rispetto agli anticorpi totali richiesti nell'allegato A Lista Anticorpi e Sonde	8	% offerta	90% --> 1 p tra 90 e 95% --> 5 p >95% --> 8 p	8	Requisito soddisfatto
2	Catalogo delle sonde FISH e percentuale offerta rispetto all'allegato A Lista Anticorpi e Sonde	4	% offerta	tra 90 e 95% --> 2 p >95% --> 4 p	4	Requisito soddisfatto
3	Possibilità di eseguire immunofluorescenza;	1	SI/NO	SI --> Punteggio Max NO --> 0	1	Requisito soddisfatto
4	Possibilità di esecuzione di test di Target Therapy approvato FDA su strumentazione come richiesti in capitolato	5	Qualitativo	Discrezionale	2	Requisito soddisfatto
5	Recenti ed aggiornati sistemi di amplificazione per reazioni immunoistochimiche con anticorpi poco sensibili	2	Qualitativo	Discrezionale	1	Requisito soddisfatto
				Tot.	16	
STRUMENTAZIONE (A-B-C TOTALE MAX 40 PUNTI)						
A) Sistema automatico per immunochimica						
1	Possibilità di caricamento in continuo di vetrini	3	SI/NO	SI --> Punteggio Max NO --> 0	3	Il sistema offerto è in grado di effettuare un numero complessivo di 30 vetrini per corsa per ogni singolo modulo
2	Sistema di prevenzione dell'evaporazione dei reagenti durante le incubazioni	2	SI/NO	SI --> Punteggio Max NO --> 0	2	Il sistema offerto è un sistema chiuso per cui il requisito è soddisfatto
3	Possibilità di personalizzare per singolo parametro (tempo e temperatura) sia i protocolli di pretrattamento che di colorazione	3	SI/NO	SI --> Punteggio Max NO --> 0	3	Il sistema offerto prevede la personalizzazione di tutti i protocolli di colorazione nonché i tempi e le temperature delle fasi di recupero antigenico
4	Indipendenza operativa per singolo vetrino	3	SI/NO	SI --> Punteggio Max NO --> 0	3	Lo strumento è dotato di un sistema a lettura ottica di codice a barre per il riconoscimento sia dei reagenti che dei vetrini
5	Gestione contemporanea di protocolli con diversi sistemi di rivelazione	3	SI/NO	SI --> Punteggio Max NO --> 0	3	Il sistema offerto prevede la gestione contemporaneamente delle determinazioni immunoistochimiche, grazie alla suddivisione del lavoro in batch
6	Colorazione per HER-2 NEU in IHC certificata CE/IVD, FDA e approvata per farmaco diagnostica e validata su strumentazione oggetto di gara	4	SI/NO	SI --> Punteggio Max NO --> 0	4	Requisito soddisfatto
7	Valutazione tecnico qualitativa del sistema di tracciabilità	2	Qualitativo	Discrezionale	2	Il sistema gestionale e di controllo della strumentazione prevede intere sezioni dedicate alla tracciabilità dei vetrini processati ed alla produzione di reportistica dedicata
A				Tot.	20	

[Handwritten signature]

NL.4

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della "fornitura inclusive service di n. 2 strumentazioni automatiche per colorazione IHC/FISH/ISH e n. 1 sistema di acquisizione d'immagine e lettura automatizzata in luce chiara e fluorescenza, per anni tre per le necessità della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo istopatologico e della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo citologico della Fondazione PTV Policlinico".

Verbale n. 4
(Seduta riservata)

Alle ore 10.15 del giorno 25 (venticinque) febbraio 2019, presso la sala riunioni della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo citologico, sita al piano -1 della Fondazione PTV "Policlinico Tor Vergata", si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Prof. Augusto Orlandi	Presidente
Prof. Amedeo Ferlosio	Componente
Dott. Ilio Giambini	Componente
Dott.ssa Assunta Carlomagno	Segretario Verbalizzante

La Commissione riprende i lavori di competenza ed analisi dell'offerta tecnica presentata dalla Società concorrente, la Leica Biosystem S.r.l. alla procedura di cui al titolo e prosegue la propria valutazione concentrando l'attività sulla strumentazione: punti C e B - Sistema automatico per FISH e Sistema di scansione e digitalizzazione dei preparati istologici ed analisi di immagine - e Servizi post Vendita, assegnando a ciascun criterio di valutazione il relativo giudizio attribuendo conseguentemente la corrispondente percentuale di punteggio.

L'iter logico completo svolto è riportato nella Tabella sinottica di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale, a cui giunge la commissione a conclusione dei lavori.

La seduta riservata viene chiusa alle ore 12.30.

Tutta la documentazione viene custodita nella cassaforte ubicata nella stanza 18A sita al primo piano settore A dell'edificio che ospita gli uffici amministrativi della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 - 00133 Roma delle cui chiavi risulta custode esclusivo il Responsabile del Procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:


Prof. Augusto Orlandi

Prof. Amedeo Ferlosio

Dott. Ilio Giambini

Il Segretario:

Dott.ssa Assunta Carlomagno



el

servizio di n. 2 strumentazioni automatiche per colorazione JHC/FISH/ISH e n. 1 sistema di acquisizione d'immagine e lettura automatizzata in luce diurna e fluorescenza, per anni da più e necessità della stessa struttura patologica ad indirizzo istopatologico e della stessa Anatomia patologica ad indirizzo citologico della Fondazione PRV Policlinico Tor Vergata						PUNTEGGIO	GIUDIZIO
N. Criterio	Descrizione del criterio	Punteggio Max Criteri	Unità di misura	Modalità di attribuzione punteggio			
Reagenti (20 punti)							
1	Catalogo degli anticorpi e percentuale offerta rispetto agli anticorpi totali richiesti nell'allegato A Lista Anticorpi e Sonde	8	% offerta	90% --> 1 p tra 90 e 95% --> 5 p >95% --> 8 p	8		Requisito soddisfatto
2	Catalogo delle sonde FISH e percentuale offerta rispetto all'allegato A Lista Anticorpi e Sonde	4	% offerta	tra 90 e 95% --> 2 p >95% --> 4 p	4		Requisito soddisfatto
3	Possibilità di eseguire immunofluorescenza;	1	SI/NO	SI -> Punteggio Max NO -> 0	1		Requisito soddisfatto
4	Possibilità di esecuzione di test di Target Therapy approvato FDA su strumentazione come richiesti in capitolato	5	Qualitativo	Discrezionale	2		Requisito soddisfatto
5	Recenti ed aggiornati sistemi di amplificazione per reazioni immunostochimiche con anticorpi poco sensibili	2	Qualitativo	Discrezionale	1		Requisito soddisfatto
					Tot. 16		
STRUMENTAZIONE (A-B-C TOTALE MAX 40 PUNTI)							
A) Sistema automatico per immunochimica							
1	Possibilità di caricamento in continuo di vetrini	3	SI/NO	SI -> Punteggio Max NO -> 0	3		Il sistema offerto è in grado di effettuare un numero complessivo di 30 vetrini per corsa per ogni singolo modulo

Allegato 1

✓ An.

Q1

2	Sistema di prevenzione dell'evaporazione dei reagenti durante le incubazioni	2	SI/NO	SI -> Punteggio Max NO -> 0	2	Il sistema offerto è un sistema chiuso per cui il requisito è soddisfatto
3	Possibilità di personalizzare per singolo parametro (tempo e temperatura) sia i protocolli di pretrattamento che di colorazione	3	SI/NO	SI -> Punteggio Max NO -> 0	3	Il sistema offerto prevede la personalizzazione di tutti i protocolli di colorazione nonché i tempi e le temperature delle fasi di recupero antigenico
4	Indipendenza operativa per singolo vetrino	3	SI/NO	SI -> Punteggio Max NO -> 0	3	Lo strumento è dotato di un sistema a lettura ottica di codice a barre per il riconoscimento sia dei reagenti che dei vetrini
5	Gestione contemporanea di protocolli con diversi sistemi di rivelazione	3	SI/NO	SI -> Punteggio Max NO -> 0	3	Il sistema offerto prevede la gestione contemporaneamente delle determinazioni immunostochimiche, grazie alla suddivisione del lavoro in batch
6	Colorazione per HER-2 NEU in IHC certificata CE/IVD, FDA e approvata per l'armaco diagnostica e validata su strumentazione oggetto di gara	4	SI/NO	SI -> Punteggio Max NO -> 0	4	Requisito soddisfatto
7	Valutazione tecnico qualitativa del sistema di tracciabilità	2	Qualitativo	Discrezionale	2	Il sistema gestionale e di controllo della strumentazione prevede intere sezioni dedicate alla tracciabilità dei vetrini processati ed alla produzione di reportistica dedicata
A				Tot.	20	

B) Sistema automatico per FISH								
1	Possibilità di eseguire reazioni di ibridazione in situ (comprese le fasi di denaturazione e ibridazione) contemporaneamente alle determinazioni immunostochimiche, in totale accesso random; sulla stessa strumentazione (IHC, FITC, ISH, e test di Targeted Therapy simultaneamente)	3	SI/NO	SI -> Punteggio Max NO -> 0	3	Requisito soddisfatto		
2	Tecnica automatizzata colorazione FISH per la determinazione dello stato del gene Her 2 e traslocazione in almeno 50% (incluso Her2, Alk e Ros1)	3	SI/NO	SI -> Punteggio Max NO -> 0	3	Il sistema offerto è completamente automatico per la rilevazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo in diagnostica per le fish		
3	Tempo di esecuzione del test FISH in modalità automatica entro le 9 ore	2	SI/NO	SI -> Punteggio Max NO -> 0	2	Requisito soddisfatto		
4	Software integrato in grado di tracciare tutte le operazioni eseguite con produzione di relative statistiche	2	SI/NO	SI -> Punteggio Max NO -> 0	2	Requisito soddisfatto		
B	Tot.				10			
C) Sistema di scansione e digitalizzazione dei preparati istologici ed analisi di immagine								
1	Capacità di carico totale simultaneo dei vetrini (superiore a 5)	5	NUMERO VETRINI	(Vi-esimo / Vmax) * Pmax	5	Requisito soddisfatto		
2	Possibilità di matching tra immagine IHC e FISH per identificazione dell'area di interesse (stesso Campione)	5	SI/NO	SI -> Punteggio Max NO -> 0	5	Requisito soddisfatto		
C	Tot.				10			

1	Consegna (V-esimo 5 30g)	1	Giorni solari	(Vmin / V-esimo) * Pmax	1	La consegna è garantita entro 30 gg dalla data di ricevimento dell'ordine.
2	Servizio di reperibilità telefonica 24 h	2	S/NO	SI -> 2 NO -> 0	2	Illimitate chiamate di emergenza con tempi di intervento tecnico per guasto garantito entro al massimo le 24 ore solari dalla chiamata.
3	Formazione del personale e training dedicato (oltre le 4 ore minime)	2	Ore lavorative	(V-esimo / Vmax) * Pmax	2	Il training di formazione rivolto alle figure professionali coinvolte giornalmente in modo differente secondo le necessità avrà una durata di cinque giornate e verrà rilasciato un documento attestante l'avvenuta formazione. Per ogni aggiornamento relativo ad innovazioni tecnologiche verranno predisposti nuovi corsi formativi.
4	Tempo di risoluzione massimo previsto durante la manutenzione correttiva su tutti i dispositivi forniti con numero illimitato di interventi e con eventuali parti di ricambio necessarie comprese senza esclusioni (V-esimos 24h)	5	Ore lavorative	(Vmin / V-esimo) * Pmax	5	Requisito soddisfatto
Tot.					10	
Totale Punteggio					66	

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della "fornitura inclusive service di n. 2 strumentazioni automatiche per colorazione IHC/FISH/ISH e n. 1 sistema di acquisizione d'immagine e lettura automatizzata in luce chiara e fluorescenza, per anni tre per le necessità della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo istopatologico e della UOSD Anatomia patologica ad indirizzo citologico della Fondazione PTV Policlinico".

Verbale n. 5
(Seduta pubblica)

Alle ore 10.30 del giorno 20 (venti) marzo 2019, presso la stanza n. 17 della UOC Acquisizione, forniture, servizi e lavori sita al piano 1° settore A della Fondazione PTV "Policlinico Tor Vergata", si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.

Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Prof. Augusto Orlandi	Presidente
Prof. Amedeo Ferlosio	Componente
Dott. Ilio Giambini	Componente
Dott.ssa Assunta Carlomagno	Segretario Verbalizzante

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, preliminarmente, prende atto che sono presenti i sotto indicati rappresentanti degli operatori economici a fianco specificati:

Cognome	Nome	Documento di riconoscimento	Concorrente	Poteri, delega o procura
Fattorosi Barnaba	Paolo	Carta d'identità n. CA 64098DA2	Leica Biosystems Srl	Delega
Mastrolembo Barnà	Sandro Francesco	Carta d'identità n. CA 95775B08	Leica Biosystems Srl	Delega
Giordani	Mauro	Carta d'identità n. AR 7314741	Leica Biosystems Srl	Procura

Le relative deleghe/procura sono depositate in atti.

La Commissione apre la seduta comunicando all'operatore economico Leica Biosystems S.r.l., a seguito dell'analisi della documentazione prodotta, i giudizi con i relativi punteggi attribuiti all'Offerta tecnica.

La Commissione prosegue i lavori con l'apertura della Busta C contenente l'offerta economica, siglandone ogni singola parte. La stessa procede alla verifica della conformità dei documenti come indicato al punto 17 del Disciplinare di Gara, dando lettura del prezzo totale IVA esclusa offerto.

I valori economici offerti, i relativi punteggi attribuiti ed i punteggi totali sono di seguito espressi:

Concorrente	Punteggio Offerta tecnica	Offerta economica	Punteggio Offerta economica	Punteggio complessivo
Leica Microsystems S.r.l.	66	€ 490.861,23	30	96

La Commissione ha conseguentemente proposto l'aggiudicazione della procedura in favore del concorrente Leica Microsystems S.r.l..

La seduta pubblica è chiusa alle ore 10.20

Tutta la documentazione è depositata nella cassaforte ubicata nella stanza 18A presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, delle cui chiavi risulta custode esclusivo il Responsabile del procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:


Prof. Augusto Orlandi

Prof. Amedeo Ferlosio

Dott. Ilio Giambini

Il Segretario:

Dott.ssa Assunta Carlomagno


Three handwritten signatures are present on three horizontal lines. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UOC AFFARI GENERALI


PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 18.04.2019 la deliberazione n. 336 del **18/04/2019** in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Massimo Guerrieri Wolf)



Visto, l'incaricato della pubblicazione



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine e di n. ____ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, _____

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Massimo Guerrieri Wolf)