

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di un: per il rinnovo del contratto di manutenzione del sistema di trattamento dell'acqua per le esigenze dell'UOSD Nefrologia e Dialisi.

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tale sistema deve possedere:

Servizio di manutenzione programmata e assistenza tecnica full risk per un periodo di 24 mesi relativamente all'intero sistema di trattamento dell'acqua e comprensivo di circuito di distribuzione installato presso il centro di nefrologia e dialisi.

Il sistema di trattamento dell'acqua utilizza la centralina Culligan Mod. Acqua Clear RO2.

Manutenzione programmata

La manutenzione programmata deve comprendere le verifiche di sicurezza elettrica e i controlli periodici e prestazionali sulla base di quanto riportato nelle Linee Guida SIN su acque e soluzioni per dialisi, DGR 1650/95 e norma UNI 9182.

Gli interventi di manutenzione programmata devono essere schedulati come segue;

- **programmata settimanale**
 - verifica regolare funzionamento e stato del sistema comprensivo di controllo dei componenti impianto
 - Analisi chimiche (cloro, durezza, conducibilità, PH)
 - Controllo di tenuta delle valvole di intercettazione dell'intero sistemaDeve essere compreso:
 - il reintegro, se necessario, dei prodotti rigenerati e la sanitizzazione dei contenitori;
 - la sostituzione delle parti difettose eventualmente riscontrate.
- **Programmata quindicinale**
 - sostituzione delle cartucce filtranti
- **Programmata mensile**
 - Controllo ed eventuale taratura flussi osmotici e flussi di rigenerazione addolcitori
 - Controllo, verifica funzionamento e taratura della centralina e degli addolcitori duplex
 - Controllo e verifica funzionamento filtri a carbone attivo
 - Controllo e verifica perdite di carico
 - Sanitizzazione del circuito di distribuzione e degli impianti di osmosi inversa
 - Prelievo ed analisi microbiologica, inizio e fine anello
- **Programmata trimestrale**

- Analisi chimica, fisica e microbiologica (DGR 1650/95). Prelievo e certificazione
- Programmata semestrale
 - Pulizia e sanitizzazione dei contenitori del sale e riempimento degli stessi
 - Sostituzione del carbone attivo contenuto nei filtri compreso il ritiro e lo smaltimento
 - Pulizia e disinfezione del serbatoio di stoccaggio acqua
 - Prelievo e analisi microbiologica dell'acqua di rete
- Controlli annuali
 - Reintegro delle resine scambiatrici contenute negli addolcitori
 - Prelievo e analisi chimica dell'acqua di rete

Manutenzione correttiva

Gli interventi di correttiva, in numero illimitato, devono avvenire entro 4 ore dalla chiamata e con orario H24 comprese le festività.

La manutenzione correttiva deve comprendere:

- Interventi di riparazione kit di scarichi terminali di tipo anticontaminanti in PVC, dei reni artificiali
- Interventi de circuito di distribuzione in PVDF SYGEF HP BCF.

In considerazione dell'urgenza di approvvigionamento di tale dispositivo, si chiede, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse di trasmettere a questa Fondazione, l'allegato A compilato e la documentazione tecnica riferita al materiale richiesto.

Requisiti di ammissione all'invito:

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli articoli 94, 95 e 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che intendono rispondere al presente invito devono inviare, entro 15 **giorni** dalla pubblicazione del presente avviso, il modulo "Allegato A" e tutta la documentazione tecnica richiesta tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it, e contestualmente all'indirizzo di posta : sandra.caprara@ptvonline.it

f.to
U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori
IL Direttore f.f.
Dr Francesco Quagliariello

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di manifestazione di interesse ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per il rinnovo del contratto di manutenzione del sistema di trattamento dell'acqua per le esigenze dell'UOSD Nefrologia e Dialisi.

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tale sistema deve possedere:

Servizio di manutenzione programmata e assistenza tecnica full risk per un periodo di 24 mesi relativamente all'intero sistema di trattamento dell'acqua e comprensivo di circuito di distribuzione installato presso il centro di nefrologia e dialisi.

Il sistema di trattamento dell'acqua utilizza la centralina Culligan Mod. Acqua Clear RO2.

Manutenzione programmata

La manutenzione programmata deve comprendere le verifiche di sicurezza elettrica e i controlli periodici e prestazionali sulla base di quanto riportato nelle Linee Guida SIN su acque e soluzioni per dialisi, DGR 1650/95 e norma UNI 9182.

Gli interventi di manutenzione programmata devono essere schedulati come segue;

- programmata settimanale
 - verifica regolare funzionamento e stato del sistema comprensivo di controllo dei componenti impianto
 - Analisi chimiche (cloro, durezza, conducibilità, PH)
 - Controllo di tenuta delle valvole di intercettazione dell'intero sistemaDeve essere compreso:
 - il reintegro, se necessario, dei prodotti rigenerati e la sanitizzazione dei contenitori;
 - la sostituzione delle parti difettose eventualmente riscontrate.
- Programmata quindicinale
 - sostituzione delle cartucce filtranti
- Programmata mensile
 - Controllo ed eventuale taratura flussi osmotici e flussi di rigenerazione addolcitori
 - Controllo, verifica funzionamento e taratura della centralina e degli addolcitori duplex
 - Controllo e verifica funzionamento filtri a carbone attivo
 - Controllo e verifica perdite di carico
 - Sanitizzazione del circuito di distribuzione e degli impianti di osmosi inversa
 - Prelievo ed analisi microbiologica, inizio e fine anello
- Programmata trimestrale
 - Analisi chimica, fisica e microbiologica (DGR 1650/95). Prelievo e certificazione

- Programmata semestrale
 - Pulizia e sanitizzazione dei contenitori del sale e riempimento degli stessi
 - Sostituzione del carbone attivo contenuto nei filtri compreso il ritiro e lo smaltimento
 - Pulizia e disinfezione del serbatoio di stoccaggio acqua
 - Prelievo e analisi microbiologica dell'acqua di rete
- Controlli annuali
 - Reintegro delle resine scambiatrici contenute negli addolcitori
 - Prelievo e analisi chimica dell'acqua di rete

Manutenzione correttiva

Gli interventi di correttiva, in numero illimitato, devono avvenire entro 4 ore dalla chiamata e con orario H24 comprese le festività.

La manutenzione correttiva deve comprendere:

- Interventi di riparazione kit di scarichi terminali di tipo anticontaminanti in PVC, dei reni artificiali
- Interventi de circuito di distribuzione in PVDF SYGEF HP BCF.

L'operatore che intende rispondere dovrà inviare entro **15 giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso l'allegato A compilato e la documentazione tecnica del prodotto offerto.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.

Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.