

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di un "Sistema laser a Olmio (Ho:YAG) a stato solido occorrente alla U.O.S.D. di Urologia del PTV".

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tale sistema deve possedere:

- sistema laser multidisciplinare per il trattamento chirurgico ottimale delle seguenti patologie:
 - calcolosi apparato urinario,
 - ipertrofia prostatica benigna,
 - neoplasia alte vie urinarie,
 - neoplasia vescicale,
 - stenosi dell'uretra e dell'uretere
- sorgente Ho:YAG a stato solido con lunghezza d'onda singola;
- lunghezza d'onda intorno ai 2,100 nm con elevato assorbimento in acqua;
- potenza massima almeno 120 W;
- sistema avanzato per il controllo della retropulsione;
- sistema avanzato di modulazione del picco di potenza;
- durata massima dell'impulso fino a 2.000 microsecondi;
- raggio di puntamento verde ad alta visibilità;
- elevata energia del singolo impulso (almeno 4,5 Joules);
- modalità di lavoro in pulsata con ampio range di frequenze selezionabili (almeno 80 Hz);
- interfaccia utente mediante ampio monitor touch-screen;
- possibilità di memorizzare dei parametri di utilizzo e disponibilità di programmi dedicati alle diverse chirurgie;
- riconoscimento automatico della fibra;
- pedaliera con doppi comandi programmabile;
- possibilità di impiego di fibre monouso e poliuso di diverse misure;
- possibilità di prevedere la consegna di tutto il materiale necessario per le sedute di HoLEP;
- completo di morcellatore endoscopico per adenoma prostatico con modalità di aspirazione e morcellazione;
- assorbimento energetico indicativo non superiore a 32 A.

In considerazione dell'urgenza di approvvigionamento di tale dispositivo, si chiede, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse di trasmettere a questa Fondazione, l'allegato A compilato e la documentazione tecnica riferita al materiale richiesto.

Requisiti di ammissione all'invito:

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli articoli 94, 95 e 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che intendono rispondere al presente invito devono inviare, entro **15 giorni** dalla pubblicazione del presente avviso, il modulo "Allegato A" e tutta la documentazione tecnica richiesta tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it, e contestualmente all'indirizzo di posta : simona.paolone@ptvonline.it

f.to

U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori

IL Direttore f.f.

Dr Stefano Piccari

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di manifestazione di interesse ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di un "Sistema laser a Olmio (Ho:YAG) a stato solido occorrente alla U.O.S.D. di Urologia del PTV".

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tale sistema deve possedere:

- sistema laser multidisciplinare per il trattamento chirurgico ottimale delle seguenti patologie:
 - calcolosi apparato urinario,
 - ipertrofia prostatica benigna,
 - neoplasia alte vie urinarie,
 - neoplasia vescicale,
 - stenosi dell'uretra e dell'uretere
- sorgente Ho:YAG a stato solido con lunghezza d'onda singola;
- lunghezza d'onda intorno ai 2,100 nm con elevato assorbimento in acqua;
- potenza massima almeno 120 W;
- sistema avanzato per il controllo della retropulsione;
- sistema avanzato di modulazione del picco di potenza;
- durata massima dell'impulso fino a 2.000 microsecondi;
- raggio di puntamento verde ad alta visibilità;
- elevata energia del singolo impulso (almeno 4,5 Joules);
- modalità di lavoro in pulsata con ampio range di frequenze selezionabili (almeno 80 Hz);
- interfaccia utente mediante ampio monitor touch-screen;
- possibilità di memorizzare dei parametri di utilizzo e disponibilità di programmi dedicati alle diverse chirurgie;
- riconoscimento automatico della fibra;
- pedaliera con doppi comandi programmabile;
- possibilità di impiego di fibre monouso e poliuso di diverse misure;
- possibilità di prevedere la consegna di tutto il materiale necessario per le sedute di HoLEP;
- completo di morcellatore endoscopico per adenoma prostatico con modalità di aspirazione e morcellazione;
- assorbimento energetico indicativo non superiore a 32 A.

L'operatore che intende rispondere dovrà inviare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso l'allegato A compilato e la documentazione tecnica del prodotto offerto.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.

Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.