Fondazione
POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Deliberazione n. 03 del 07.01.2019

Struttura proponente: UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori

Oggetto: Fornitura in noleggio di n. 3 sistemi CT 128 strati con opzione di riscatto per le esigenze della Diagnostica per Immagini della la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – CIG 7631222B9A. Aggiudicazione Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice.

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE
Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio
- ☒ i costi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto

  OVVERO ☐ gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto ☒ **sono** ☐ **non sono** ricompresi nel *budget* di assegnazione

L'estensore (Dott.ssa Sara Toccini) Firma

Il Responsabile del procedimento (Dott.ssa Carla Cianciullo) Firma

Il Direttore (Dott.ssa Carla Cianciullo) Firma

A CURA DEL RESPONSABILE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

- ☒ ATTESTA che i costi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui ~~conti/sottoconti~~ economici ivi indicati ☐ OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto ☒ **sono** ☐ **non sono** ricompresi nel *budget* di assegnazione

Il Direttore: Dr. Stefano Piccari **N. cronologico:** 9 /2019

Parere Direttore Amministrativo
☒ **Favorevole** ☐ **Contrario**
Dr. A. Fiore

Parere Direttore Sanitario f.f.
☒ **Favorevole** ☐ **Contrario**
Prof. A. Magrini

REGIONE LAZIO

PTV
FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

Fondazione
POLICLINICO TOR VERGATA
Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Delibera n. 9 del 1° luglio 2014 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV in base alla quale la Dott.ssa Tiziana Frittelli è stata nominata Direttore Generale della Fondazione PTV con, altresì, funzioni di gestione dell'A.O.U. PTV in qualità di Direttore Generale della stessa;

VISTA la Circolare del Direttore generale del PTV, prot. n. 7972 del 25/03/2016, che riporta le "DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale" e alla quale si fa integrale rinvio;

RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 883 del 24/09/2018 e relativi allegati, con la quale la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata ha autorizzato l'indizione della *"Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della fornitura in noleggio di n. 3 sistemi CT 128 strati con opzione di riscatto per le esigenze della Diagnostica per Immagini della la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - CIG 7631222B9A"*, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice per un valore complessivo posto a base di gara di € 2.650.000,00 IVA esclusa;

PREMESSO CHE entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato dal bando di gara alle ore 12.00 del giorno 07/11/2018, sono pervenute al Protocollo Generale della Fondazione PTV, secondo le modalità prescritte dall'art. 13 del Disciplinare di gara, le offerte dei concorrenti di seguito indicati:

- ✓ GE Medical Systems Italia S.p.A.;
- ✓ RTI Siemens Healthcare S.r.l./ Morviducci S.r.l.;

DATO ATTO CHE la Fondazione PTV, con Deliberazione D.G. n. 1049 del 16/11/2018, ha nominato, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:

1. Prof. Ettore Squillaci - Presidente;
2. Dott.ssa Laura Russolillo - Componente;
3. Ing. Paolo Abundo - Componente;
4. Dott.ssa Sara Toccini - Segretario verbalizzante;

DATO ATTO, ANCORA, CHE la Fondazione PTV, con Deliberazione D.G. n. 1049 del 16/11/2018, ha autorizzato l'ammissione al prosieguo della procedura aperta di cui trattasi tutti i concorrenti e pubblicato, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., il succitato provvedimento sul profilo internet della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti, dandone contestualmente avviso ai concorrenti medesimi;

CONSIDERATO CHE la Commissione giudicatrice, come risultante dal verbale n. 6 ha portato a termine i lavori in seduta riservata del 10/12/2018;

DATO ATTO CHE la Commissione giudicatrice in seduta pubblica del 14/12/2018:

- ha comunicato l'esito della valutazione effettuata in merito all'Offerta tecnica prodotta dai concorrenti;

PTV
FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

Fondazione
POLICLINICO TOR VERGATA
Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

- ha proceduto all'apertura delle Offerte economiche, ha attribuito i relativi punteggi e determinato i punteggi complessivi stilando, successivamente, la graduatoria come di seguito schematizzato:

Concorrente	Punteggio Offerta tecnica	Offerta economica	Punteggio Offerta economica	Punteggio complessivo
GE Medical Systems Italia S.p.A.	80,00	€ 2.647.800,00	18,69	98,69
RTI Siemens Healthcare S.r.l./ Morviducci S.r.l.	65,08	€ 2.474.049,00	20,00	85,08

- ha esaminato, ai sensi dell'art. dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la congruità delle offerte e rilevato l'anomalia dell'offerta di entrambi i concorrenti rimettendo gli atti al Responsabile del procedimento ai fini della richiesta delle giustificazioni delle offerte medesime;

CONSIDERATO CHE il Responsabile del procedimento ha proceduto, secondo quanto previsto dal punto 22 del Disciplinare di gara, a verifica ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'offerta del concorrente GE Medical Systems Italia S.p.A., quale prima migliore offerta anormalmente bassa, operando con il supporto della Commissione giudicatrice in seduta riservata del 28/12/2018, e, all'esito, ha accertato la congruità, serietà e realizzabilità dell'offerta in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura;

VERIFICATO CHE dall'analisi dei verbali di gara, allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale (All. da 1 a 8) e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al medesimo, le operazioni di gara si sono svolte in ossequio alla normativa vigente;

RITENUTO PERTANTO di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice, risultante dal verbale della seduta pubblica del 14/12/2018, e di disporre, conseguentemente, l'aggiudicazione della *"Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della fornitura in noleggio di n. 3 sistemi CT 128 strati con opzione di riscatto per le esigenze della Diagnostica per Immagini della la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - CIG 7631222B9A"* in favore del concorrente GE Medical Systems Italia S.p.A. per un importo pari a € 2.647.800,00 IVA esclusa e pari a € 3.230.316,00 IVA inclusa;

DATO ATTO CHE in ordine alla suddetta aggiudicazione è necessario effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché avviare le verifiche in merito all'assenza in capo agli aggiudicatari dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cui è sottoposta l'efficacia della stessa aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del citato Decreto, e che a tali adempimenti, i cui esiti saranno comunicati alle Aziende Sanitarie in aggregazione alla presente procedura, provvede la Fondazione PTV, in qualità di Stazione Appaltante capofila;

DATO ATTO ANCORA CHE la stipula dei contratti ha luogo in ossequio all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

VERIFICATO CHE, per quanto riguarda la definizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 3.230.316,00 gli stessi comprensivi di Iva graveranno sui seguenti sottoconti per gli esercizi di seguito indicati:

Sottoconto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
504020101 Canoni di Noleggio Area Sanitaria	403.789,50	484.547,40	484.547,40	484.547,40	484.547,40	80.757,90
503030101 Manutenzione e Riparazione alle Attrezzature Sanitarie Scientifiche	134.596,50	161.515,80	161.515,80	161.515,80	161.515,80	26.919,30
Totale	538.386,00	646.063,20	646.063,20	646.063,20	646.063,20	107.677,20

ACQUISITA da parte del Direttore della struttura proponente assegnataria dello stanziamento di budget, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che gli oneri di cui al presente atto - così come individuati nel dispositivo unitamente ai sotto-conti economici di rispettivo riferimento, per l'anno 2019 non comportano alcuno scostamento rispetto al bilancio preventivo economico annuale di cui alla DDG n. 1193 del 24/12/2018 avente ad oggetto "Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii." nelle more dell'approvazione del Consiglio di amministrazione" e per i successivi anni saranno iscritti nei relativi bilanci di previsione;

DATO ATTO ANCORA CHE il costo aziendale scaturente dal presente provvedimento ammonta complessivamente ad € 3.230.316,00 comprensivo di Iva, che sarà incluso nei bilanci di previsione economica in fase di predisposizione, da imputarsi:

- per € 2.422.737,00 sul sottoconto 504020101 "Canoni di Noleggio Area Sanitaria";
- per € 807.579,00 sul sottoconto 503030101 "Manutenzione e Riparazione alle Attrezzature Sanitarie Scientifiche";

PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VISTO il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice, risultante dal verbale della seduta pubblica del 14/12/2018 e disporre l'aggiudicazione definitiva efficace della *Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della fornitura in noleggio di n. 3 sistemi CT 128 strati con opzione di riscatto per le esigenze della*

Diagnostica per Immagini della la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - CIG 7631222B9A" in favore del concorrente GE Medical Systems Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano Via Galeno 36 Codice fiscale 93027710016 e Partita Iva 03663500969, per un valore complessivo pari a € 2.647.800,00 IVA esclusa e pari a € € 3.230.316,00 IVA inclusa;

2. di far gravare gli oneri economici di cui al presente provvedimento sui seguenti sottoconti per gli esercizi di seguito indicati:

Sottoconto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
504020101 Canoni di Noleggio Area Sanitaria	403.789,50	484.547,40	484.547,40	484.547,40	484.547,40	80.757,90
503030101 Manutenzione e Riparazione alle Attrezzature Sanitarie Scientifiche	134.596,50	161.515,80	161.515,80	161.515,80	161.515,80	26.919,30
Totale	538.386,00	646.063,20	646.063,20	646.063,20	646.063,20	107.677,20

dando atto che i relativi oneri saranno iscritti per gli esercizi di riferimento nei relativi bilanci di previsione;

3. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto il dott. Paolo Abundo Dirigente Ingegnere Biomedico – Direzione Generale di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;
4. di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;
5. di dare mandato al Responsabile del procedimento, per l'espletamento di tutte le incombenze amministrative.

La presente deliberazione è composta di n. 5 pagine (comprensive del frontespizio) e di n. 8 allegati costituiti dal seguente numero di pagine:

- All. 1 – (Verbale n. 1 del 08/11/2018 - pag. n. 1);
- All. 2 – (Verbale n. 2 del 19/11/2018 - pag. n. 2);
- All. 3 – (Verbale n. 3 del 19/11/2018 - pag. n. 4);
- All. 4 – (Verbale n. 4 del 03/12/2018 - pag. n. 3);
- All. 5 – (Verbale n. 5 del 04/12/2018 - pag. n. 3);
- All. 6 – (Verbale n. 6 del 10/12/2018 - pag. n. 1);
- All. 7 – (Verbale n. 7 del 14/12/2018 - pag. n. 2);
- All. 8 – (Verbale n. 8 del 28/12/2018 - pag. n. 1);

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

TIZIANA FRITTELLI
Direttore Generale

ALLEGATO 1

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della "fornitura in noleggio di n. 3 sistemi CT 128 strati con opzione di riscatto per le esigenze della Diagnostica per Immagini della la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata".

Verbale n. 1

(Seduta pubblica)

Alle ore 10.05 del giorno 8 novembre 2018 presso la Fondazione PTV "Policlinico Tor Vergata", piano 1, stanza n. 17 della UOC Acquisizione Forniture, Servizi e Lavori è convocata la prima seduta pubblica della procedura aperta di cui al titolo.

È presente il Responsabile del Procedimento, di seguito RUP, dott.ssa Carla Cianciullo nominata con Deliberazione D.G. di indizione n. 883 del 24/09/2018, che procederà ai sensi dell'art. 19 del Disciplinare di gara alle seguenti operazioni di gara: verifica del tempestivo deposito delle offerte, verifica dell'integrità dei relativi plichi, apertura della BUSTA A - Documentazione amministrativa, verifica della documentazione amministrativa.

A supporto del RUP partecipano alla seduta pubblica: la dott.ssa Giorgia Levante, Collaboratore Amministrativo, e la dott.ssa Sara Toccini, Coadiutore Amministrativo Esperto, dipendenti della Stazione Appaltante in servizio presso la UOC Acquisizione Forniture Servizi e Lavori.

Il RUP dichiara aperta la seduta e, preliminarmente, prende atto che è presente il Sig. Boicio Boiceff rappresentante dell'operatore economico GE Medical Systems Italia S.p.A. La relativa delega è agli atti.

Il RUP accerta che entro il termine perentorio, fissato dal bando alle ore 12.00 del giorno 07/11/2018, risultano pervenute all'Ufficio Postale della Fondazione PTV, in plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura con indicazione della gara, mittente e numero di entrata apposto dall'Ufficio Protocollo della Fondazione PTV, le seguenti offerte:

- GE Medical Systems Italia S.p.A.
- Siemens Healthcare S.r.l.

Per ciascuna offerta il RUP procede a siglare il relativo plico, aprire il plico medesimo, verificare la regolarità formale delle buste interne A, B e C e siglarle, aprire la Busta A - Documentazione Amministrativa e verificare l'assenza di cause di esclusione, nonché effettuare il controllo delle dichiarazioni presentate in merito ai requisiti di partecipazione. Valutata la documentazione prodotta, sigla i documenti in ciascun foglio.

All'esito della verifica effettuata, il RUP accerta che la documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti è conforme a quanto richiesto nel Disciplinare di gara e, pertanto i concorrenti medesimi sono ammessi al prosieguo della procedura.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 10.30.

Tutta la documentazione viene custodita nella cassaforte ubicata nella stanza 18A sita al primo piano settore A dell'edificio che ospita gli uffici amministrativi della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Viale Oxford, 81 – 00133 Roma delle cui chiavi risulta custode esclusivo il Responsabile del Procedimento.

Il RUP
Dott.ssa Carla Cianciullo

ALLEGATO 2

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della "fornitura in noleggio di n. 3 sistemi CT 128 strati con opzione di riscatto per le esigenze della Diagnostica per Immagini della la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata".

Verbale n. 2
(Seduta pubblica)

Alle ore 10.20 del giorno 19 novembre 2018 presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori - stanza n. 17 si riunisce in seduta pubblica la Commissione incaricata di aggiudicare la procedura di cui al titolo.
Sono presenti tutti i membri della Commissione giudicatrice che risulta essere così composta:

Prof. Ettore Squillaci	Presidente
Dott. Laura Russolillo	Componente
Dott. Paolo Abundo	Componente
Dott.ssa Sara Toccini	Segretario Verbalizzante

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, preliminarmente, prende atto che sono presenti i sotto indicati rappresentanti degli operatori economici a fianco specificati:

Cognome	Nome	Documento di riconoscimento	Concorrente	Poteri, delega o procura
Allamprese	Vittorio	Carta d'identità n. AY 1265080	GE Medical Systems Italia S.p.A.	Delega
Morganti	Paolo	Carta d'identità n. AX 5735194	Siemens Healthcare S.r.l.	Delega

La relativa delega è depositata in atti.
La Commissione procede all'apertura della Busta B contenente l'Offerta tecnica presentata dai concorrenti GE Medical Systems Italia S.p.A. e Siemens Healthcare S.r.l. ed alla verifica della presenza dei documenti indicati al punto 16 del Disciplinare di gara e alla loro conformità rispetto alle prescrizioni di cui la medesimo punto 16.
La Commissione accerta che la documentazione, prodotta dai concorrenti, anche su supporto magnetico (CD-ROM), è conforme alle prescrizioni di gara e ammette entrambi gli operatori economici al prosieguo della procedura.
La Commissione rinvia a seduta riservata l'esame e la valutazione dell'Offerta tecnica con l'attribuzione dei relativi punteggi, sulla base dei criteri di valutazione e del metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta tecnica di cui ai punti 18.1 e 18.2 del Disciplinare di gara.
La seduta pubblica è chiusa alle ore 10.40
Tutta la documentazione è depositata nella cassaforte ubicata nella stanza 18A presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, delle cui chiavi risulta custode esclusivo il Responsabile del procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.
La Commissione:
Prof. Ettore Squillaci

Dott.ssa Laura Russolillo
Dott. Paolo Abundo
Il Segretario:
Dott.ssa Sara Toccini

ALLEGATO 3

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della "fornitura in noleggio di n. 3 sistemi CT 128 strati con opzione di riscatto per le esigenze della Diagnostica per Immagini della la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata".

Verbale n. 3
(Seduta riservata)

Alle ore 11.00 del giorno 19 (diciannove) novembre 2018, presso la stanza n. 17 della UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano primo della Fondazione PTV "Policlinico Tor Vergata", si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.
Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Prof. Ettore Squillaci	Presidente
Dott. Laura Russolillo	Componente
Dott. Paolo Abundo	Componente
Dott.ssa Sara Toccini	Segretario Verbalizzante

La Commissione inizia i lavori di competenza in merito all'analisi, all'esame ed alla valutazione della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti. In particolare, il Presidente richiama l'attenzione dei presenti su quanto indicato nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati in merito alla procedura ed alle attività di valutazione delle Offerte Tecniche.
Precisa che l'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, e che ad ogni singola Offerta tecnica potrà essere attribuito il punteggio massimo di 80 punti in ragione dell'esame dei parametri di qualità individuati da ciascun criterio di valutazione.
La Commissione appura che, per ciascun criterio di valutazione, il relativo punteggio tecnico sarà attribuito in ragione del giudizio assegnato alle caratteristiche offerte tra quelli di seguito riportati: "ottimo", "distinto", "buono", "discreto", "sufficiente", "insufficiente". Accerta, altresì, che ad ogni giudizio corrisponde l'attribuzione di una differente percentuale di punteggio massimo attribuibile e segnatamente: "ottimo=100%", "distinto=80%", "buono=60%", "discreto=40%", "sufficiente= 20%", "insufficiente= 0%".
La Commissione, verificata la corrispondenza delle offerte tecniche alle prescrizioni della lex specialis e della legge, procede all'attribuzione del relativo punteggio tecnico e dell'ammissione delle relative Offerte al prosieguo della procedura. Il punteggio è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri per singola offerta. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.
La c.d. "riparametrazione per singolo criterio" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.
La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
Sia con riferimento all'attribuzione dei punteggi dei singoli criteri, sia con riferimento all'attribuzione dei punteggi tecnici totali provvisori e definitivi (valori riparametrizzati), saranno considerate le prime due cifre a seguito di arrotondamento in eccesso.

La Commissione decide di avviare la valutazione dell'Offerta tecnica presentata dall' ATI Siemens Healthcare S.r.l./ Morviducci S.r.l. per il Sistema CT 1.

La Commissione procede prima di tutto a riscontrare la conformità delle caratteristiche del prodotto offerto dal concorrente con quelle espressamente richieste ed indicate dal Capitolato Tecnico, accertando che la Società partecipante ha presentato un prodotto rispondente ai requisiti previsti.

La Commissione, nell'analisi dei singoli elementi di valutazione, assegna ad ogni singolo criterio di valutazione il relativo giudizio attribuendo conseguentemente la corrispondente percentuale di punteggio.

L'iter logico valutativo svolto è riportato nella Tabella sinottica di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La Commissione provvede, successivamente, ad esaminare, con le medesime modalità procedurali, l'offerta tecnica presentata per il Sistema CT 1 dalla Società GE Medical Systems Italia S.p.A.

L'iter logico valutativo svolto dalla Commissione è riportato nella Tabella sinottica di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La seduta riservata viene chiusa alle ore 14.00.

Tutta la documentazione viene custodita nella cassaforte ubicata nella stanza 18A sita al primo piano settore A dell'edificio che ospita gli uffici amministrativi della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Viale Oxford, 81 – 00133 Roma delle cui chiavi risulta custode esclusivo il Responsabile del Procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:
Prof. Ettore Squillaci
Dott.ssa Laura Russolillo
Dott. Paolo Abundo
Il Segretario:
Dott.ssa Sara Toccini

SISTEMA CT A 128 STRATI COMPLETA DI WORKSTATION PER POST-ELABORAZIONE
SISTEMA CT 1

Gantry e detettori	Peso	Unità di misura	Tipologia criterio		Criterio di assegnazione del punteggio	Note Commissione su Offerta RTI Siemens Healthcare S.r.l./ Morviducci S.r.l.	Note Commissione su Offerta GE Medical Systems Italia S.p.A	Punteggio RTI Siemens Healthcare S.r.l./ Morviducci S.r.l.	Punteggio GE Medical Systems Italia S.p.A
Maggior diametro del tunnel	1,25	cm	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	78	80	1,22	1,25
Maggiore larghezza del detettore lungo l'asse Z all'isocentro	4,38	mm	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	38,4	160	1,05	4,38
Maggior numero di detettori lungo assi X-Y	0,62	n	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	736	832	0,55	0,62
Monitor touch screen (supporto centraggio paziente, filmati tutorial, possibilità di worklist e dati ECG, etc, ..)	0,62	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'offerta dell'OE non prevede il monitor touch screen (supporto centraggio paziente, filmati tutorial, possibilità di worklist e dati ECG, etc, ..)	L'offerta dell'OE presenta il Monitor touch screen (supporto centraggio paziente, filmati tutorial, possibilità di worklist e dati ECG, etc, ..)	0,00	0,62
Lettino porta pazienti									
Maggiore escursione longitudinale	0,62	mm	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	2000	2000	0,62	0,62
Minima altezza da terra	0,62	mm	Quantitativo	Q	Peso*(Minimo valore offerto / Valore offerta i-esima)	490	500	0,62	0,61
Maggiore capacità di carico paziente alla massima accuratezza	0,62	kg	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	227	227	0,62	0,62
Generatore RX e Tubo Radiogeno									
Maggiore capacità termica anodica	1,25	Descrivere	Qualitativo	Q	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta dell'operatore Siemens in base al tubo radiogeno proposto, alla tecnologia costruttiva, alle caratteristiche tecniche, termiche e soprattutto per la valutazione del dato comparabile a tubi radiogeni convenzionali (50 MHU)	Si assegna il giudizio "Distinto" all'offerta dell'operatore GE in base al tubo radiogeno proposto, alla tecnologia costruttiva, alle caratteristiche tecniche, termiche e per la valutazione del dato comparabile a tubi radiogeni convenzionali (36 MHU)	1,25	1,00
Maggiore dissipazione termica anodica	1,25	Descrivere	Qualitativo	Q	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	La TC offerta da Siemens garantisce la possibilità di sostenere elevati flussi di lavoro e presenta un'"ottima" dissipazione termica anodica (7,3 MHU/min).	La TC offerta da GE garantisce la possibilità di sostenere elevati flussi di lavoro, in relazione alla potenzialità di dissipazione (7 MHU/min) si assegna il giudizio "Distinto".	1,25	1,00
Maggior limite superiore in kV	0,62	kV	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	140	140	0,62	0,62
Minor limite inferiore in kV	1,25	kV	Quantitativo	Q	Peso*(Minimo valore offerto / Valore offerta i-esima)	70	70	1,25	1,25
Maggior limite superiore in mA	0,62	mA	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	800	740	0,62	0,57
Prestazioni richieste									
Minor tempo di rotazione realmente selezionabile sul protocollo d'acquisizione per 360° di rotazione;	4,38	s	Quantitativo	Q	Peso*(Minimo valore offerto / Valore offerta i-esima)	0,28	0,058	0,91	4,38
Risoluzione temporale massima ottenuta mediante HW e/o SW	3,75	ms	Quantitativo	Q	Peso*(Minimo valore offerto / Valore offerta i-esima)	142	29	0,77	3,75
Maggior risoluzione spaziale massima ottenibile allo 10% dell'MTF	1,88	pl/cm	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	23,3	18	1,88	1,45
Maggior risoluzione spaziale lungo l'asse Z e Minimo spessore di strato	4,38	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottimo il dato relativo alla risoluzione presentato da Siemens, sebbene non sia dimensionalmente paragonabile a quanto offerto da GE; adeguato alle richieste anche lo spessore minimo di strato.	Ottimo il dato relativo alla risoluzione presentato da GE, sebbene non sia dimensionalmente paragonabile a quanto offerto da Siemens; adeguato alle richieste anche lo spessore minimo di strato.	4,38	4,38
Ulteriori elementi tecnologici (HW e/o SW) finalizzati alla riduzione della dose erogata	4,38	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Buona è l'offerta della Siemens, in base alla valutazione dell'algoritmo di ricostruzione iterativa impiegato; si prende atto che sono stati offerti i principali elementi per la riduzione della dose.	In base alla valutazione degli algoritmi di ricostruzione iterativa impiegato dal sistema GE, si prende atto che sono stati offerti i principali elementi per la riduzione della dose e in particolare una soluzione ottimale per la riduzione di dose radiologica per l'esame cardiologico, fattore ritenuto critico e cruciale. Pertanto, si è assegnato il giudizio "ottimo".	2,63	4,38
Consolle di Comando									
Algoritmi iterativi per la ricostruzione delle immagini totalmente integrati nei protocolli di acquisizione, senza necessitare di alcun comando o selezione da parte dell'operatore	1,25	Descrivere	Qualitativo	Q	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta Siemens in relazione alla tipologia di algoritmo presentato, alle possibilità di applicazione e ai tempi di ricostruzione.	Ottima l'offerta GE in relazione alla tipologia di algoritmo presentato, alle possibilità di applicazione e ai tempi di ricostruzione.	1,25	1,25
Sistemi di modulazione della dose in funzione delle caratteristiche del paziente	1,25	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto il sistema di modulazione della dose in funzione delle caratteristiche del paziente	L'OE ha offerto il sistema di modulazione della dose in funzione delle caratteristiche del paziente	1,25	1,25
Disponibilità di modalità e impostazioni specificamente pediatriche	1,25	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto la disponibilità di modalità e impostazioni per applicazioni pediatriche	L'OE ha offerto la disponibilità di modalità e impostazioni per applicazioni pediatriche	1,25	1,25
Sistema della modulazione della corrente	1,25	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto un sistema per la modulazione della corrente	L'OE ha offerto un sistema per la modulazione della corrente	1,25	1,25

Workstation indipendente										
SW per colonscopia virtuale completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD) inclusivo di possibiltà di sottrazione elettronica delle feci (fecal tagging)	0,31	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto il SW per colonscopia virtuale completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD) inclusivo di possibilità di sottrazione elettronica delle feci (fecal tagging)	L'OE ha offerto il SW per colonscopia virtuale completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD) inclusivo di possibilità di sottrazione elettronica delle feci (fecal tagging)	0,31	0,31
SW per lo studio automatico del nodulo polmonare completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD).	0,31	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto il SW per lo studio automatico del nodulo polmonare completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD).	L'OE ha offerto il SW per lo studio automatico del nodulo polmonare completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD).	0,31	0,31
Software di perfusione, per la valutazione quantitativa di lesioni ischemiche a livello cerebrale	0,31	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta Siemens relativamente alle potenzialità delle applicazioni, alle tipologie di valutazioni e classificazioni eseguibili, nonché alla capacità di discriminazione dell'area infartuale.	Ottima l'offerta GE relativamente alle potenzialità delle applicazioni, alle tipologie di valutazioni e classificazioni eseguibili, nonché alla capacità di discriminazione dell'area infartuale.	0,31	0,31
Software di analisi e misurazione automatica in 2D e 3D, dedicato all'implantologia di Stent e lo studio di aneurismi, che fornisca misure e report in automatico con identificazione automatica del vaso.	0,63	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta Siemens in base a rapidità di esecuzione, visulaizzazione in 3D, capacità di quantificazione delle stenosi, nonché di valutazione delle lesioni calcificate.	Ottima l'offerta GE in base a rapidità di esecuzione, visulaizzazione in 3D, capacità di quantificazione delle stenosi, nonché di valutazione delle lesioni calcificate.	0,63	0,63
Software di fusione immagini TAC e SPECT di perfusione per analisi e visualizzazione di immagini cardiologiche ibride	0,31	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto il Software di fusione immagini TAC e SPECT di perfusione per analisi e visualizzazione di immagini cardiologiche ibride	L'OE ha offerto il Software di fusione immagini TAC e SPECT di perfusione per analisi e visualizzazione di immagini cardiologiche ibride	0,31	0,31
Altri SW inclusi in offerta	1,25	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta Siemens considerando gli applicativi forniti per applicazioni in ambito vascolare, cardiaco, oncologico, epatico, polmonare, dentale, nonché relativamente alle potenzialità di rendering e di fusione delle immagini.	Ottima l'offerta GE considerando gli applicativi forniti per applicazioni in ambito vascolare, cardiaco, oncologico, epatico, polmonare, dentale, nonché relativamente alle potenzialità di rendering e di fusione delle immagini.	1,25	1,25
Servizi post vendita										
Estensione garanzia	3,13	mesi	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	6	12	1,57	3,13
Formazione del personale: training dedicato e numero di visite periodiche.	0,63	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Discreta l'offerta Siemens in relazione alla possibilità di formazione continua anche da remoto per mezzo di piattaforme informatiche specifiche, per l'impegno diretto a svolgere sedute di formazione al PTV rivolte ai diversi profili professionali coinvolti e per numero di ore lavorative di formazione proposte (10 giorni).	Ottima l'offerta GE in relazione alla possibilità di formazione continua anche da remoto per mezzo di piattaforme informatiche specifiche, per l'impegno diretto a svolgere sedute di formazione al PTV che fossero rivolte ai diversi profili professionali coinvolti e soprattutto per l'elevato numero di ore lavorative proposte (240 ore/30 giorni).	0,25	0,63
								30,17	**43,38**

ALLEGATO 4

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della "fornitura in noleggio di n. 3 sistemi CT 128 strati con opzione di riscatto per le esigenze della Diagnostica per Immagini della la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata".

Verbale n. 4
(Seduta riservata)

Alle ore 9.30 del giorno 3 (tre) dicembre 2018, presso la stanza n. 17 della UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano primo della Fondazione PTV "Policlinico Tor Vergata", si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.
Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Prof. Ettore Squillaci	Presidente
Dott. Laura Russolillo	Componente
Dott. Paolo Abundo	Componente
Dott.ssa Sara Toccini	Segretario Verbalizzante

La Commissione riprende i lavori di competenza ed analisi delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti alla procedura di cui al titolo.
In particolare, il Presidente richiama l'attenzione dei presenti su quanto indicato nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati in merito alla procedura ed alle attività di valutazione delle Offerte Tecniche.
La Commissione decide di avviare la valutazione dell'Offerta tecnica presentata dall' ATI Siemens Healthcare S.r.l./ Morviducci S.r.l. per il Sistema CT 2.
La Commissione procede prima di tutto a riscontrare la conformità delle caratteristiche del prodotto offerto dal concorrente con quelle espressamente richieste ed indicate dal Capitolato Tecnico, accertando che la Società partecipante ha presentato un prodotto rispondente ai requisiti previsti.
La Commissione, nell'analisi dei singoli elementi di valutazione, assegna ad ogni singolo criterio di valutazione il relativo giudizio attribuendo conseguentemente la corrispondente percentuale di punteggio.
L'iter logico valutativo svolto è riportato nella Tabella sinottica di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale.
La Commissione provvede, successivamente, ad esaminare, con le medesime modalità procedurali, l'offerta tecnica presentata per il Sistema CT 2 dalla Società GE Medical Systems Italia S.p.A.
L'iter logico valutativo svolto dalla Commissione è riportato nella Tabella sinottica di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale.
La seduta riservata viene chiusa alle ore 13.30.
Tutta la documentazione viene custodita nella cassaforte ubicata nella stanza 18A sita al primo piano settore A dell'edificio che ospita gli uffici amministrativi della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Viale Oxford, 81 – 00133 Roma delle cui chiavi risulta custode esclusivo il Responsabile del Procedimento.
Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:
Prof. Ettore Squillaci
Dott.ssa Laura Russolillo
Dott. Paolo Abundo
Il Segretario:
Dott.ssa Sara Toccini

SISTEMA CT 64 STRATI COMPLETA DI WORKSTATION PER POST ELABORAZIONE
SISTEMA CT 2

Gantry e detettori	Peso	Unità di misura	Tipologia criterio		Criterio di assegnazione del punteggio	Note Commissione su Offerta RTI Siemens Healthcare S.r.l./ Morviducci S.r.l.	Note Commissione su Offerta GE Medical Systems Italia S.p.A	Punteggio RTI Siemens Healthcare S.r.l./ Morviducci S.r.l.	Punteggio GE Medical Systems Italia S.p.A
Maggior diametro del tunnel	0,38	cm	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	78	70	0,38	0,34
Maggiore larghezza del detettore lungo l'asse Z all'isocentro	1,32	mm	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	38,4	40	1,27	1,32
Maggior numero di detettori lungo assi X-Y	0,19	n	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	736	848	0,16	0,19
Monitor touch screen (supporto centraggio paziente, filmati tutorial, possibilità di worklist e dati ECG, etc, ..)	0,19	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'offerta dell'OE non prevede il monitor touch screen (supporto centraggio paziente, filmati tutorial, possibilità di worklist e dati ECG, etc, ..)	L'offerta dell'OE presenta il Monitor touch screen (supporto centraggio paziente, filmati tutorial, possibilità di worklist e dati ECG, etc, ..)	0,00	0,19
Lettino porta pazienti									
Maggiore escursione longitudinale	0,19	mm	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	2000	2045	0,19	0,19
Minima altezza da terra	0,19	mm	Quantitativo	Q	Peso*(Minimo valore offerto / Valore offerta i-esima)	490	430	0,17	0,19
Maggiore capacità di carico paziente alla massima accuratezza	0,19	kg	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	227	227	0,19	0,19
Generatore RX e Tubo Radiogeno									
Maggiore capacità termica anodica	0,38	Descrivere	Qualitativo	Q	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta dell'operatore Siemens in base al tubo radiogeno proposto, alla tecnologia costruttiva, alle caratteristiche tecniche, termiche e soprattutto per la valutazione del dato comparabile a tubi radiogeni convenzionali (50 MHU)	Discreta l'offerta dell'operatore GE in base al tubo radiogeno proposto, alla tecnologia costruttiva, alle caratteristiche tecniche, termiche e per la valutazione del dato comparabile a tubi radiogeni convenzionali (12 MHU)	0,38	0,15
Maggiore dissipazione termica anodica	0,38	Descrivere	Qualitativo	Q	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta di Siemens che garantisce la possibilità di sostenere elevati flussi di lavoro e presenta un'ottima dissipazione termica anodica (7,3 MHU/min).	La TC offerta da GE garantisce la possibilità di sostenere elevati flussi di lavoro, ma in relazione alla potenzialità di dissipazione , si assegna il giudizio "Discreto"	0,38	0,15
Maggior limite superiore in kV	0,19	kV	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	140	140	0,19	0,19
Minor limite inferiore in kV	0,37	kV	Quantitativo	Q	Peso*(Minimo valore offerto / Valore offerta i-esima)	70	80	0,37	0,32
Maggior limite superiore in mA	0,19	mA	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	800	600	0,19	0,14
Prestazioni richieste									
Minor tempo di rotazione realmente selezionabile sul protocollo d'acquisizione per 360° di rotazione	1,31	s	Quantitativo	Q	Peso*(Minimo valore offerto / Valore offerta i-esima)	0,28	0,058	0,27	1,31
Risoluzione temporale massima ottenuta mediante HW e/o SW	1,13	ms	Quantitativo	Q	Peso*(Minimo valore offerto / Valore offerta i-esima)	142	29	0,23	1,13
Maggior risoluzione spaziale massima ottenibile allo 10% dell'MTF	0,56	pl/cm	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	23,3	16	0,56	0,38
Maggior risoluzione spaziale lungo l'asse Z e Minimo spessore di strato	1,31	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottimo il dato relativo alla risoluzione presentato da Siemens, sebbene non sia dimensionalmente paragonabile a quanto offerto da GE; adeguato alle richieste anche lo spessore minimo di strato.	Distinto il dato relativo alla risoluzione presentato da GE, sebbene non sia dimensionalmente paragonabile a quanto offerto da Siemens; adeguato alle richieste anche lo spessore minimo di strato.	1,31	1,05
Ulteriori elementi tecnologici (HW e/o SW) finalizzati alla riduzione della dose erogata	1,31	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta Siemens, dotata dei principali elementi per la riduzione della dose e con l'avanzato algoritmo Admire	Si assegna "Distinto" all'offerta GE, dotata dei principali elementi per la riduzione della dose e con l'algoritmo ASIR	1,31	1,05
Consolle di Comando									
Algoritmi iterativi per la ricostruzione delle immagini totalmente integrati nei protocolli di acquisizione, senza necessitare di alcun comando o selezione da parte dell'operatore	0,37	Descrivere	Qualitativo	Q	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta Siemens in relazione alla tipologia di algoritmo presentato, alle possibilità di applicazione e ai tempi di ricostruzione.	Ottima l'offerta GE in relazione alla tipologia di algoritmo presentato, alle possibilità di applicazione e ai tempi di ricostruzione.	0,37	0,37
Sistemi di modulazione della dose in funzione delle caratteristiche del paziente	0,37	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto il sistema di modulazione della dose in funzione delle caratteristiche del paziente	L'OE ha offerto il sistema di modulazione della dose in funzione delle caratteristiche del paziente	0,37	0,37
Disponibilità di modalità e impostazioni specificamente pediatriche	0,37	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto la disponibilità di modalità e impostazioni per applicazioni pediatriche	L'OE ha offerto la disponibilità di modalità e impostazioni per applicazioni pediatriche	0,37	0,37
Sistema della modulazione della corrente	0,37	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto un sistema per la modulazione della corrente	L'OE ha offerto un sistema per la modulazione della corrente	0,37	0,37

Workstation indipendente									
SW per colonscopia virtuale completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD) inclusivo di possibilità di sottrazione elettronica delle feci (fecal tagging)	0,09	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto il SW per colonscopia virtuale completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD) inclusivo di possibilità di sottrazione elettronica delle feci (fecal tagging)	L'OE ha offerto il SW per colonscopia virtuale completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD) inclusivo di possibilità di sottrazione elettronica delle feci (fecal tagging)	0,09	0,09
SW per lo studio automatico del nodulo polmonare completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD).	0,09	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto il SW per lo studio automatico del nodulo polmonare completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD).	L'OE ha offerto il SW per lo studio automatico del nodulo polmonare completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD).	0,09	0,09
Software di perfusione, per la valutazione quantitativa di lesioni ischemiche a livello cerebrale	0,09	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta Siemens relativamente alle potenzialità delle applicazioni, alle tipologie di valutazioni e classificazioni eseguibili, nonché alla capacità di discriminazione dell'area infartuale.	Ottima l'offerta GE relativamente alle potenzialità delle applicazioni, alle tipologie di valutazioni e classificazioni eseguibili, nonché alla capacità di discriminazione dell'area infartuale.	0,09	0,09
Software di analisi e misurazione automatica in 2D e 3D, dedicato all'implantologia di Stent e lo studio di aneurismi, che fornisca misure e report in automatico con identificazione automatica del vaso.	0,19	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta Siemens in base a rapidità di esecuzione, visulaizzazione in 3D, capacità di quantificazione delle stenosi, nonché di valutazione delle lesioni calcificate.	Ottima l'offerta GE in base a rapidità di esecuzione, visulaizzazione in 3D, capacità di quantificazione delle stenosi, nonché di valutazione delle lesioni calcificate.	0,19	0,19
Software di fusione immagini TAC e SPECT di perfusione per analisi e visualizzazione di immagini cardiologiche ibride	0,09	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto il Software di fusione immagini TAC e SPECT di perfusione per analisi e visualizzazione di immagini cardiologiche ibride	L'OE ha offerto il Software di fusione immagini TAC e SPECT di perfusione per analisi e visualizzazione di immagini cardiologiche ibride	0,09	0,09
Altri SW inclusi in offerta	0,37	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta Siemens considerando gli appicativi forniti per applicazioni in ambito vascolare, cardiaco, oncologico, epatico, polmonare, dentale, nonché relativamente alle potenzialità di rendering e di fusione delle immagini.	Ottima l'offerta GE considerando gli appicativi forniti per applicazioni in ambito vascolare, cardiaco, oncologico, epatico, polmonare, dentale, nonché relativamente alle potenzialità di rendering e di fusione delle immagini.	0,37	0,37
Servizi post vendita									
Estensione garanzia	0,94	mesi	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	6	3	0,94	0,47
Formazione del personale: training dedicato e numero di visite periodiche.	0,19	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Discreta l'offerta Siemens in relazione alla possibilità di formazione continua anche da remoto per mezzo di piattaforme informatiche specifiche, per l'impegno diretto a svolgere sedute di formazione al PTV rivolte ai diversi profili professionali coinvolti e per numero di ore lavorative di formazione proposte (10 giorni).	Ottima l'offerta GE in relazione alla possibilità di formazione continua anche da remoto per mezzo di piattaforme informatiche specifiche, per l'impegno diretto a svolgere sedute di formazione al PTV che fossero rivolte ai diversi profili professionali coinvolti e soprattutto per l'elevato numero di ore lavorative proposte (240 ore/30 giorni).	0,08	0,19
								10,96	**11,55**

ALLEGATO 5

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della "fornitura in noleggio di n. 3 sistemi CT 128 strati con opzione di riscatto per le esigenze della Diagnostica per Immagini della la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata".

Verbale n. 5
(Seduta riservata)

Alle ore 9.30 del giorno 4 (quattro) dicembre 2018, presso la stanza n. 17 della UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano primo della Fondazione PTV "Policlinico Tor Vergata", si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.
Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Prof. Ettore Squillaci	Presidente
Dott. Laura Russolillo	Componente
Dott. Paolo Abundo	Componente
Dott.ssa Sara Toccini	Segretario Verbalizzante

La Commissione riprende i lavori di competenza ed analisi delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti alla procedura di cui al titolo.
In particolare, il Presidente richiama l'attenzione dei presenti su quanto indicato nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati in merito alla procedura ed alle attività di valutazione delle Offerte Tecniche.
La Commissione decide di avviare la valutazione dell'Offerta tecnica presentata dall' ATI Siemens Healthcare S.r.l./ Morviducci S.r.l. per il Sistema CT 3.
La Commissione procede prima di tutto a riscontrare la conformità delle caratteristiche del prodotto offerto dal concorrente con quelle espressamente richieste ed indicate dal Capitolato Tecnico, accertando che la Società partecipante ha presentato un prodotto rispondente ai requisiti previsti.
La Commissione, nell'analisi dei singoli elementi di valutazione, assegna ad ogni singolo criterio di valutazione il relativo giudizio attribuendo conseguentemente la corrispondente percentuale di punteggio.
L'iter logico valutativo svolto è riportato nella Tabella sinottica di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale.
La Commissione provvede, successivamente, ad esaminare, con le medesime modalità procedurali, l'offerta tecnica presentata per il Sistema CT 3 dalla Società GE Medical Systems Italia S.p.A.
L'iter logico valutativo svolto dalla Commissione è riportato nella Tabella sinottica di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale.
La seduta riservata viene chiusa alle ore 12.30.
Tutta la documentazione viene custodita nella cassaforte ubicata nella stanza 18A sita al primo piano settore A dell'edificio che ospita gli uffici amministrativi della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Viale Oxford, 81 – 00133 Roma delle cui chiavi risulta custode esclusivo il Responsabile del Procedimento.
Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:
Prof. Ettore Squillaci
Dott.ssa Laura Russolillo
Dott. Paolo Abundo
Il Segretario:
Dott.ssa Sara Toccini

SISTEMA CT A [illegible] STRATI COMPLETA DI WORKSTATION PER POST-ELABORAZIONE
SISTEMA CT 2

Gantry e detettori	Peso	Unità di misura	Tipologia criterio		Criterio di assegnazione del punteggio	Note Commissione su Offerta RTI Siemens Healthcare S.r.l./ Morviducci S.r.l.	Note Commissione su Offerta GE Medical Systems Italia S.p.A.	Punteggio RTI Siemens Healthcare S.r.l./ Morviducci S.r.l.	Punteggio GE Medical Systems Italia S.p.A
Maggior diametro del tunnel	0,38	cm	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	70	70	0,38	0,38
Maggiore larghezza del detettore lungo l'asse Z all'isocentro	1,32	mm	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	38,4	40	1,27	1,32
Maggior numero di detettori lungo assi X-Y	0,19	n	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	840	848	0,19	0,19
Monitor touch screen (supporto centraggio paziente, filmati tutorial, possibilità di worklist e dati ECG, etc, ..)	0,19	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'offerta dell'OE presenta il Monitor touch screen (supporto centraggio paziente, filmati tutorial, possibilità di worklist e dati ECG, etc, ..)	L'offerta dell'OE presenta il Monitor touch screen (supporto centraggio paziente, filmati tutorial, possibilità di worklist e dati ECG, etc, ..)	0,19	0,19
Lettino porta pazienti									
Maggiore escursione longitudinale	0,19	mm	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	2000	2045	0,19	0,19
Minima altezza da terra	0,19	mm	Quantitativo	Q	Peso*(Minimo valore offerto / Valore offerta i-esima)	475	430	0,17	0,19
Maggiore capacità di carico paziente alla massima accuratezza	0,19	kg	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	307	227	0,19	0,14
Generatore RX e Tubo Radiogeno									
Maggiore capacità termica anodica	0,38	Descrivere	Qualitativo	Q	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta dell'operatore Siemens in base al tubo radiogeno proposto, alla tecnologia costruttiva, alle caratteristiche tecniche, termiche e soprattutto per la valutazione del dato comparabile a tubi radiogeni convenzionali (15 MHU)	Si assegna il giudizio "Distinto" all'offerta dell'operatore GE in base al tubo radiogeno proposto, alla tecnologia costruttiva, alle caratteristiche tecniche, termiche e per la valutazione del dato comparabile a tubi radiogeni convenzionali (12 MHU)	0,38	0,30
Maggiore dissipazione termica anodica	0,38	Descrivere	Qualitativo	Q	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Discreta l'offerta di Siemens per possibilità di sostenere elevati flussi di lavoro e per il valore di dissipazione termica anodica (780 kHU/min).	Ottima l'offerta di GE per possibilità di sostenere elevati flussi di lavoro ed elevatissimo valore di dissipazione termica anodica equivalente (1,79 MHU/min).	0,15	0,38
Maggior limite superiore in kV	0,19	kV	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	140	140	0,19	0,19
Minor limite inferiore in kV	0,37	kV	Quantitativo	Q	Peso*(Minimo valore offerto / Valore offerta i-esima)	70	80	0,37	0,32
Maggior limite superiore in mA	0,19	mA	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	825	600	0,19	0,14
Prestazioni richieste									
Minor tempo di rotazione realmente selezionabile sul protocollo d'acquisizione per 360° di rotazione;	1,31	s	Quantitativo	Q	Peso*(Minimo valore offerto / Valore offerta i-esima)	0,33	0,058	0,23	1,31
Risoluzione temporale massima ottenuta mediante HW e/o SW	1,13	ms	Quantitativo	Q	Peso*(Minimo valore offerto / Valore offerta i-esima)	165	29	0,20	1,13
Maggior risoluzione spaziale massima ottenibile allo 10% dell'MTF	0,56	pl/cm	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	14,6	16	0,51	0,56
Maggior risoluzione spaziale lungo l'asse Z e Minimo spessore di strato	1,31	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Pur non essendo il dato di risoluzione spaziale lungo Z dimensionalmente paragonabile a quella GE, si assegna "Ottimo" all'offerta di Siemens per la tecnologia dei detettori offerti, per l'architettura costruttiva, per il valore di minimo spessore di strato e per l'ottimizzazione tra la ricerca della massima risoluzione, ma anche della minima dose.	Pur non essendo il dato di risoluzione spaziale lungo Z dimensionalmente paragonabile a quella Siemens, si assegna "Ottimo" all'offerta di GE per la tecnologia dei detettori offerti, per l'architettura costruttiva, per il valore di minimo spessore di strato e per l'ottimizzazione tra la ricerca della massima risoluzione, ma anche della minima dose.	1,31	1,31
Ulteriori elementi tecnologici (HW e/o SW) finalizzati alla riduzione della dose erogata	1,31	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Si assegna "Ottimo" all'offerta Siemens, dotata dei principali elementi per la riduzione della dose e con l'algoritmo Safire.	Si assegna "Ottimo" all'offerta GE, dotata dei principali elementi per la riduzione della dose e con l'algoritmo ASIR.	1,31	1,31
Consolle di Comando									
Algoritmi iterativi per la ricostruzione delle immagini totalmente integrati nei protocolli di acquisizione, senza necessitare di alcun comando o selezione da parte dell'operatore	0,37	Descrivere	Qualitativo	Q	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta Siemens in relazione alla tipologia di algoritmo presentato, alle possibilità di applicazione e ai tempi di ricostruzione.	Ottima l'offerta GE in relazione alla tipologia di algoritmo presentato, alle possibilità di applicazione e ai tempi di ricostruzione.	0,37	0,37
Sistemi di modulazione della dose in funzione delle caratteristiche del paziente	0,37	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto il sistema di modulazione della dose in funzione delle caratteristiche del paziente	L'OE ha offerto il sistema di modulazione della dose in funzione delle caratteristiche del paziente	0,37	0,37
Disponibilità di modalità e impostazioni specificamente pediatriche	0,37	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto la disponibilità di modalità e impostazioni per applicazioni pediatriche	L'OE ha offerto la disponibilità di modalità e impostazioni per applicazioni pediatriche	0,37	0,37
Sistema della modulazione della corrente	0,37	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto un sistema per la modulazione della corrente	L'OE ha offerto un sistema per la modulazione della corrente	0,37	0,37

Workstation indipendente										
SW per colonscopia virtuale completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD) inclusivo di possibilità di sottrazione elettronica delle feci (fecal tagging)	0,09	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto il SW per colonscopia virtuale completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD) inclusivo di possibilità di sottrazione elettronica delle feci (fecal tagging)	L'OE ha offerto il SW per colonscopia virtuale completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD) inclusivo di possibilità di sottrazione elettronica delle feci (fecal tagging)	0,09	0,09
SW per lo studio automatico del nodulo polmonare completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD).	0,09	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto il SW per lo studio automatico del nodulo polmonare completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD).	L'OE ha offerto il SW per lo studio automatico del nodulo polmonare completo di sistema di identificazione automatica delle possibili lesioni (CAD).	0,09	0,09
Software di perfusione, per la valutazione quantitativa di lesioni ischemiche a livello cerebrale	0,09	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta Siemens relativamente alle potenzialità delle applicazioni, alle tipologie di valutazioni e classificazioni eseguibili, nonché alla capacità di discriminazione dell'area infartuale.	Ottima l'offerta GE relativamente alle potenzialità delle applicazioni, alle tipologie di valutazioni e classificazioni eseguibili, nonché alla capacità di discriminazione dell'area infartuale.	0,09	0,09
Software di analisi e misurazione automatica in 2D e 3D, dedicato all'implantologia di Stent e lo studio di aneurismi, che fornisca misure e report in automatico con identificazione automatica del vaso.	0,19	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta Siemens in base a rapidità di esecuzione, visulaizzazione in 3D, capacità di quantificazione delle stenosi, nonché di valutazione delle lesioni calcificate.	Ottima l'offerta GE in base a rapidità di esecuzione, visulaizzazione in 3D, capacità di quantificazione delle stenosi, nonché di valutazione delle lesioni calcificate.	0,09	0,09
Software di fusione immagini TAC e SPECT di perfusione per analisi e visualizzazione di immagini cardiologiche ibride	0,09	SI/NO	Quantitativo	T	Punteggio massimo in caso affermativo; punteggio nullo in caso negativo.	L'OE ha offerto il Software di fusione immagini TAC e SPECT di perfusione per analisi e visualizzazione di immagini cardiologiche ibride	L'OE ha offerto il Software di fusione immagini TAC e SPECT di perfusione per analisi e visualizzazione di immagini cardiologiche ibride	0,09	0,09
Altri SW inclusi in offerta	0,37	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Ottima l'offerta Siemens considerando gli appicativi forniti per applicazioni in ambito vascolare, cardiaco, oncologico, epatico, polmonare, dentale, nonché relativamente alle potenzialità di rendering e di fusione delle immagini.	Ottima l'offerta GE considerando gli appicativi forniti per applicazioni in ambito vascolare, cardiaco, oncologico, epatico, polmonare, dentale, nonché relativamente alle potenzialità di rendering e di fusione delle immagini.	0,37	0,37
Servizi post vendita										
Estensione garanzia	0,94	mesi	Quantitativo	Q	Peso*(Valore offerta i-esima / Massimo valore offerto)	6	3	0,94	0,47
Formazione del personale: training dedicato e numero di visite periodiche.	0,19	Descrivere	Qualitativo	D	Punteggio assegnato in base alla valutazione della commissione di gara	Discreta l'offerta Siemens in relazione alla possibilità di formazione continua anche da remoto per mezzo di piattaforme informatiche specifiche, per l'impegno diretto a svolgere sedute di formazione al PTV rivolte ai diversi profili professionali coinvolti e per numero di ore lavorative di formazione proposte (10 giorni).	Ottima l'offerta GE in relazione alla possibilità di formazione continua anche da remoto per mezzo di piattaforme informatiche specifiche, per l'impegno diretto a svolgere sedute di formazione al PTV che fossero rivolte ai diversi profili professionali coinvolti e soprattutto per l'elevato numero di ore lavorative proposte (240 ore/30 giorni).	0,08	0,19
								10,73	**12,52**

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della "fornitura in noleggio di n. 3 sistemi CT 128 strati con opzione di riscatto per le esigenze della Diagnostica per Immagini della la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata".

Verbale n. 6
(Seduta riservata)

Alle ore 11.00 del giorno 10 (dieci) dicembre 2018, presso la stanza n. 17 della UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano primo della Fondazione PTV "Policlinico Tor Vergata", si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura di cui al presente titolo.
Sono presenti tutti i membri della Commissione che risulta essere così composta:

Prof. Ettore Squillaci	Presidente
Dott. Laura Russolillo	Componente
Dott. Paolo Abundo	Componente
Dott.ssa Sara Toccini	Segretario Verbalizzante

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.
La Commissione, preliminarmente, effettua una ricognizione di tutto il lavoro svolto nella valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ATI Siemens Healthcare S.r.l./ Morviducci S.r.l. e GE Medical Systems Italia S.p.A. per i 3 Sistemi CT1 – CT2 – CT3 confermando le valutazioni già espresse.
La seduta riservata viene chiusa alle ore 13.00.
Tutta la documentazione viene custodita nella cassaforte ubicata nella stanza 18A sita al primo piano settore A dell'edificio che ospita gli uffici amministrativi della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Viale Oxford, 81 – 00133 Roma delle cui chiavi risulta custode esclusivo il Responsabile del Procedimento.
Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:
Prof. Ettore Squillaci
Dott.ssa Laura Russolillo
Dott. Paolo Abundo
Il Segretario:
Dott.ssa Sara Toccini



Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della "fornitura in noleggio di n. 3 sistemi CT 128 strati con opzione di riscatto per le esigenze della Diagnostica per Immagini della la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata".

Verbale n. 7

(Seduta pubblica)

Alle ore 10.30 del giorno 14 dicembre 2018 presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori - stanza n. 17 si riunisce in seduta pubblica la Commissione incaricata di aggiudicare la procedura di cui al titolo.

Sono presenti tutti i membri della Commissione giudicatrice che risulta essere così composta:

Prof. Ettore Squillaci	Presidente
Dott. Laura Russolillo	Componente
Dott. Paolo Abundo	Componente
Dott.ssa Sara Toccini	Segretario Verbalizzante

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, preliminarmente, prende atto che sono presenti i sotto indicati rappresentanti degli operatori economici a fianco specificati:

Cognome	Nome	Documento di riconoscimento	Concorrente	Poteri, delega o procura
Allamprese	Vittorio	Carta d'identità n. AY 1265080	GE Medical Systems Italia S.p.A.	Delega
Boiceff	Boicio	Carta d'Idrntità n. AX 1725587	GE Medical Systems Italia S.p.A.	Delega
Morganti	Paolo	Carta d'identità n. AX 5735194	Siemens Healthcare S.r.l.	Delega

Le relative deleghe/procure sono depositate in atti.

Il Presidente preliminarmente dà lettura dei prezzi offerti per i 3 Sistemi TC1, TC2, TC3 in relazione ai criteri:

- *Valore offerto contratto di manutenzione annuo eventualmente attivabile al termine del periodo di noleggio (nelle stesse modalità definite tra i requisiti minimi) - Prezzo manutenzione annuale;*
- *Valore del riscatto finale dell'apparecchiatura noleggiata - Prezzo riscatto (con valore riscatto pari a 0 punteggio massimo).*

Tali criteri vengono valutati contestualmente all'offerta economica con le medesime modalità indicate nel Disciplinare di gara all' art. 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica e sommati ai punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti per gli altri criteri che non stati oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Il Presidente procede quindi alla lettura dei punteggi tecnici definitivi attribuiti a ciascun concorrente chiarendo che laddove un operatore economico abbia ottenuto il punteggio massimo totale – pari a 80 punti – il relativo punteggio tecnico totale provvisorio corrisponde al punteggio tecnico totale definitivo.

La Commissione prosegue i lavori con l'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche. Per ciascun concorrente: la Commissione sigla l'offerta ivi contenuta; il Presidente dà lettura del prezzo totale IVA esclusa offerto per ogni singolo Lotto; il Segretario verbalizzante trascrive i relativi importi su supporto informatico.

Ultimata l'apertura e lettura delle offerte economiche, la Commissione procede, tramite supporto informatico ove sono stati trascritti i valori complessivi delle offerte al netto dell'IVA, ad effettuare il calcolo del punteggio dell'offerta economica applicando la formula di cui all'art. 13 comma 8 del Disciplinare di Gara.
Successivamente, effettua, la somma dei punteggi relativi alla valutazione tecnica ed all'elemento economico definendo il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta.
I valori economici offerti, i relativi punteggi attribuiti ed i punteggi totali sono di seguito espressi:

Concorrente	**Punteggio Offerta tecnica**	**Offerta economica**	**Punteggio Offerta economica**	**Punteggio complessivo**
GE Medical Systems Italia S.p.A.	80,00	€ 2.647.800,00	18,69	98,69
ATI Siemens Healthcare S.r.l./ Morviducci S.r	65,08	€ 2.474.049,00	20,00	85,08

La Commissione procede successivamente ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia il punteggio tecnico sia il punteggio dell'offerta economica sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara e per le quali provvederà a richiedere ai concorrenti le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso alla formulazione delle offerte medesime.
Il Presidente della Commissione dà lettura del punteggio totale attribuito a ciascun concorrente, determinato dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, comunicando la graduatoria per e le offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in riferimento ai Lotti di seguito dettagliati:
La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 10.45.
Tutta la documentazione viene custodita nella cassaforte ubicata nella stanza 18A sita al primo piano settore A dell'edificio che ospita gli uffici amministrativi della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Viale Oxford, 81 – 00133 Roma delle cui chiavi risulta custode esclusivo il Responsabile del Procedimento.
Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:
Prof. Ettore Squillaci
Dott.ssa Laura Russolillo
Dott. Paolo Abundo
Il Segretario:
Dott.ssa Sara Toccini

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento della "fornitura in noleggio di n. 3 sistemi CT 128 strati con opzione di riscatto per le esigenze della Diagnostica per Immagini della la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata".

Verbale n. 8

(Seduta riservata)

Alle ore 09.55 del giorno 28 (ventotto) dicembre 2018 presso la stanza n. 17 UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, sita al piano primo della Fondazione PTV "Policlinico Tor Vergata", è presente il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Carla Cianciullo e la Commissione giudicatrice nella sua composizione:

Il RUP dà atto che con nota del 17/12/2018 il presidente della commissione giudicatrice ha comunicato al medesimo RUP che in seduta pubblica del 14/12/2018 sono risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice entrambe le offerte in gara.

Il RUP dà atto di aver conseguentemente proceduto ai sensi dell'art. 97, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 a richiedere con nota prot. n. 0027702 del 18/12/2018 le relative giustificazioni in riferimento all'offerta del concorrente GE Medical Systems Italia S.p.A., secondo quanto previsto dal punto 22 del Disciplinare di gara in quanto prima migliore offerta.

Il RUP dà lettura alla Commissione giudicatrice delle giustificazioni presentate in riscontro dal concorrente GE Medical Systems Italia S.p.A. con nota prot. n. 18/1474/ITO/tv, in atti prot. n. 0028335/2018, al fine di effettuare la verifica di congruità dell'offerta con il supporto della Commissione medesima.

All'esito della verifica, risulta la congruità, serietà e realizzabilità dell'offerta in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura e, pertanto, il concorrente GE Medical Systems Italia S.p.A. è ammesso al prosieguo della procedura.

La seduta riservata è tolta alle ore 10.10.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP
Dott.ssa Carla Cianciullo

La Commissione:
Prof. Ettore Squillaci
Dott.ssa Laura Russolillo
Dott. Paolo Abundo
Il Segretario:
Dott.ssa Sara Toccini

PTV
FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

UOC AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 09/01/2019 la deliberazione n. 3 del 07-01-2019 in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Massimo Guerrieri Wolf)

Visto, l'incaricato della pubblicazione

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORGINALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine e di n. ____ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, _____

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Massimo Guerrieri Wolf)

REGIONE LAZIO