

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di *“INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SISTEMI A NOLEGGIO (CLIA/EIA) E RELATIVI REAGENTI/MATERIALI DI CONSUMO E SISTEMA MANUALE PER TEST DI AGGLUTINAZIONE PER LA DIAGNOSTICA SIEROLOGIA”*.

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI RICHIESTE:

- Strumentazione da banco di ultima generazione;
- Strumentazione conforme alle direttive CE IVD;
- Capacità di offrire il 100% degli analiti richiesti conformi alle direttive CE IVD;
- Il sistema dovrà adottare tecnologia in chemiluminescenza (CLIA) e immunoenzimatica (EIA);
- Collegamento e interfacciamento bidirezionale al LIS (Modulab) a carico del fornitore;
- Tutti i reagenti ed i materiali di consumo dovranno avere, al momento della consegna al PTV, scadenza non inferiore a sei mesi.

CARATTERISTICHE PER LA TECNOLOGIA CLIA OFFERTA:

- idonea ad esami di sierologia;
- sistema “Walk-away” completamente automatico dopo l'avvio;
- Monotest inclusi calibratori e controlli;
- possibilità di effettuare il campionamento da tubo primario;
- Capacità di offrire almeno il 60% degli analiti totali richiesti con metodica CLIA (pagamento a test effettuato).

CARATTERISTICHE PER LA TECNOLOGIA EIA OFFERTA:

- idonea ad esami di sierologia;
- strumento completamente automatico per micropiastre con almeno 4 in linea;
- massimo il 40% degli analiti totali richiesti con metodica EIA (pagamento a kit).

CARATTERISTICHE TEST DI AGGLUTINAZIONE AL LATTICE:

- Ricerca anticorpi eterofili.

BASE D'ASTA 38.000/ANNO

AFFIDAMENTO PER 3 ANNI

2000 TEST/ANNO

ANALITI (ANTICORPI)	TEST/ANNO
Tetano IgG	100
Legionella IgG	30
Legionella IgM	30
Rosolia IgG Avidity	150
Coxiella burnetii IgG	20
Coxiella burnetii IgM	20
Chlamydophila pneumoniae IgA	15
Chlamydophila pneumoniae IgM	15
Chlamydophila pneumoniae IgG	15
Chikungunya Virus IgM	10
Chikungunya Virus IgG	10
Monotest EBV Virus	450
Zika Virus IgG	10
Zika Virus IgM	10
Pneumococco IgG	300
Helicobacter Pylori IgG	55
Epatite Delta IgM	200
Epatite Delta IgM/IgG	500
Epatite Delta Ag	60

In considerazione dell'urgenza di approvvigionamento di tale dispositivo, si chiede, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse di trasmettere a questa Fondazione, l'allegato A compilato e la documentazione tecnica riferita al materiale richiesto.

Requisiti di ammissione all'invito:

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli articoli 94, 95 e 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che intendono rispondere al presente invito devono inviare, entro **10 giorni** dalla pubblicazione del presente avviso, il modulo "Allegato A" e tutta la documentazione tecnica richiesta tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it, e contestualmente all'indirizzo di posta : simona.paolone@ptvonline.it

f.to

U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori

IL Direttore f.f.

Dr Stefano Piccari

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di manifestazione di interesse ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di un *“INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SISTEMI A NOLEGGIO (CLIA/EIA) E RELATIVI REAGENTI/MATERIALI DI CONSUMO E SISTEMA MANUALE PER TEST DI AGGLUTINAZIONE PER LA DIAGNOSTICA SIEROLOGIA”*.

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI RICHIESTE:

- Strumentazione da banco di ultima generazione;
- Strumentazione conforme alle direttive CE IVD;
- Capacità di offrire il 100% degli analiti richiesti conformi alle direttive CE IVD;
- Il sistema dovrà adottare tecnologia in chemiluminescenza (CLIA) e immunoenzimatica (EIA);
- Collegamento e interfacciamento bidirezionale al LIS (Modulab) a carico del fornitore;
- Tutti i reagenti ed i materiali di consumo dovranno avere, al momento della consegna al PTV, scadenza non inferiore a sei mesi.

CARATTERISTICHE PER LA TECNOLOGIA CLIA OFFERTA:

- idonea ad esami di sierologia;
- sistema “Walk-away” completamente automatico dopo l'avvio;
- Monotest inclusi calibratori e controlli;
- possibilità di effettuare il campionamento da tubo primario;
- Capacità di offrire almeno il 60% degli analiti totali richiesti con metodica CLIA (pagamento a test effettuato).

CARATTERISTICHE PER LA TECNOLOGIA EIA OFFERTA:

- idonea ad esami di sierologia;
- strumento completamente automatico per micropiastre con almeno 4 in linea;
- massimo il 40% degli analiti totali richiesti con metodica EIA (pagamento a kit).

-CARATTERISTICHE TEST DI AGGLUTINAZIONE AL LATTICE:

-Ricerca anticorpi eterofili.

BASE D'ASTA 38.000/ANNO

AFFIDAMENTO PER 3 ANNI

2000 TEST/ANNO

ANALITI (ANTICORPI)	TEST/ANNO
Tetano IgG	100
Legionella IgG	30
Legionella IgM	30
Rosolia IgG Avidity	150
Coxiella burnetii IgG	20
Coxiella burnetii IgM	20
Chlamydophila pneumoniae IgA	15
Chlamydophila pneumoniae IgM	15
Chlamydophila pneumoniae IgG	15
Chikungunya Virus IgM	10
Chikungunya Virus IgG	10
Monotest EBV Virus	450
Zika Virus IgG	10
Zika Virus IgM	10
Pneumococco IgG	300
Helicobacter Pylori IgG	55
Epatite Delta IgM	200
Epatite Delta IgM/IgG	500
Epatite Delta Ag	60

L'operatore che intende rispondere dovrà inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso l'allegato A compilato e la documentazione tecnica del prodotto offerto.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.

Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.