

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di un "un *Test di conferma per IgM Toxo, CMV e Rubella*".

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tale sistema deve possedere:

Strumentazione

- *Strumentazione da banco di ultima generazione;*
- *Strumentazione conforme alle direttive CE IVD;*
- *Il sistema dovrà adottare tecnologia in elettrochemiluminescenza (ECL);*
- *Dimensioni ridotte (MAX L180XH90XP100)*
- *Flessibilità nel numero di campioni da processare*
- *Utilizzo di un sistema carry-over*
- *Assistenza tecnica 24/7*
- *Caricamento continuo e random dei campioni*
- *Lettura del codice a barre del campione*
- *Fornitura di tutta la strumentazione richiesta entro 10 giorni*
- *Funzione STAT*

Reagenti

- *Specificità clinica elevata (Rubella >98%; CMV>97%; TOXO>98%)*
- *Elevata Stabilità dei reagenti*
- *Reagenti pronti all'uso*
- *Durata del test (MAX 20 min)*
- *Possibilità di utilizzare plasma e siero*
- *Esecuzione giornaliera dei controlli*
- *Calibrazione valida per un periodo lungo (MIN 10 sett)*
- *Reagenti a cartuccia richiudibili*

Tutti i reagenti ed i materiali di consumo dovranno avere, al momento della consegna al PTV, scadenza non inferiore a sei mesi.

Collegamento al LIS del Laboratorio bidirezionale in Host-query (Modulab, Werfen) a carico del fornitore. Fornitura di VEQ esterne per i parametri richiesti.

Pagamento a test refertato.

Base d'asta: 8.500,00 euro/anno

1.500 test/anno, divisi in:

- *Test CMV IgM:1000*
- *Test Toxo IgM: 350*
- *Test Rubella IgM:150*

In considerazione dell'urgenza di approvvigionamento di tale dispositivo, si chiede, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse di trasmettere a questa Fondazione, l'allegato A compilato e la documentazione tecnica riferita al materiale richiesto.

Requisiti di ammissione all'invito:

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli articoli 94, 95 e 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che intendono rispondere al presente invito devono inviare, entro **15 giorni** dalla pubblicazione del presente avviso, il modulo "Allegato A" e tutta la documentazione tecnica richiesta tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it, e contestualmente all'indirizzo di posta : simona.paolone@ptvonline.it

f.to

U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori

IL Direttore f.f.

Dr Stefano Piccari

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di manifestazione di interesse ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di un *“Test di conferma per IgM Toxo, CMV e Rubella”*.

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tale sistema deve possedere:

Strumentazione

- *Strumentazione da banco di ultima generazione;*
- *Strumentazione conforme alle direttive CE IVD;*
- *Il sistema dovrà adottare tecnologia in elettrochemiluminescenza (ECL);*
- *Dimensioni ridotte (MAX L180XH90XP100)*
- *Flessibilità nel numero di campioni da processare*
- *Utilizzo di un sistema carry-over*
- *Assistenza tecnica 24/7*
- *Caricamento continuo e random dei campioni*
- *Lettura del codice a barre del campione*
- *Fornitura di tutta la strumentazione richiesta entro 10 giorni*
- *Funzione STAT*

Reagenti

- *Specificità clinica elevata (Rubella >98%; CMV>97%; TOXO>98%)*
- *Elevata Stabilità dei reagenti*
- *Reagenti pronti all'uso*
- *Durata del test (MAX 20 min)*
- *Possibilità di utilizzare plasma e siero*
- *Esecuzione giornaliera dei controlli*
- *Calibrazione valida per un periodo lungo (MIN 10 sett)*
- *Reagenti a cartuccia richiudibili*

Tutti i reagenti ed i materiali di consumo dovranno avere, al momento della consegna al PTV, scadenza non inferiore a sei mesi.

Collegamento al LIS del Laboratorio bidirezionale in Host-query (Modulab, Werfen) a carico del fornitore. Fornitura di VEQ esterne per i parametri richiesti.

Pagamento a test refertato.

Base d'asta: 8.500,00 euro/anno

1.500 test/anno, divisi in:

- *Test CMV IgM:1000*
- *Test Toxo IgM: 350*
- *Test Rubella IgM:150*

L'operatore che intende rispondere dovrà inviare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso l'allegato A compilato e la documentazione tecnica del prodotto offerto.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.

Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.