

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (ai sensi della linea guida n. 4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di Ditte interessate

Si rende noto che questa Fondazione intende verificare la composizione del mercato, finalizzata all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di un "*Microtrapano con dermatomo integrato, per esigenze della Chirurgia Plastica del PTV*".

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tale sistema deve possedere:

- N.1 Centralina a doppio motore c/velocità fino a 80.000 giri/minuto, pompa peristaltica integrata, due porte per il collegamento di due micromotori in contemporanea e consolle per la personalizzazione di programmi di lavoro oltre quelli già preimpostati;
- N.1 Micro -motore "brushless", raffreddato ad aria, velocità massima 80.000 giri/minuto sterilizzabile in autoclave, dotato di cavo lunghezza 3 metri;
- N.1 Pedale multifunzione per il controllo della gestione chirurgica;
- N.1 Manipolo retto lunghezza 44mm, rapporto trasmissione 1:1 e velocità max 40.000 giri/minuto;
- N.1 Manipolo retto lunghezza 70mm, rapporto trasmissione 1:1 e velocità max 80.000 giri/minuto;
- N.1 Manipolo retto angolato 70mm, rapporto trasmissione 1:1 e velocità max 80.000 giri/minuto;
- N.1 Dermatomo da 100mm per innesti cutanei comprensivo di base per lama dermatomo da 100mm, riduttore 75mm per lama dermatomo da 100mm, riduttore 50mm per lama dermatomo da 100mm e riduttore 25mm per lama dermatomo da 100mm;
- N.1 Dermatomo da 75mm per innesti cutanei comprensivo di base per lama dermatomo da 75mm, per riduttore 50mm per lama dermatomo da 75mm e riduttore 25mm per lama dermatomo da 75mm;
- Entrambi i Dermatomi devono avere una profondità di taglio da 0,05mm a 1,00mm e la sostituzione delle lame deve essere effettuata senza strumenti;
- N.1 Sistema espansore per innesti cutanei a spessore parziale e perforazione regolare dell'innesto cutaneo, che consente di tirarlo in larghezza per il posizionamento sul letto della ferita. Il rullo del coltello deve essere amovibile per consentire una accurata pulizia;

Il fabbisogno annuale stimato di lame e frese è il seguente:

- N.10 Lame per Dermatomo da 100mm;
- N.10 Lame per Dermatomo da 75mm;
- N.5 Frese in carburo di tungsteno rotonda mis. 1,0mmX44,5mm, pluriuso e consegnate già sterili;
- N.5 Frese in carburo di tungsteno rotonda mis. 3,1mmX44,5mm, pluriuso e consegnate già sterili;
- N.5 Frese in acciaio inoxmod. BUD mis. 8,0mmX70mm, pluriuso;
- N.5 Frese in acciaio inoxmod. EGG mis. 7,0mmX70mm, pluriuso;
- N.5 Frese Twist drill mis. 1,1mmX35mm, pluriuso;

- N.5 Frese Twist drill mis. 1,6mmX60mm, pluriuso;
- N.5 Frese in carburo di tungsteno rotonda mis. 3,1mmX70mm, pluriuso e consegnate già sterili;
- N.5 Frese in carburo di tungsteno rotonda mis. 2,35mmX70mm, pluriuso e consegnate già sterili.

Il sistema deve essere utilizzabile almeno per le seguenti applicazioni in Chirurgia Plastica:

- ricostruzione cranio-facciale: rimozione dei frammenti ossei, rimodellamento di ossa per l'adattamento di innesti o protesi, fissazione di placche e viti per la stabilizzazione di fratture;
- chirurgia ricostruttiva: rimodellamento del profilo osseo (es. rinoplastica strutturale o funzionale in esiti di lps o traumi), creazione di canali per l'alloggiamento di impianti;
- ricostruzione post-traumatica: correzione di deformità ossee derivanti da traumi, rimozione dei calli ossei o formazioni patologiche;
- chirurgia oncologica: resezione di neoplasie che coinvolgono tessuto osseo, preparazione delle aree per impianti protesici ricostruttivi;
- utilizzo del dermatomo: prelievo di innesti cutanei per interventi di ricostruzione, trattamento di ulcere, ferite difficili o ustioni.

In considerazione dell'urgenza di approvvigionamento di tale dispositivo, si chiede, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse di trasmettere a questa Fondazione, l'allegato A compilato e la documentazione tecnica riferita al materiale richiesto.

Requisiti di ammissione all'invito:

1. Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli articoli 94, 95 e 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le aziende che intendono rispondere al presente invito devono inviare, entro **15 giorni** dalla pubblicazione del presente avviso, il modulo "Allegato A" e tutta la documentazione tecnica richiesta tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: approvvigionamenti@ptvonline.postecert.it, e contestualmente all'indirizzo di posta : simona.paolone@ptvonline.it

f.to
U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori
IL Direttore f.f.
Dr.ssa Paola Tigani

Spett.le
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81
00133 Roma

Oggetto: avviso di manifestazione di interesse ai sensi delle linee guida anac n.4, finalizzato all'espletamento di successiva procedura di gara, per la fornitura di un "*Microtrapano con dermatomo integrato, per esigenze della Chirurgia Plastica del PTV*".

Di seguito si elencano le caratteristiche minime obbligatorie che tale sistema deve possedere:

- N.1 Centralina a doppio motore c/velocità fino a 80.000 giri/minuto, pompa peristaltica integrata, due porte per il collegamento di due micromotori in contemporanea e consolle per la personalizzazione di programmi di lavoro oltre quelli già preimpostati;
- N.1 Micro -motore "brushless", raffreddato ad aria, velocità massima 80.000 giri/minuto sterilizzabile in autoclave, dotato di cavo lunghezza 3 metri;
- N.1 Pedale multifunzione per il controllo della gestione chirurgica;
- N.1 Manipolo retto lunghezza 44mm, rapporto trasmissione 1:1 e velocità max 40.000 giri/minuto;
- N.1 Manipolo retto lunghezza 70mm, rapporto trasmissione 1:1 e velocità max 80.000 giri/minuto;
- N.1 Manipolo retto angolato 70mm, rapporto trasmissione 1:1 e velocità max 80.000 giri/minuto;
- N.1 Dermatomo da 100mm per innesti cutanei comprensivo di base per lama dermatomo da 100mm, riduttore 75mm per lama dermatomo da 100mm, riduttore 50mm per lama dermatomo da 100mm e riduttore 25mm per lama dermatomo da 100mm;
- N.1 Dermatomo da 75mm per innesti cutanei comprensivo di base per lama dermatomo da 75mm, per riduttore 50mm per lama dermatomo da 75mm e riduttore 25mm per lama dermatomo da 75mm;
- Entrambi i Dermatomi devono avere una profondità di taglio da 0,05mm a 1,00mm e la sostituzione delle lame deve essere effettuata senza strumenti;
- N.1 Sistema espansore per innesti cutanei a spessore parziale e perforazione regolare dell'innesto cutaneo, che consente di tirarlo in larghezza per il posizionamento sul letto della ferita. Il rullo del coltello deve essere amovibile per consentire una accurata pulizia;

Il fabbisogno annuale stimato di lame e frese è il seguente:

- N.10 Lame per Dermatomo da 100mm;
- N.10 Lame per Dermatomo da 75mm;
- N.5 Frese in carburo di tungsteno rotonda mis. 1,0mmX44,5mm, pluriuso e consegnate già sterili;
- N.5 Frese in carburo di tungsteno rotonda mis. 3,1mmX44,5mm, pluriuso e consegnate già sterili;
- N.5 Frese in acciaio inoxmod. BUD mis. 8,0mmX70mm, pluriuso;
- N.5 Frese in acciaio inoxmod. EGG mis. 7,0mmX70mm, pluriuso;

- N.5 Frese Twist drill mis. 1,1mmX35mm, pluriuso;
- N.5 Frese Twist drill mis. 1,6mmX60mm, pluriuso;
- N.5 Frese in carburo di tungsteno rotonda mis. 3,1mmX70mm, pluriuso e consegnate già sterili;
- N.5 Frese in carburo di tungsteno rotonda mis. 2,35mmX70mm, pluriuso e consegnate già sterili.

Il sistema deve essere utilizzabile almeno per le seguenti applicazioni in Chirurgia Plastica:

- ricostruzione cranio-facciale: rimozione dei frammenti ossei, rimodellamento di ossa per l'adattamento di innesti o protesi, fissazione di placche e viti per la stabilizzazione di fratture;
- chirurgia ricostruttiva: rimodellamento del profilo osseo (es. rinoplastica strutturale o funzionale in esiti di lps o traumi), creazione di canali per l'alloggiamento di impianti;
- ricostruzione post-traumatica: correzione di deformità ossee derivanti da traumi, rimozione dei calli ossei o formazioni patologiche;
- chirurgia oncologica: resezione di neoplasie che coinvolgono tessuto osseo, preparazione delle aree per impianti protesici ricostruttivi;
- utilizzo del dermatomo: prelievo di innesti cutanei per interventi di ricostruzione, trattamento di ulcere, ferite difficili o ustioni.

L'operatore che intende rispondere dovrà inviare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso l'allegato A compilato e la documentazione tecnica del prodotto offerto.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a il _____

in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

(eventuale) sede amministrativa in _____

Cap. _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____

Codice fiscale _____

Partita IVA _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:

e-mail (posta certificata) _____

Data _____

FIRMA _____

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.

Allegare un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.